



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Tel. 52/36-55-352, 52/36-55-296, 52/36-55-495, 52/36-55-521
Fax. 52/36-55-496

ISO 9001: 2008
ISO 14001:2004
PN-N 18001:2004

Bydgoszcz, dnia 03.07.2012 r.

NZZ/54/D/12

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę głowicy ultrasonograficznej

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) w związku z pytaniem zadany przez wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 1

Sekcja 9, pkt.2.

Jaki zakres częstotliwości (MHz) powinna posiadać głowica ultrasonograficzna convex kompatybilna z posiadanym przez szpital aparatem USG Medison SA 8000 SE-EXP?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający wymaga aby była to głowica convex C3-7 ED-N lub głowica funkcjonalnie równoważna. Częstotliwość pracy głowicy powinna być zgodna z częstotliwością pracy głowicy convex C3-7 ED-N czyli powinna wynosić od 3 do 7 MHz.

Zamawiający