



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Tel. 052/36-55-799

ISO 9001: 2008
ISO 14001: 2004
PN-N 18001:2004

Nr sprawy NZZ/59/D/12

Bydgoszcz dnia 11.07.2012 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu implantu zakotwiczonego na przewodnictwo kostne wraz z procesorem dźwięku

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.), Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

1. W rozdziale III specyfikacji istotnych warunków zamówienia, pn. „Wykaz wymaganych oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy” w punkcie 3 - W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego do oferty należy załączyć: dodaje się podpunkt 3.3 który otrzymuje następujące brzmienie:

3.3. Co najmniej jedna(1) ogólnodostępna publikacja dotycząca badania naukowego, które będzie potwierdzało możliwość bezpiecznego obciążenia proponowanego w ofercie implantu procesorem dźwięku nie dłużej niż 2 tygodnie po zabiegu.

2. W rozdziale XI specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. „Miejsce i termin składania ofert”, w zdaniu: „Oferty należy złożyć do dnia: skreśla zapis - 12.07.2012 r. do godziny 11:00 „
W zamian wprowadza się następujący zapis - **18.07.2012 r. do godziny 11:00.**

3. W rozdziale XVI specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. „Otwarcie ofert”, w zdaniu „Publiczne, jawne otwarcie ofert nastąpi w świetlicy – niski parter, w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75 - Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy w dniu: skreśla się zapis - 12.07.2012 r. do godziny 12:00,,
W zamian wprowadza się następujący zapis - **18.07.2012 r. do godziny 13:00.**

Zamawiający