



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY  
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. 52/36-55-296, 52/36-55-352, 52/36-55-495, 52/36-55-521

Fax. 52/36-55-496

ISO 9001: 2008

ISO 14001: 2008

PN-N18001:2001

NZZ/51/P/12

Bydgoszcz, dnia 12.07.2012 r.

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego, implantów stalowych do zespoleń kości oraz innego drobnego sprzętu medycznego.

**Wszyscy Wykonawcy**

### **ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm. ) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 1 - Dotyczy grupy nr 3 poz. 1.

*Prosimy o dopuszczenie na zaferowanie pozycjonera o wymiarach 20cm x 5 cm. Pozostałe parametry bez zmian.*

*Odpowiedź na zapytanie:*

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie nr 2 - Dotyczy grupy nr 3 poz. 3.

*Prosimy o dopuszczenie na zaferowanie pozycjonera o wymiarach 15 cm x 7 cm x 40 cm. Pozostałe parametry bez zmian.*

*Odpowiedź na zapytanie:*

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie nr 3 - Dotyczy grupy nr 3 poz. 4.

*Prosimy o dopuszczenie na zaferowanie pozycjonera o wymiarach 10 cm x 7 cm x 50 cm. Pozostałe parametry bez zmian.*

*Odpowiedź na zapytanie:*

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie nr 4 - Dotyczy grupy nr 3 poz. 6.

*Prosimy o dopuszczenie na zaferowanie pozycjonera o wymiarach 40 cm x 24 cm. Pozostałe parametry bez zmian.*

*Odpowiedź na zapytanie:*

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

**Zamawiający**