



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY  
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  
Tel. 52/36-55-352, 52/36-55-296, 52/36-55-495, 52/36-55-521  
Fax. 52/36-55-496

ISO 9001: 2008  
ISO 14001:2004  
PN-N 18001:2004

Bydgoszcz, dnia 19.07.2012 r.

**NZZ/60/D/12**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dostawę rejestratorów danych do elektronicznego systemu testowania ETS*

**Wszyscy Wykonawcy**

#### **ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm. ) w związku z pytaniem zadany przez wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień.

##### Pytanie nr 1

Dotyczy: SIWZ rozdz. III pkt. 3 ppkt 3.2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o skorygowanie jednego z wymogów technicznych: mianowicie wg naszej wiedzy alternatywne testy Bowie Dicka powinny spełniać wymogi normy EN ISO 11140-4, a nie jak podano w opisie przedmiotu EN ISO 11140-3.

##### Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający wymaga oświadczenia, aby system spełniał wymogi normy EN ISO 11140-4.

**Zamawiający**