



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. 52/36-55-296, 52/36-55-352, 52/36-55-495, 52/36-55-521

Fax. 52/36-55-496

ISO 9001: 2008

ISO 14001: 2008

PN-N18001:2001

NZZ/65/P/12

Bydgoszcz, dnia 03.08.2012 r.

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 1 – dotyczy grupy 23

Czy Zamawiający dopuści ofertę z cewnikiem zawierającym w zestawie: cewnik, igłę wprowadzającą, kalibrowany przewód, korek do wstrzyknięć typu luer-lock, rozszerzacz naczyniowy oraz opatrunek na ranę?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie nr 2 – dotyczy grupy 11

Czy Zamawiający wymaga w grupie 11 opaski do fototerapii dla noworodków szczelnie okalającej główkę, jednorazowego użytku wykonanej z miękkiego dwustronnego materiału – weluru i bawełny, zapinanej na rzep o właściwościach przeciwdrożdżynowych?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza , ale nie wymaga.

Pytanie nr 3 - dotyczy grupy 33

Czy Zamawiający ma na myśli żel do USG.

Odpowiedź na zapytanie:

Tak.

Pytanie nr 4 - dotyczy grupy 28

Czy Zamawiający dopuszcza papier EKG AT-2 do prób wysiłkowych o rozmiarze 210mm x 280 x 240 składek .

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie nr 5 – dotyczy projektu umowy - § 5 ust. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmniejszenie kary umownej do wysokości 1% wartości nie dostarczonego przedmiotu umowy

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 6 – dotyczy projektu umowy - § 5 ust. 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę brzmienia § 5 ust. 4 na następujący „W przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający ma prawo obciążyć go kara umowną w wysokości 5% od wartości niezrealizowanej części przedmiotu niniejszej umowy, o której mowa w §1 ust. 2, chyba że umowa przewiduje karę w innej wysokości.”

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 7 dotyczy specyfikacji – pkt 6.3

Czy Zamawiający odstąpi od konieczności wskazywania w treści pełnomocnictwa oznaczenia postępowania i dopuści oryginał pełnomocnictwa o zwyczajowo przyjętej treści.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic lateksowych z wewnętrzną warstwą chlorowaną? Wymagany przez Zamawiającego poziom protein jest niemożliwy do osiągnięcia dla rękawic lateksowych z wewnętrzną warstwą polimerową.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 9

Zwracam się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w grupie 18 zestawu do drenażu klatki piersiowej o następujących parametrach:

- jednorazowy
- trójkomorowy zawierający zastawkę wodną spełniającą rolę czwartej komory
- komora zbiorcza 2300 ml
- pracująca cicho z możliwością wyciszenia za pomocą regulatora
- siła ssania regulowana za pomocą słupa wody
- membranowe (igłowe, samouszczelniające) porty do komory zastawki podwodnej i korekcyjnej
- przezroczysta płyta czołowa drenażu.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 10 – dotyczy grupy 4 poz. 1,2,3.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic lateksowych bezpudrowych o powierzchni gładkiej?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 11 – dotyczy grupy 4 poz. 1,2,3.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o poziomie protein poniżej 50ug?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 12 – dotyczy grupy 10, poz.1,2,3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic konfekcjonowanych po 150 szt. Z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Jednocześnie informujemy, że takie rozwiązanie nie wpłynie na zwiększenie wartości pakietu.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie nr 13 – dotyczy grupy 10, poz.1,2,3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic z teksturą na opuszkach palców, co gwarantuje precyzję wykonywania procedur medycznych?

Pragniemy również poinformować, że nie ma na rynku rękawic o powierzchni gładkiej.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie nr 14 – dotyczy grupy 10, poz.1,2,3

Czy Zamawiający wymaga rękawic zgodnych z normą EN 374-3 oraz przebadanych na przenikanie krwiopochodnych patogenów zgodnie z ASTM F 1671?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 15 - dotyczy rozdz. III pkt. 3, 3.2 SIWZ

Czy Zamawiający uzna za dokumenty potwierdzające spełnianie normy EN 455-1-2-3 raport testowy przed wysyłką potwierdzający wymagane parametry?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający żąda dokumentów wskazanych w specyfikacji.

Zamawiający