



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Tel. (52) 36-55-352, (52) 36-55-296, (52) 36-55-495, (52) 36-55-521
Fax. (52) 36-55-752

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
PN-N 18001:2004

NZZ/44/P/12

Bydgoszcz, dnia 13.08.2012 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę montaż oraz uruchomienie fabrycznie nowych urządzeń medycznych i innego sprzętu, nr sprawy NZZ/44/P/12.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Działając na podstawie art. 38, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.) w związku z pytaniami zadanymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w w/w sprawie, Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zapytanie 1

Czy w zadaniu 6 Zamawiający dopuści stoły, których całkowita długość leża wynosi 1980 mm?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zapytanie 2 – dotyczy pak. 21

Czy Zamawiający dopuści urządzenie:

- wyposażone w duży i czytelny wyświetlacz LED, z możliwością regulacji jasności,
- posiadający zakres nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego od 20 do 250 mmHg, o dokładności wskazań ± 5 mmHg,
- bez możliwości wyświetlania krzywej saturacyjnej?

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy: Zadanie nr 4 defibrylator zewnętrzny – 1 kpl.

Zapytanie 3 – pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści defibrylator o wadze 9 kg z akumulatorem i łyżkami?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 4 – pkt. 4

Czy Zamawiający dopuści defibrylator kropłoszczelny klasy IP22?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 5 – pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści defibrylator z akumulatorem pozwalającym na 120 minut ciągłego monitorowania EKG lub 100 defibrylacji z maksymalną energią?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 6 – pkt. 16

Czy Zamawiający dopuści defibrylator z defibrylacją dwufazową od 2 do 270J oraz jednofazową do 360J?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 7 – pkt. 17

Czy Zamawiający dopuści defibrylator z 15 poziomami energii defibrylacji?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 8 – pkt. 18

Czy Zamawiający dopuści defibrylator z defibrylacją półautomatyczną do 270J?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 9 – pkt. 22

Czy Zamawiający dopuści defibrylator z czarno-białym ekranem LCD o przekątnej 5,7”?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 10 – pkt. 23

Czy Zamawiający dopuści defibrylator z możliwością wyświetlania 1 krzywej dynamicznej?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 11 – pkt. 28

Czy Zamawiający dopuści defibrylator ze wzmocnieniem sygnału EKG na 5 poziomach: 0,25; 0,5; 1; 2; 4 cm/mV?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 12 – pkt. 29

Czy Zamawiający dopuści defibrylator z zakresem pomiaru częstości akcji serca od 30 do 300/min?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 13 – pkt. 33

Czy Zamawiający dopuści defibrylator z wyjściowym natężeniu prądu stymulacji przezskórnej od 20 do 200 mA?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 14

Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z zasilaniem akumulatorowym zapewniającym 200 defibrylacji z energią 200J lub 100 z energią 360J lub 150 minut ciągłego monitorowania?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 15

Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z ładowaniem do pierwszej energii 200J poniżej 5 sekund, a do 360J poniżej 8 sekund?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 16

Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z 21 stopniami energii defibrylacji i 5 stopniami wzmocnienia sygnału EKG w zakresie od 0,25 do 4 cm/mV?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy: Zadanie nr 6 stoły medyczne – Stół zabiegowy - 2 kpl.

Zapytanie 17, dot. pkt. 5

Czy zamawiający dopuści do postępowania stół zabiegowy z regulacją wysokości w zakresie 600 – 950 mm?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 18, dot. pkt. 5

Czy zamawiający dopuści do postępowania stół zabiegowy z regulacją wysokości w zakresie 720 – 1070 mm?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 19, dot. pkt. 10

Zadanie nr 06. Punkt 10. Czy zamawiający dopuści do postępowania stół zabiegowy z leżem koloru czarnego?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy: Zadanie nr 19 Lampy chirurgiczne - Lampa operacyjna bezcieniowa, 5+3 ogniska - 1 kpl

Zapytanie 20, dot. pkt. 3

Czy zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną z kopułą główną bez podziału na zespoły oświetlające LED?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 21, dot. pkt. 4

Czy zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną z kopułą satelitarną bez podziału na zespoły oświetlające LED?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 22, dot. pkt. 9

Czy zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną z natężeniem oświetlenia dwóch kopuł o wartości 280 000 lux?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Tel. (52) 36-55-352, (52) 36-55-296, (52) 36-55-495, (52) 36-55-521
Fax. (52) 36-55-752

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
PN-N 18001:2004

Zapytanie 23, dot. pkt. 11

Czy zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną z natężeniem oświetlenia kopuły satelitarnej o wartości 120 000 lux?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 24, dot. pkt. 12

Czy zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną z średnicą pola oświetlanego kopuły głównej w zakresie 19,5-33 cm?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 25, dot. pkt. 13

Czy zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną z średnicą pola oświetlanego kopuły satelitarnej w zakresie 19,5-33 cm?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 26, dot. pkt. 17

Czy zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną posiadającą funkcję oświetlenia endoskopowego realizowanego za pomocą głównych wiązek oświetlających pole operacyjne?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie

Zapytanie 27, dot. pkt. 18

Czy zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną z regulacją natężenia oświetlenia w zakresie 25-100%?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 28, dot. pkt. 20

Czy zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną o temperaturze barwowej równej 4350 °K?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 29, dot. pkt. 22

Czy zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną z maksymalnym natężeniem napromienienia o wartości 3,6 mW/m² *Lux?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 30, dot. pkt. 24

Czy zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną z elementami oświetleniowymi o żywotności 40 000 godzin?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy: Zadanie nr 9 Fotel - Fotel operacyjny – 1 kpl

Zapytanie 31, dot. poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fotel operacyjny posiadający funkcje hydrauliczne wyposażony w dźwignie nożną?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Zapytanie 32, dot. poz. 3

Czy Zamawiający dopuści fotel operacyjny z regulacją wysokości z zakresie 53-72 cm, co jest parametrem lepszym niż wymagany?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zapytanie 33, dot. pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści do przetargu fotel operacyjny z regulacją wysokości w zakresie 61 cm – 81 cm.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 34, dot. pkt. 8

Czy Zamawiający dopuści do przetargu fotel operacyjny o wadze 110 kg.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy: Zadanie nr 6 Stoły medyczne – Stół zabiegowy - 2 kpl

Zapytanie 35, dot. poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do przetargu stół zabiegowy o długości leża 1920 mm.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 36, dot. poz. 3

Czy Zamawiający dopuści do przetargu stół zabiegowy o szerokości leża 550 mm.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 37, dot. pkt. 4

Czy Zamawiający dopuści do przetargu stół zabiegowy z regulacją elektryczną.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 38, dot. pkt. 5

Czy Zamawiający dopuści do przetargu stół zabiegowy z regulacją wysokości leża w zakresie od 650 mm do 1020 mm.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 39, dot. poz. 6

Czy Zamawiający dopuści do przetargu stół zabiegowy bez pozycji Trendelenburga.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 40, dot. poz. 7

Czy Zamawiający dopuści do przetargu stół zabiegowy bez pozycji anty-Trendelenburga.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 41, dot. pkt. 11

Czy Zamawiający dopuści do przetargu stół zabiegowy z maksymalnym obciążeniem 150 kg.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 42, dot. pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści do przetargu stół zabiegowy o szerokości leża 500 mm.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 43, dot. poz. 4

Czy Zamawiający dopuści do przetargu stół zabiegowy z regulacją elektryczną.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 44, dot. poz. 5

Czy Zamawiający dopuści do przetargu stół zabiegowy z regulacją wysokości leża w zakresie od 740 mm do 1040 mm

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 45, dot. pkt. 11

Czy Zamawiający dopuści do przetargu stół zabiegowy z maksymalnym obciążeniem 160 kg.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 46, dot. zadania 25 Urządzenia elektrochirurgiczne - Diatermia chirurgiczna z możliwością zastosowań neurochirurgicznych - 1 kpl., pkt. 25

Czy Zamawiający dopuści do przetargu diatermię posiadającą regulację mocy z dokładnością 1W w całym zakresie.


Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 47, dot. zadania 11 Różne urządzenia i produkty medyczne - Mikrotom rotacyjny z wyposażeniem - 1 kpl

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu w załączniku nr 1 do SIWZ w zadaniu nr 11 – Mikrotom rotacyjny z wyposażeniem – 1 kpl. dokonał niedozwolonej przez ustawę Prawo Zamówień Publicznych **komasacji zamówienia wedle niepodobnych**. W tym przypadku, komasacja zamówienia wedle niepodobnych przejawia się połączeniem w jedno zadanie dostawy mikrotomu rotacyjnego i mikroskopu.

Tym samym informujemy Zamawiającego, że po zapoznaniu się z treścią SIWZ, będącej podstawą prawidłowego sporządzenia oferty na wykonanie zamówienia, stwierdzamy, że część jej postanowień odnoszących się do podziału przedmiotu zamówienia na zadania, została sporządzona w sposób naruszający przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych art. 7 ust. 1 i art. 29 ust. 2.



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. (52) 36-55-352, (52) 36-55-296, (52) 36-55-495, (52) 36-55-521

Fax. (52) 36-55-752

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

PN-N 18001:2004

Na zamawiającym zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych spoczywa obowiązek przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.

Mając powyższe na względzie wnosimy o zmianę przedmiotu zamówienia i zwracamy się do Zamawiającego z następującym pytaniem:

1. Czy Zamawiający podzieli przedmiot Zamówienia opisanego w załączniku nr 1 do SIWZ w Zadaniu nr 11 – Mikrotom rotacyjny z wyposażeniem na dwa oddzielne zadania ? W wyniku czego:

- mikrotom rotacyjny będzie stanowił oddzielne zadanie

- mikroskop będzie stanowił oddzielne zadanie.

W przypadku negatywnej odpowiedzi Zamawiającego, prosimy o wskazanie przynajmniej trzech różnych producentów, których oferta złożona w przedmiotowym postępowaniu przetargowym spełniałaby wymagania określone w załączniku nr 1 do SIWZ w Zadaniu nr 11. Będziemy wtedy przekonani, że SIWZ został sporządzony uwzględniając dobro szpitala i troskę o właściwe gospodarowanie środkami publicznymi.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający