



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY  
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

**Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia**

**Tel. 52/36-55-296, 52/36-55-352, 52/36-55-495, 52/36-55-521**

**Fax. 52/36-55-496**

ISO 9001: 2008

ISO 14001: 2008

PN-N18001:2001

NZZ/65/P/12

Bydgoszcz, dnia 14.08.2012 r.

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

**Wszyscy Wykonawcy**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm. ) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień.

Zapytanie 1 - Grupa 4. Rękawice lateksowe bezpudrowe.

Czy Zamawiający dopuszcza powierzchnię lekko teksturowaną na końcach palców rękawicy, spełniającą wszystkie inne wymagania?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zapytanie 2 - Grupa 4. Rękawice lateksowe bezpudrowe.

Czy Zamawiający dopuszcza rękawicę bez powłoki polimerowej, a chlorowaną celem łatwiejszego zakładania, spełniającą wszystkie inne wymagania?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 3 - Grupa 10. Rękawice nitylowe bezpudrowe.

Czy Zamawiający dopuszcza rękawice pakowane po 200 szt w opakowaniu, spełniające wszystkie inne wymagania? Ilość rękawic zostanie odpowiednio przeliczona, tzn: 2 400 op. S, 3 000 op. M i 1 500 op. L.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zapytanie 4

Prosimy Zamawiającego o modyfikację §4 ust. 10 wzoru umowy w następujący sposób: W przypadku niedostarczenia towaru w terminie przekraczającym o 3 dni termin określony w ust. 2 niniejszego paragrafu lub niedostarczenia Towaru wolnego od wad w miejsce wadliwego w terminie określonym w ust. 8, Zamawiający ma prawo, po wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy, do dokonania zakupu u osoby trzeciej, a w przypadku ceny wyższej niż cena wynikająca z niniejszej umowy, różnicą obciąży Wykonawcę, który ma obowiązek uregulować należność w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

Obwarowanie niniejszego naruszenia dodatkowo karą umowną w wysokości 10% wartości niedostarczonego lub dostarczonego niezgodnie z postanowieniami umowy sprzętu wprowadza podwójną sankcję za to samo naruszenie.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Zapytanie 5

Prosimy Zamawiającego o obniżenie kary umownej określonej w §5 ust. 1 do wysokości 0,2% nie dostarczonego w przewidzianym terminie lub dostarczonego niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy przedmiotu umowy za każdą rozpoczęty dzień zwłoki.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Zapytanie 6

Prosimy Zamawiającego o ustalenie kary umownej za odstąpienie od umowy na 5% wartości umowy pozostałej do realizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Zapytanie 7

Prosimy Zamawiającego o modyfikację §7 ust. 3 wzoru umowy w następujący sposób: Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać

przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

#### Zapytanie 8

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowania §8 ust. 1 pkt 5) wzoru umowy poprzez dodanie zastrzeżenia, iż w przypadku zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie wartość brutto umowy, wartość netto pozostanie bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

#### Zapytanie 9 - dotyczy grupy 9

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrody neutralnej, jednorazowej, prostokątnej, dzielonej o powierzchni 118cm<sup>2</sup> z systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającym zalaniu co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania oraz pozwalającym na nieukierunkowaną aplikację.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

#### Zapytanie 10 - dotyczy grupy 9

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie uchwytu monopolaranego, jednorazowego z nożem o długości kabla 320cm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

#### Zapytanie 11 - dotyczy grupy 9

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie uchwytu monopolarnego wielorazowego użytku z przyciskami do cięcia i koagulacji na 100 cykli sterylizacji. W przypadku pozytywnej odpowiedzi zaoferujemy 800 uchwytów na 100 cykli sterylizacji zamiast 200 uchwytów na 400 cykli sterylizacji co będzie niewątpliwie dodatkową korzyścią.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

#### Zapytanie 12

W związku z faktem, że złożenie oferty w postępowaniu przetargowym nie jest czynnością zobowiązującą w rozumieniu prawa cywilnego ( a jest nią dopiero podpisanie umowy) chcielibyśmy potwierdzić, że Zamawiający uzna za wystarczające pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej wskazujące, iż osoba w nim wskazana umocowana jest do przygotowania, podpisania i złożenia oferty przetargowej w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego ? Naturalnie umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

Odpowiedź:

Załączony do oferty dokument pełnomocnictwa musi zawierać wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne którego dotyczy, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, wykonawców ubiegających się o wspólne zamówienie.

#### Zapytanie 13- dot. projektu umowy § 4 pkt. 10

W/w pkt. wzoru umowy zawiera informacje, iż Zamawiający może naliczyć dostawcy kary umowne w wysokości 10% wartości niedostarczonego lub dostarczonego niezgodnie z postanowieniami umowy towaru. Taki zapis sprawia, że strony umowy nie są równoprawne, gdyż Zamawiający może naliczyć wysokie kary korzystając z uprawnień zapisów § 4 pkt. 10 oraz § 5 pkt. 1. Natomiast w przypadku dokonania nieterminowej realizacji płatności za dostarczony towar przez Zamawiającego, Wykonawca może naliczyć jedynie odsetki w wysokości ustawowej. Dlatego też wnosimy o wykreślenie z projektu umowy § 4 pkt. 10 i pozostawienie zmodyfikowanych zapisów § 5 pkt. 1.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

#### Zapytanie 14 - dot. projektu § 5 pkt. 1.

„W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub jej części przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 2% wartości niedostarczonego w przewidzianym terminie lub dostarczonego niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy przedmiotu umowy za każdą rozpoczętą dzień zwłoki.”

Zwracamy się z prośbą o zmianę w/w zapisu w projekcie umowy zmniejszając karę umowną do 0,2% wartości nie dostarczonego w przewidzianym terminie lub dostarczonego niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy przedmiotu umowy za każdą rozpoczętą dzień zwłoki.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

#### Zapytanie 15 - dot. grupy 32

Czy Zamawiający dopuszcza system do aspiracji szpiku kostnego z ergonomicznymi skrzydełkami. Zaostrzone w trzech płaszczyznach ostrze igły zapewnia atraumatyczne, szybki i łatwy wejście do jamy szpikowej. Regulacja ze skalą w milimetrach pozwalająca na precyzyjną kontrolę głębokości penetracji. Zakończenie Luer Lock pozwalające na bezpieczne połączenie z różnymi rodzajami strzykawek. Rozmiar 16G/30mm

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

#### Zapytanie 16 - dot. Grupy 31

Czy Zamawiający dopuszcza igłę do trepanobiopsji z ergonomiczną rączką z dodatkową kaniulą ekstrakcyjną. Regulator głębokości wklucia pozwala precyzyjnie kontrolować głębokość wklucia. Zakończenie Luer Lock pozwalające na bezpieczne połączenie z różnymi rodzajami strzykawek. Rozmiar 11G/10cm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Zapytanie 17 - dotyczy grupy 12, poz. nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza zaofiarowanie filtra neonatologicznego infuzyjnego płaskiego 0,2µm- 96h – przedłużkami ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Zapytanie 18 - dotyczy grupy 12, poz. nr 1 i 2

Czy Zamawiający wymaga aby filtry neonatologiczne były wyposażone w zacisk szczelinowy samoodpowietrzacz ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Zapytanie 19 - dotyczy pakietu nr 7

Czy Zamawiający wymaga, aby rurki posiadały mankietem o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga takiego potwierdzenia.

Zapytanie 20 - dotyczy grupy 18

Czy Zamawiający dopuści trzykomorowy, sterylny zestaw do drenażu klatki piersiowej posiadający wydzieloną komorę zastawki podwodnej z barwnikiem, komorę na wydzielinę o pojemności 2200 ml, wydzieloną wodną komorę regulacji siły ssania z barwnikiem, samouszczelniającym portem igłowym, posiadający automatyczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim dodatnim ciśnieniem oraz mechaniczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem ujemnym z filtrem?

Zestaw z samouszczelniającym portem igłowym do pobierania próbek drenowanego płynu. Możliwość wyciszenia bez ingerencji w system centralnej próżni oraz autoregulacja intensywności „bąblowania”. Zestaw o budowie kompaktowej, o stabilnej podstawie i wysokości maksymalnej 25cm, o przezroczystej przedniej ścianie, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie. Dren łączący bezłateksowy zabezpieczony przed zagięciem metalową sprężyną.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Zapytanie 21 - dotyczy grupy 19

Czy Zamawiający dopuści systemy do wielokrotnego odsysania w układzie zamkniętym renomowanego producenta Smiths Medical - Portex w wymaganych rozmiarach do rurek intubacyjnych o długości 57cm zamiast 58cm i tracheostomijnych o długości 30cm zamiast 36,5cm, o potwierdzonym czasie stosowania do 72 godziny, miękkie a jednocześnie wytrzymałe cewnik z otworem dystalnym i dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi, kanał irygacyjny umiejscowiony na łączniku „T” w wersji jednoświatłowej lub wtopiony w ścianki cewnika (umożliwiający dodatkowo rozcięcie gęstej wydzieliny oraz podanie leku), suwak zaworu sterującego ssaniem z blokadą przypadkowego użycia, wygodny uchwyt z oznaczeniem rozmiaru, gładko wykończone krawędzie, przezroczysty łącznik „T”, port MDI, do użytku dla jednego pacjenta, sterylizowany tlenkiem etylenu? Rozmiary: 16F/30cm – dla wersji jednoświatłowej oraz 14F/57cm, 16F/57cm, 14F/30cm – dla wersji dwuświatłowej.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Zapytanie 22 - dotyczy grupy 21

Czy Zamawiający dopuści rurki renomowanego producenta Smiths Medical – Portex posiadające mankiet Soft Seal – funkcjonalnie stożkowy, o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, duży otwór usytuowany tuż nad mankietem pozwalający na efektywne i dokładne odessanie gromadzącej się wydzieliny, wbudowany w ściankę rurki przewód do odsysania nie zmniejszający jej wewnętrznego światła z przymocowanym kapturkiem w jaskrawym kolorze, z otworem Murphy’ego, o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnątrz i zewnątrz, z gładkim połączeniem mankieta z rurką, balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankieta (płaski przed wypełnieniem) z oznaczeniem nazwy producenta, średnicy rurki i mankieta oraz rodzaju mankieta, przewód łączący balonik kontrolny w innym kolorze niż korpus rurki, dodatkowe oznaczenie rozmiaru na korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu jak i na łączniku, linia Rtg na całej długości rurki, skala centymetrowa podana na korpusie rurki pomagająca określić głębokość intubacji wraz z oznaczeniem poziomu strun głosowych, sterylna, jednorazowa. W rozmiarach od 6,0 do 9,0 mm co 0,5 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Zapytanie 23 - dot. grupy 23 poz.1:

Czy Zamawiający oczekuje, aby metalowa prowadnica mogła zostać wprowadzona przez introducer (bez dodatkowych łączników) pozwalający wykonać tą operację bez odłączania strzykawki aspiracyjnej?

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie 24 - dot. grupy 23 poz.1:

Czy Zamawiający oczekuje, aby prowadnica wykonana była ze stopu niklowo-tytanowego, uniemożliwiającego trwale zagięcie prowadnicy w wyniku nieudanego wprowadzania?

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie 25 - dot. grupy 4 poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści rękawice nitylowe pakowane z teksturowanymi palcami a’ 200 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Zapytanie 26 - dot. grupy 10 poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści rękawice z teksturowanymi palcami pakowane a' 200 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zapytanie 27 - dot. grupy 24 poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści dren do opłucnej z ostrym trokarem?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Zapytanie 28 - dot. grupy 24 poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści dren do opłucnej z oznaczeniem rozmiaru na drenie i łączniku, bez oznaczenia na uchwycie trokara?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Zapytanie 29 - dot. grupy 24 poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści dren do opłucnej ze znacznikiem głębokości co 5 cm (do 20 cm)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Zapytanie 30 - dot. grupy 31 poz. 1

Prosimy o odstąpienie od wymogu regulacji ze skalą w minimetrach oraz zakończenia luer-lock?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Zapytanie 31 - dot. grupy 32 poz. 1


Czy Zamawiający dopuści system o długości 43 mm z regulacją w zakresie 5-30?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Zapytanie 32- dot. grupy 36 poz. 1


Czy Zamawiający dopuści następujący zbiornik na płyny:



Torebka artroskopowa na płyny o wym. 60x100cm

Torebka z przezroczystego polietylenu, z otworem samouszczelniającym się o wym. 6x8cm, z kształtką metalową w górnej części torebki na całej jej górnej krawędzi, z 2ma przylepcami w przedniej części służące do ufixsowania torebki, portem do odsysania treści w dolnej części worka, budowa końcówki portu umożliwia dopasowanie do nich drenów o różnej średnicy.

Lub



Torebka do zbiórki płynów w kształcie stożka o wym. 50x50cm

Torebka posiada filtr w dolnej wewnętrznej części, usztywnienie /wzmocnienie/ kształtką metalową/ w górnym brzegu, port do odsysania treści umieszczony w dolnej części torebki, budowa końcówki portu umożliwia dopasowanie drenów o różnej średnicy

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Zapytanie 33 - dot. grupy 37 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę jednorazowego użytku o poj. 3ml?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Zapytanie 34 - dot. grupy 37 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę jednorazowego użytku z podziałką co 0,2 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Zapytanie 35 - dot. grupy 37 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę jednorazowego użytku z podziałką co 0,5 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Zapytanie 36 - dot. grupy 37 poz. 1-4

Czy Zamawiający oczekuje strzykawek 3 – częściowych?

Odpowiedź

Nie.

Zapytanie 37 - dot. grupy 37 poz. 1-4

Czy Zamawiający oczekuje strzykawek z zakończeniem Luer czy Luer Lock?

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie 38 – dotyczy grupy 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o powierzchni chropowatej?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Zapytanie 39 - dotyczy projektu umowy:

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie 40 - dotyczy projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 3 wzoru umowy słowa „w szczególności” zastąpić skrótem „tzn.”?

Słowa „w szczególności” powodują bowiem, że katalog okoliczności będących przesłanką odstąpienia od umowy pozostaje otwarty. Brak precyzyjnego określenia przesłanek odstąpienia od umowy może powodować konflikty i zagrażać interesom stron, zwłaszcza w świetle dotkliwych sankcji za odstąpienie od umowy przewidzianych w art. 24 ust. 1 pkt 1a) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Zapytanie 41 - dotyczy projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 3 wzoru umowy zostało dopisane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Zapytanie 42 - dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 4 wzoru umowy słowa „5% całkowitej wartości przedmiotu umowy” zostały zastąpione słowami „5% wartości niezrealizowanej części umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za zerwanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku zerwania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części kara umowna mogłaby okazać się niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara mogłaby być uznana za rażąco wygórowaną w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Zapytanie 43 - dotyczy projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 3 wzoru umowy zostało dopisane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Strony mogą jednak wyjątkowo podwyższyć ceny jednostkowe w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy”?

Dopisanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Zapytanie 44 - dotyczące grupy 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic, dla których zawartość protein mieści się w przedziale 32,7-42,3 µm/g?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Zapytanie 45 – dotyczy projektu umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów par. 5 ust. 1 i doda na końcu zapis: jednak nie więcej niż 10% wartości niedostarczonego towaru?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Zapytanie 46 – dotyczy projektu umowy §5 ust.4

Prosimy o zmianę §5 ust. 4 wzoru umowy na następujący:

W przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający ma prawo obciążyć go karą umowną w wysokości 3% niezrealizowanej wartości przedmiotu niniejszej umowy, o której mowa w §1 ust. 2, chyba że umowa przewiduje karę w innej wysokości.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Zapytanie 47 – dotyczy projektu umowy §5 ust. 3

Wnosimy o np. zmianę na:

Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę w szczególności w przypadku przekraczającej 7 dni lub powtarzającej się zwłoki w dostawie przedmiotu umowy lub załatwieniu reklamacji lub w przypadku powtarzających się reklamacji, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do realizacji umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Zapytanie 48 – dotyczy grupy 10, poz. 1-3

Prosimy o dopuszczenie rękawic z teksturą na końcach palców.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zapytanie 49 – dotyczy grupy 10, poz. 1-3

Prosimy o dopuszczenie rękawic pakowanych a'200szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości i podanie ceny jednostkowej netto za 1 op. a'200szt. Całkowita ilość zamawiana przez Zamawiającego po przeliczeniu nie ulegnie zmianie.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zapytanie 50

Pytania:

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w przypadku wątpliwości będzie żądał dostarczenia próbek w celu weryfikacji czy zaoferowane produkty odpowiadają wymogom Zamawiającego zawartym w SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający w specyfikacji nie wymagał dostarczenia próbek w celu weryfikacji czy zaoferowane produkty odpowiadają wymogom Zamawiającego zawartym w SIWZ

Zapytanie 51 – dotyczy grupy 1

Prosimy o wyjaśnienie czy igły do iniekcji mają być polerowane elektrochemicznie?

Odpowiedź:

Igły mają spełniać wymagania dopuszczające je do obrotu jako wyrób medyczny; przygotowanie produktu musi być zgodne z wymaganymi normami dla danego produktu.

Zapytanie 52 – dotyczy grupy 4

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje rękawic , podwójnie oznakowanych jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kategorii III, zgodne z EN 455, EN 374-3, EN 420?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga takiego oznakowania.

Zapytanie 53 – dotyczy grupy 4

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje rękawic zgodnych z normą EN 455 potwierdzoną przez europejską jednostkę notyfikowaną?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający w celu potwierdzenia zgodności rękawic z normą EN 455 wymaga dokumentu potwierdzającego wystawionego przez producenta nie wcześniej niż w 2012 roku.

Zapytanie 54 – dotyczy grupy 4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania rękawic nitrylowych nowej generacji, przebadanych na przepuszczalność dla wirusów wg ASTM F 1671 oraz podwójnie oznakowanych jako wyrób medyczny i jednocześnie środek ochrony osobistej (stosowane informacje fabrycznie umieszczone na opakowaniach), pakowanych w opakowania maks. 200 szt. Nadmieniamy, że dopuszczenie ww. rękawic nie zwiększy kosztów zakupu, a jednocześnie pozwoli Zamawiającemu wyeliminować całkowicie problem alergii na proteiny lateksowe, przy zachowaniu parametrów mechanicznych rękawic lateksowych nowej generacji rękawic nitrylowych nie odbiegają od lateksu, gwarantując jednocześnie wyższy poziom ochrony.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Zapytanie 55 – dotyczy grupy 7

Czy rurki mają posiadać logo producenta na korpusie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

Zapytanie 56 – dotyczy grupy 7

Czy rurki mają posiadać mleczny, odłączany konektor?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Zapytanie 57 – dotyczy grupy 7

Prosimy o dopuszczenie rurek z mankietem z przeźroczystym przewodem łączącym balonik kontrolny?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Zapytanie 58 – dotyczy grupy 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 200szt. Taki sposób pakowania wpływa na ergonomię magazynowania produktu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zapytanie 59 – dotyczy grupy 10

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje rękawic podwójnie oznakowanych jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kategorii III?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

Zapytanie 60 – dotyczy grupy 10

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje rękawic zgodnych z normą EN 455 potwierdzoną przez europejską jednostkę notyfikowaną?

Odpowiedź:

Zamawiający w celu potwierdzenia zgodności rękawic z normą EN 455 wymaga dokumentu potwierdzającego wystawionego przez producenta nie wcześniej niż w 2012 roku.

Zapytanie 61 – dotyczy grupy 10

Prosimy o odpuszczenie rękawic o powierzchni mikroteksturowane na całej powierzchni z dodatkową teksturą na końcach palców, co zwiększa chwytność podczas użytkowania.

Odpowiedź:

Zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami Zamawiający dopuszcza jedynie rękawice posiadające teksturę na końcach palców.

Zapytanie 62 – dotyczy grupy 19 - Poz. 1-2

Prosimy o dopuszczenie systemu zamkniętego do odsysania o charakterze modułowym z oddzielnie pakowanymi: sterylnymi cewnikami oraz oddzielnie pakowanymi adapterami do dróg oddechowych. System z czasem użycia do 72 godzin, cewnik do rurek intubacyjnych o długości 54 cm, adapter kątowy 45 stopni

podwójnie obrotowy do dróg oddechowych umożliwiający prowadzenie bronchoskopii bez rozłączania obwodu oddechowego, z portem do płukania, cewnik skalowany jednostronnie co 1cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi ułożonymi naprzemiennie, z zastawką kontroli ssania z blokadą przypadkowego użycia, z bezobsługową, samouszczelniającą się i dwudzielną zastawką oddzielającą komorę płukania od układu oddechowego, z przezroczystą komorą płuczącą, z kolorowymi naklejkami dni tygodnia w języku angielskim, bez portu MDI.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Zapytanie 63 – dotyczy grupy 19 - Poz. 3-4

Prosimy o dopuszczenie systemu zamkniętego do odsysania o charakterze modułowym z oddzielnie pakowanymi: sterylnymi cewnikami oraz oddzielnie pakowanymi adapterami do dróg oddechowych. System z czasem użycia do 72 godzin, cewnik do rurek tracheotomijnych o długości 34 cm, adapter kątowy 45 stopni podwójnie obrotowy do dróg oddechowych umożliwiający prowadzenie bronchoskopii bez rozłączania obwodu oddechowego, z portem do płukania, cewnik skalowany jednostronnie co 1cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi ułożonymi naprzemiennie, z zastawką kontroli ssania z blokadą przypadkowego użycia, z bezobsługową, samouszczelniającą się i dwudzielną zastawką oddzielającą komorę płukania od układu oddechowego, z przezroczystą komorą płuczącą, z kolorowymi naklejkami dni tygodnia w języku angielskim, bez portu MDI.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Zapytanie 64 – dotyczy grupy 19 - Poz. 1-4

Z uwagi na dostępne na rynku cewniki w systemie zamkniętym na 48h i 72h, to w celu zachowania uczciwej konkurencji, prosimy o dopuszczenie podania ceny na 24h z odpowiednim przeliczeniem ilości cewników.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Zapytanie 65 – dotyczy grupy 22

Prosimy o dopuszczenie wymiennika ciepła i wilgoci o wadze 6,3g, przestrzeni martwej 10ml, oporach przepływu 0,25 cm H<sub>2</sub>O przy 30 l/min, utracie wilgotności 8,4 mg H<sub>2</sub>O/l przy VT 500 ml i skuteczności nawilżania 29,2 mg H<sub>2</sub>O/l przy VT 500.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Zapytanie 66 – dotyczy grupy 37

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, czy strzykawki mają posiadać długość skali na cylindrze odpowiadającej pojemności nominalnej strzykawki tj. bez rozszerzenia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

**Zamawiający**