



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Tel. (52) 36-55-352, (52) 36-55-296, (52) 36-55-495, (52) 36-55-521
Fax. (52) 36-55-752

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
PN-N 18001:2004

NZZ/57/D/12

Bydgoszcz dnia 24.08.2012 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę podłoży do hodowli drobnoustrojów oraz dzierżawa aparatu do monitoringu posiewów krwi i płynów ustrojowych, nr sprawy NZZ/57/D/12.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Działając na podstawie art. 38, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.) w związku z pytaniami zadanymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w w/w sprawie, Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zapytanie 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie do oferty instrukcji obsługi oferowanego analizatora w formie elektronicznej na CD lub w formie papierowej podpisanej tylko na pierwszej tytułowej stronie, by w pełni potwierdzić wymagane parametry?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Zapytanie 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie do oferty procedur diagnostycznych – metodyk w formie elektronicznej na CD lub w formie papierowej podpisanej tylko na pierwszej tytułowej stronie?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Zapytanie 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na rozszerzenie formularza cenowego o wycenę materiałów zużywalnych niezbędnych do prawidłowej pracy aparatu?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Zapytanie 4

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie aparatu w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy oraz odpowiednią zmianę zapisu projektu umowy zał. Nr 3 §5 ust. 3?

Uzasadnienie: Z uwagi na to, że aparaty są na bieżąco wysyłane do użytkowników, firma nie prowadzi magazynu używanych systemów i w związku z powyższym musi on być sprowadzony z zagranicy. Wiąże się to ze skomplikowanymi procedurami celnymi, które nie pozwalają na zagwarantowanie dostarczenia analizatora w ciągu 14 dni.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Zapytanie 5

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie do oświadczenia zał. Nr 5 dwóch punktów: 10) i 11) zgodnie z obowiązującymi zapisami art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.)?

Odpowiedź

Zamawiający dokona w tym zakresie modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 6

Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia parametry graniczne Punkt 1. Czy Zamawiający pod zapisem aparat nie starszy niż 2010 rok wymaga zaoferowania nowego aparatu nie starszego niż 2010 rok w najnowszej wersji technologicznej oferowanej przez danego. Producenta aparatów do posiewów krwi i płynów ustrojowych (komora inkubacyjna wraz z komputerem wbudowanym lub zewnętrznym), a nie komorą inkubacyjną starszą niż 2010 rok w połączeniu z nowym komputerem, z monitorem dotykowym z 2010 roku?

Odpowiedź


Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 7

Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia parametry graniczne Punkt 4. Czy Zamawiający dopuści oryginalny zainstalowany przez Producenta interfejs z oprogramowaniem w wersji graficznej zamiennie do oprogramowania opartego na platformie Windows (min. Windows XP)?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Tel. (52) 36-55-352, (52) 36-55-296, (52) 36-55-495, (52) 36-55-521
Fax. (52) 36-55-752

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
PN-N 18001:2004

Zapytanie 8

Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia parametry graniczne Punkt 5 Czy w przypadku podłączonej klawiatury zewnętrznej i możliwości pracy na tej klawiaturze w przypadku awarii ekranu dotykowego Zamawiający wyrazi zgodę na niepodłączanie dodatkowo myszy optycznej z uwagi na brak możliwości technologicznych takiego rozwiązania w nowej generacji aparatu z wbudowanym komputerem z monitorem w wersji dotykowej ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zapytanie 9

Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia parametry graniczne Punkt 7 Czy Zamawiający pod zapisem Aparat wyposażony w moduł dwukierunkowej transmisji umożliwiający podłączenie oraz wymianę danych z siecią laboratoryjną szpitala (podłączenie aparatu do sieci ProMIC Szpitala) rozumie podłączenie analizatora do Laboratoryjnej Sieci Szpitalnej, która jest na wyposażeniu laboratorium mikrobiologicznego i czy Zamawiający wymaga w związku z tym podłączeniem dodatkowego stanowiska komputerowego (stacji roboczej)?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga podłączenia aparatu do laboratoryjnych systemów informatycznych w zakresie ProMIC, będącego własnością Szpitala. Zamawiający nie wymaga zaoferowania dodatkowej stacji roboczej.

Zapytanie 10

Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia parametry graniczne Punkt 15. Czy Zamawiający dopuści jako potwierdzenie wymaganego zapisu oświadczenie wykonawcy i metodykę producenta?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Dotyczy projektu umowy

Zapytanie 11

§3 ust. 7 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie po kropce postanowienia w brzmieniu: „Wyjątek stanowią zapisy §8.”?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 12

§4 ust. 11- Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„W przypadku niedostarczenia przedmiotu dostawy wolnego od wad w terminie określonym w ust. 9 lub w przypadku opóźnienia w dostawie przekraczającego o ponad 3 dni termin określony w ust. 2 Zamawiający ma prawo, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy, do dokonania zakupu u osoby trzeciej, a w przypadku wyższej ceny zakupu niż cena wynikająca z niniejszej umowy różnicą tą obciążyć Wykonawcę, który ma obowiązek uregulować należność w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury, jak również Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 5% niedostarczonego lub nienależycie dostarczonego przedmiotu dostawy. Zapisu powyższego nie stosuje się, jeżeli Zamawiający skorzysta z uprawnień, o których mowa w ust. 13.”?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 13

§4 ust. 13 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„W przypadku zwłoki w wykonaniu umowy lub jej części przez Wykonawcę, Zamawiający może żądać od Wykonawcy, zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% wartości niedostarczonego w terminie przedmiotu dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.”?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 14

§4 ust. 16 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„W przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo obciążyć go karą umowną w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy.”?

Uzasadnienie: W przypadku odstąpienia od umowy na etapie np. zrealizowania umowy w 90%, kara ta winna być liczona od części, której Wykonawca nie zrealizował. Kara liczona od wartości całej umowy, staje się wówczas nieadekwatna do ewentualnego uchybienia Wykonawcy.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Tel. (52) 36-55-352, (52) 36-55-296, (52) 36-55-495, (52) 36-55-521
Fax. (52) 36-55-752

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
PN-N 18001:2004

Zapytanie 15

§5 ust. 10 pkt. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowień pkt. 1?

Uzasadnienie: Przedmiot dzierżawy jest własnością Wydierżawiającego a nie Zamawiającego. Żaden nieautoryzowany podmiot bez zgody Wykonawcy nie może dokonywać żadnych ingerencji na przedmiocie dzierżawy, gdyż narusza to warunki gwarancji. Przedmiotem dzierżawy jest specjalistyczny sprzęt medyczny, tylko i wyłącznie uprawniony do tego, autoryzowany podmiot może dokonywać jakichkolwiek przeróbek, napraw, likwidowania usterek. Zamawiający w pkt. 1 umieścił postanowienie, zgodnie z którym na wypadek zwłoki Wykonawcy, zastrzega sobie prawo zlecenia usunięcia wady osobie trzeciej. Należy podkreślić, że takie działanie jest sprzeczne z warunkami gwarancyjnymi producenta. Po ingerencji w specjalistycznym sprzęcie medycznym podmiotu trzeciego, ani producent, ani Wykonawca nie może ręczyć za prawidłowe jego działania, w tym za poprawność w wydawanych wynikach diagnostycznych. W takiej sytuacji postanowienia gwarancji producenta wygasają.

Dodatkowo Zamawiający umieścił postanowienie umożliwiające, w sytuacji gdy wada nie da się usunąć, wydierżawienie sprzętu o analogicznych lub zbliżonych parametrach. Odczynniki laboratoryjne będące przedmiotem niniejszej umowy są kompatybilne wyłącznie z aparaturą medyczną tego samego producenta (sprzętu będącego przedmiotem dzierżawy). Nie ma możliwości, by możliwe było wykonywanie badań na aparaturze o analogicznych lub zbliżonych parametrach, jeśli sprzęt ten jest innego producenta.

Zamawiający przewidział rozwiązanie takiej sytuacji w pkt. 2 i 3 tego samego ustępu, tj. naliczenie kary umownej za każdy dzień, bądź też rozwiązanie umowy, co również wiąże się z karą umowną. Mając powyższe na uwadze prosimy o wykreślenie postanowienia umownego w brzmieniu pkt. 1.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 16

§5 ust. 14 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Czas reakcji (podjęcie działań zmierzających do usunięcia awarii) w wyniku zgłoszenia usterki dotyczącej przedmiotu dzierżawy wyniesie maksymalnie dwa dni robocze.”?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 17

§8 ust. 1 lit. a) – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „zmiany stawki VAT w przypadku zmiany stawki VAT wprowadzonej właściwymi przepisami; w tej sytuacji ceny jednostkowe netto i wartość miesięcznej dzierżawy netto pozostaje bez zmian.”?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 18

Dotyczy Tabela A: Podłoża do hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów infuzyjnych. Aparat do monitoringu posiewów krwi oraz płynów ustrojowych. Pkt. 22. „Wdrożenie systemu w Szpitalu - szkolenie dla personelu medycznego (10-15 osób) w zakresie procedur posiewu krwi oraz płynów ustrojowych i praktyki pobierania krwi na posiew za pomocą systemu próżniowego / zakończone certyfikatem”.

Zamawiający w pkt. 22 parametrów granicznych dotyczących opisu przedmiotu zamówienia zawarł zapis dotyczący „wdrożenia w Szpitalu prawidłowych procedur w zakresie pobierania krwi do podłoża hodowlanych na posiew za pomocą systemu próżniowego”.

Pragniemy pokreślić, iż przeprowadzenie takiego szkolenia będzie możliwe jedynie w przypadku, kiedy oferowane podłoża do systemu do posiewu krwi oraz płynów ustrojowych będą kompatybilne z systemem próżniowym, który posiada Zamawiający.

Czy w związku z tym Zamawiający wymaga aby oferowane podłoża hodowlane byłyby kompatybilne (pod względem średnicy oraz długości) ze standardowymi uchwytyami stosowanymi wraz z igłami motylkowymi z wężykiem w systemach próżniowych oferowanych przez różnych producentów? Jedynie w takim przypadku możliwe będzie prawidłowe pobranie krwi na posiew za pomocą systemu próżniowego w Państwa Szpitalu oraz przeprowadzenie szkolenia dla personelu w zakresie prawidłowych procedur pobierania krwi na posiew?


Odpowiedź

Zamawiającemu zależy na bezpieczeństwie personelu oraz certyfikacji w zakresie prawidłowych procedur pobierania krwi na posiew. W związku z czym wymagane jest aby oferowane podłoża były kompatybilne pod względem średnicy oraz długości ze standardowymi uchwytyami stosowanymi wraz z igłami motylkowymi i wężykiem w systemach próżniowych oferowanych przez producentów.

Zapytanie 19

Dotyczy Tabela A: Podłoża do hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów infuzyjnych. Aparat do monitoringu posiewów krwi oraz płynów ustrojowych. Pkt. 22

Czy w przypadku, kiedy poszczególni Wykonawcy oferują podłoża, które nie są kompatybilne ze standardowymi elementami (uchwyty) systemu próżniowego, co uniemożliwia prawidłowe pobranie krwi na posiew od pacjentów oraz przeprowadzenie



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. (52) 36-55-352, (52) 36-55-296, (52) 36-55-495, (52) 36-55-521

Fax. (52) 36-55-752

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

PN-N 18001:2004

szkolenia i spełnienia Zapisów w pk. 22 SIWZ, Zamawiający wymaga aby odpowiednie uchwyty oraz adaptory, kompatybilne z oferowanymi podłożami zostały zaoferowane w postępowaniu przetargowym oraz wycenione w celu umożliwienia prawidłowego pobrania krwi na posiew?

Zwracamy się jednocześnie z prośbą o rozszerzenie tabeli asortymentowo – cenowej o odpowiednie pozycje umożliwiające wycenę odpowiednich uchwytów oraz przekładek umożliwiających dostosowanie średnicy podłoży do pobrania krwi na posiew jak również wykonania pozostałych badań laboratoryjnych z jednego wkłucia od pacjenta. Prosimy jednocześnie o podanie ilości sztuk, które należy zaoferować i wycenić w postępowaniu przetargowym.

W przeciwnym wypadku, Oferenci, których podłoża nie są kompatybilne z systemem pobierania krwi używanym w Szpitalu nie będą w stanie zapewnić Personelowi szpitala pracy na wysokim poziomie bezpieczeństwa oraz umożliwić certyfikację procedury pobierania krwi na posiew, której wymaga Zamawiający.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający