



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY  
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. 52/36-55-296, 52/36-55-352, 52/36-55-495, 52/36-55-521

Fax. 52/36-55-496

ISO 9001: 2008

ISO 14001: 2008

PN-N18001:2001

NZZ/70/P/12

Bydgoszcz, dnia 20.09.2012 r.

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku i drobnego sprzętu medycznego.

**Wszyscy Wykonawcy**

### **ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm. ) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień.

#### Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści w Grupie 27 Zestaw do znieczulania zewnątrz oponowego składający się z ; igły Tuohy kodowanej kolorem, ze plastikowym mandrynem , skalowanej co 10 mm z opcjonalnie zdejmowanymi „skrzydełkami”; cewnika z otworem końcowym , wykonanym z obojętnego chemicznie tworzywa medycznego, odporny na złamania , znaczniki długości; filtr zewnątrz oponowy płaski 0,2, skuteczny przez 96h ,sterylny ;strzykawka niskooporowa z końcówką luer slip 10ml ; łącznik dop. cewnika wykluczający przypadkowe rozłączanie ; przewód i etykieta identyfikacyjna cewnika ZO.

#### Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

#### Pytanie nr 2

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów par. 5 ust. 1 i doda na końcu zapis: jednak nie więcej niż 10% wartości nie dostarczonego towaru oraz usunie z par. 4 ust. 11 zdanie o obciążeniu Wykonawcy kara umowną z tytułu dokonania zakupu interwencyjnego??

#### Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Zamawiający**