



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY  
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. 52/36-55-296, 52/36-55-352, 52/36-55-495, 52/36-55-521

Fax. 52/36-55-496

ISO 9001: 2008

ISO 14001: 2008

PN-N18001:2001

NZZ/78/P/12

Bydgoszcz, dnia 01.10.2012 r.

**Wszyscy Wykonawcy**

**Dotyczy :** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę implantów stalowych do zespołów kości oraz innego drobnego sprzętu medycznego.

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm. ) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień.

#### Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych w umowie dostawy Załącznik nr 3 do SIWZ, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub jej części przez Wykonawcę na 0,1% wartości niedostarczonego w przewidzianym terminie lub dostarczonego niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki?

#### Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

#### Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Grupie I poz. 5 płytek posiadających 5 otworów w głowie płytki?

#### Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

#### Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Grupie I poz. 7 wkrętów korowych fi 2,7mm o długościach 10-44mm zamiast 10-90mm?

#### Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza produkt o parametrach zgodnych do poniższej modyfikacji. Zamawiający modyfikuje zapisy w przedmiocie zamówienia – zał. nr 1 do SIWZ i w opisie przedmiotu zamówienia dla grupy 1 – Implanty stalowe do zespołów kości długich, poz. 7- Wkręty korowe w kolumnie 3 - Minimalne parametry skreśla zapis: "Wkręty korowe średnica 3,5mm (10-40), 2,7 (10-90)mm, gniazdo sześciokątne (kompatybilne z wymienionym wyżej asortymentem płytek). Zamawiający wymaga utworzenia depozytu w siedzibie Zamawiającego w ilości po 3 szt. z każdego z rozmiarów" i w to miejsce wprowadza zapis o następującym brzmieniu: „Wkręty korowe średnica 3,5mm (10-90), 2,7 (10-40)mm, gniazdo sześciokątne (kompatybilne z wymienionym wyżej asortymentem płytek). Zamawiający wymaga utworzenia depozytu w siedzibie Zamawiającego w ilości po 3 szt. z każdego z rozmiarów”.

#### Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Grupie IV poz. 1 wiertła trepanacyjnego o długości części roboczej 75mm zamiast 100mm?

#### Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

**Zamawiający zawiadamia, iż powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ. Wykonawcy są zobowiązani do uwzględnienia powyższych zapisów w ofercie.**

**Zamawiający**