



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. 52/36-55-296, 52/36-55-352, 52/36-55-495, 52/36-55-521

Fax. 52/36-55-496, 52/36-55-752

ISO 9001: 2008

ISO 14001: 2008

PN-N18001:2001

NZZ/91/P/12

Bydgoszcz, dnia 07.11.2012 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku do koronografii i angioplastyki

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i wprowadza następujące zmiany.

W załączniku nr 1 do SIWZ pn. Przedmiot zamówienia w tabeli dla grupy 6 - *Prowadnik do PTCA z uwzględnieniem zmian trudnych - prowadnik do rekanalizacji przewlekłe zamkniętych tętnic wieńcowych – sztuk 1 500* wykreśla się następujące zapisy:

1. w poz. 3 w kolumnie 2- Opis wymaganych parametrów granicznych
wykreśla się zapis:

średnica 0.014"

długości - 180 -195cm i 300cm

w zamian wprowadza się nowy zapis, który otrzymuje brzmienie:

średnica 0.014"

długości- 190 -195cm i 300cm

2. w poz. 4 w kolumnie 2- Opis wymaganych parametrów granicznych

wykreśla się zapis:

wybór końcówek roboczych – co najmniej 6 rodzajów twardości – w tym do udrożnień (podać rodzaje końcówek roboczych)

w zamian wprowadza się nowy zapis, który otrzymuje brzmienie:

wybór końcówek roboczych – co najmniej 20 rodzajów twardości – w tym min. 12 do udrożnień (podać rodzaje końcówek roboczych)

Zamawiający