



**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY**  
**85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75**

**Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia**

**Tel. 52/36-55-296, 52/36-55-352, 52/36-55-495, 52/36-55-521**

**Fax. 52/36-55-496**

**ISO 9001: 2008**

**ISO 14001: 2008**

**PN-N18001:2001**

---

**NZZ/91/P/12**

Bydgoszcz, dnia 09.11.2012 r.

**Wszyscy Wykonawcy**

**Dotyczy :** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku do koronografii i angioplastyki

### **ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm. ) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień.

**Pytanie nr 1** - dotyczy grupy 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zestawie miniprowadnika: 0,025", 0,021" lub 0,018" o długości 45 cm wszystkie pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

**Zamawiający**