



**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY**  
**85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75**

**Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia**

**Tel. 52/36-55-296, 52/36-55-352, 52/36-55-495, 52/36-55-521**

**Fax. 52/36-55-496**

**ISO 9001: 2008**

**ISO 14001: 2008**

**PN-N18001:2001**

**NZZ/91/P/12**

Bydgoszcz, dnia 16.11.2012 r.

**Wszyscy Wykonawcy**

**Dotyczy :** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku do koronografii i angioplastyki

### **ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm. ) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień.

**Pytanie nr 1** - dotyczy grupy 4

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w grupie 4 „Cewnik prowadzący do PTCA” cewników o trójwarstwowej budowie ściany (zew. nylon, zbrojenie, wew. powłoka silikon), wyposażone w zaawansowany system zbrojenia złożonego z drutów (tzw. technologia „Full Wal Technology<sup>R</sup>”), zapewniających odporność na rozciąganie, doskonałe podparcie pamięć kształtu oraz utrzymanie jednolitego światła wewnętrznego na całej długości cewnika, niezależnie od krętości naczyń i wykonywanych obrotów. Cewnik posiada średnicę światła wewnętrznego 0,058” dla średnicy 5F oraz 5 krzywizn dedykowanych dla dostępu promieniowego (EBU,MAC,JL,JR,AL). Pozostałe wymogi techniczne specyfikacji przetargowej zgodnie z wymogami SIWZ?

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

**Zamawiający**