



**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75**

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Tel. (52) 36-55-352, (52) 36-55-296, (52) 36-55-495, (52) 36-55-521
Fax. (52) 36-55-752

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
PN-N 18001:2004

NZZ/57/D/12

Bydgoszcz dnia 21.11.2012 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę podłoży do hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów infuzyjnych oraz dzierżawa aparatu wraz z wyposażeniem do monitoringu posiewów krwi i płynów ustrojowych, nr sprawy NZZ/57/D/12.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę podłoży do hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów infuzyjnych oraz dzierżawa aparatu wraz z wyposażeniem do monitoringu posiewów krwi i płynów ustrojowych, nr sprawy NZZ/57/D/12.

UZASADNIENIE

Uzasadnienie prawne

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie faktyczne

Zamawiający w SIWZ nie sprecyzował w sposób jednoznaczny wymagania dotyczącego kompatybilności oczekiwanych podłoży z używanym obecnie przez Zamawiającego systemem próżniowym do pobierania krwi.

Zamawiający nie określił jakim dysponuje systemem. Z dokumentacji przetargowej nie wynikał jednoznacznie warunek kompatybilności podłoży do posiewu krwi pod względem średnicy oraz długości szyjek butelek ze standardowymi uchwyty, igłami motylkowymi w systemie próżniowym. Obowiązkiem Zamawiającego jest dbanie o całkowite i pełne bezpieczeństwo osób pobierających materiał do badań mikrobiologicznych. Opisanie przedmiotu zamówienia w sposób określony w SIWZ nie zapewnia możliwości uzyskania oczekiwanego produktu pod w/w względem.

Zamawiający w związku z tym zmuszony jest unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiający