

Ogłoszenie o wyniku postępowania – zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Umieszczono na tablicy ogłoszeń Zamawiającego i stronie internetowej www.biziel.pl dnia 21.11.2012 roku. Zdjęto dnia

1. Zamawiający

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Bizuela w Bydgoszczy; ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
 telefony: (52) 36-55-495, 36-55-352; faks.: (52) 36-55-752
 NIP: 9532582266, REGON: 340517145
 Strona internetowa: www.biziel.pl, adres poczty elektronicznej: e-mail – przetargi@biziel.pl
 Godziny urzędowania: w dni robocze od poniedziałku – piątku: 7:30 – 15:00
 Osoba uprawniona do kontaktu: Przemysław Ściesiński, tel. (52) 36-55-352

2. Opis i oznaczenie postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę podłoży do hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów infuzyjnych oraz dzierżawa aparatu wraz z wyposażeniem do monitoringu posiewów krwi i płynów ustrojowych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Nr sprawy: NZZ/57/D/12

Dostawa podłoży do hodowli drobnoustrojów oraz dzierżawa aparatu do monitoringu posiewów krwi i płynów ustrojowych
 CPV: 33696500-0; PA02-0

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa podłoży do hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów infuzyjnych oraz dzierżawa aparatu wraz z wyposażeniem do monitoringu posiewów krwi i płynów ustrojowych.

Działając na podstawie art. 93 ust. 3, pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania

3. Wybrana oferta/nazwa Wykonawcy oraz uzasadnienie wyboru oferty

Nie dokonywano wyboru. Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

4. Cena wybranej oferty

Nie dokonywano wyboru.

5. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Numer oferty Nazwa /firma/adres Wykonawcy	Liczba pkt. % w kryterium Najniższa cena Waga kryterium – 100%	Razem %
<i>Oferta nr 1</i> <i>bioMerieux Polska Sp. z o.o.; ul. Żeromskiego 17; 01-882 Warszawa</i>	100	100
<i>Oferta nr 2</i> <i>DIAG-MED Sp. z o.o.; ul. Ryżowa 51; 02-495 Warszawa</i>	97,35	97,35

6. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone - uzasadnienie faktyczne i prawne

Zamawiający nie odrzucił ofert

7. Wykonawcy wykluczeni - uzasadnienie faktyczne i prawne

Zamawiający nie wykluczył Wykonawców.

8. Unieważnienie postępowania - uzasadnienie faktyczne i prawne**Uzasadnienie prawne**

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie faktyczne

Zamawiający w SIWZ nie sprecyzował w sposób jednoznaczny wymagania dotyczącego kompatybilności oczekiwanych podłoży z używanym obecnie przez Zamawiającego systemem próżniowym do pobierania krwi.

Zamawiający nie określił jakim dysponuje systemem. Z dokumentacji przetargowej nie wynikał jednoznacznie warunek kompatybilności podłoż do posiewu krwi pod względem średnicy oraz długości szyjek butelek ze standardowymi uchwyty, igłami motylkowymi w systemie próżniowym. Obowiązkiem Zamawiającego jest dbanie o całkowite i pełne bezpieczeństwo osób pobierających materiał do badań mikrobiologicznych. Opisanie przedmiotu zamówienia w sposób określony w SIWZ nie zapewnia możliwości uzyskania oczekiwanego produktu pod w/w względem.

Zamawiający w związku z tym zmuszony jest unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiający