

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

I. Określenie przedmiotu przetargu: Grupa 2 – Stentgraft aortalno – brzuszny z systemem mocowania nadnerkowym oraz stentgraft aortalno – piersiowy

Stentgraft aorty brzusznej uniwersalny (wieloczęściowy) z systemem mocowania nadnerkowym

Ilość – 4 sztuki

II. Część do wypełnienia przez przystępującego do przetargu:

1	Nazwa sprzętu	
----------	---------------	--

2	Producent	
----------	-----------	--

3. Wymóg formalny: Wpis od rejestru wyrobów medycznych lub Deklaracja zgodności z CE (załączyć kopię). (Zgodnie z wymogami prawa polskiego)

1	Nr rejestru wyrobów medycznych	data ważności wpisu	
----------	--------------------------------	---------------------	--

4. Cena zakupu:

1	Cena zakupu w. PLN- (Wartość brutto) (Waga oceny 100%)	
----------	---	--

5. Walory sprzętu wymagane przez użytkownika.

Lp	Opis parametrów	Parametry graniczne	Parametry oferowane – podać, opisać
1.	Pokrycie poliestrowe z tkaniny stosowanej do produkcji protez naczyniowych. Stent zbudowany jest na bazie Z-stentu dającego poszczególnym segmentom optymalną siłę rozprężania przy dużej wytrzymałości radialnej.	TAK	
2.	Trzyczęściowy : body – główna część graftu, nogawki contralateralna – przedłużającej krótszą nogawkę body i ipsilateralnej – przedłużającej dłuższą nogawkę body.	TAK	
3	Posiada fiksację nadnerkową za pomocą wolnego Z-et segmentu wyposażonego w haki zapewniające trwałe umiejscowienie stentgraftu w szyi tętniaka.	TAK	
4.	rozmiary : <ul style="list-style-type: none"> • szyi 22 - 36 mm • nogawki 8 - 24 mm przy długościach 37, 54, 71, 88, 105,122 mm. 	TAK	
5.	Dostarczany w formie załadowanej do systemu wprowadzającego o średnicy 18-24 F (body) i 14, 16 lub 18 F (nogawki) . Introducer wyposażony w dilatator i zbrojoną koszulkę naczyniową będącą integralną częścią zestawu.	TAK	
6.	System może być dostarczany w wersji dwuczęściowej , trzyczęściowej i jednoczęściowej z okluderem (wersja uni-iliac).	TAK	
7	W zestawie dostarczone zostaną prowadniki sztywne do implantacji oraz balon do remodelowania graftu.	TAK	
8	Wykonawca zagwarantuje dostarczenie dowolnej ilości odnóg do zabiegów w celu pełnego wyłączenia tętniaka	TAK	

Część B**Stentgraft aorty piersiowej jedno– lub wieloczęściowy****Ilość – 2 sztuki****I. Część do wypełnienia przez przystępującego do przetargu:**

1	Nazwa sprzętu	
----------	---------------	--

2	Producent	
----------	-----------	--

3. Wymóg formalny: Wpis od rejestru wyrobów medycznych lub Deklaracja zgodności z CE (załączyć kopię).
(Zgodnie z wymogami prawa polskiego)

1	Nr rejestru wyrobów medycznych		data ważności wpisu	
----------	--------------------------------	--	---------------------	--

4. Cena zakupu:

1	Cena zakupu w. PLN- (Wartość brutto) (Waga oceny 100%)	
----------	--	--

5. Walory sprzętu wymagane przez użytkownika.

Lp	Opis parametrów	Parametry graniczne	Parametry oferowane – podać, opisać
1.	Pokrycie poliestrowe z tkaniny stosowanej do produkcji protez naczyniowych. Stent zbudowany na bazie Z-stentu dającego poszczególnym segmentom optymalną siłę rozprężania przy dużej wytrzymałości radialnej.	TAK	
2.	Posiada kolce fiksujące na proksymalnej części uszczelniającej.	TAK	
3	Część dystalna posiada wolny, nie pokryty koniec z kolcami fiksującymi.	TAK	
4.	Dostępne wymiary 22 - 42 mm średnicy, długości 7,5 do 38,00 cm.	TAK	
5.	Stent może być dostarczony w wersji segmentowej i jednoczęściowej produkowanej również na zamówienie dla danego pacjenta.	TAK	
6.	System posiada zbrojony introducer z zakrzywionym końcem (80 lub 100 mm) z możliwością kontrolowanego uwalniania i rozprężania zarówno części dystalnej jak i proksymalnej.	TAK	
7	W zestawie dostarczone zostaną prowadniki sztywne do implantacji oraz balon do remodelowania graftu.	TAK	
8	Wykonawca zagwarantuje dostarczenie dowolnej ilości przedłużeń do zabiegów w celu pełnego wyłączenia tętniaka	TAK	

UWAGA

- Dla uznania oferty za ważną Wykonawca winien zaoferować sprzęt spełniający wszystkie wymagane parametry graniczne
- Wskazane jest dołączenie do oferty materiałów dotyczących oferowanego przedmiotu zamówienia (prospekty lub broszury lub wyciągi z instrukcji lub foldery lub zdjęcia lub inne dokumenty). Wymienione dokumenty mogą być załączone w języku angielskim.
- Niespełnienie któregośkolwiek z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.
- Zamawiający nie zezwala na składanie ofert wariantowych.
- Wykonawca jest zobowiązany wypełnić załącznik nr 1 i załączyć go do oferty. Załącznik nr 1 należy wypełnić w kolumnie pn. „Parametry oferowane – podać, opisać”. Załącznik musi być podpisany przez osobę uprawnioną.
- Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zmian ilościowych zamawianego sprzętu w obrębie grupy asortymentowej, tzn. zwiększenia lub zmniejszenia w ramach kwoty wynagrodzenia przysługującej Wykonawcy w zawartej umowie.

podpis

Podpis Wykonawcy.