



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. 52/36-55-296, 52/36-55-352, 52/36-55-495, 52/36-55-521

Fax. 52/36-55-496

ISO 9001: 2008

ISO 14001: 2008

PN-N18001:2001

NZZ/102/P/12

Bydgoszcz, dnia 27.11.2012 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę montaż oraz uruchomienie fabrycznie nowych urządzeń medycznych i innego sprzętu

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do fizykoterapii posiadający elektrody węglowo silikonowe o wymiarach 5x7 cm i 8x12 cm spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie nr 2- dotyczy zadania 10 - pkt 7 i 23

Czy Zamawiający dopuści do przetargu fotel nieposiadający zdejmowanych podłokietników?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 3 - dotyczy zadania 10 – pkt 10 i 26

Czy Zamawiający dopuści do przetargu fotel z regulacją wysokości w zakresie 527 – 847 mm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 4 - dotyczy zadania 10 – pkt 12 i 28

Czy Zamawiający dopuści do przetargu fotel o wymiarach siedziska 513 x 425 mm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 5 - dotyczy zadania 10 – pkt 13 i 29

Czy Zamawiający dopuści do przetargu fotel o wymiarach oparcia 513 x 567 mm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 6 - dotyczy zadania 10 – pkt 14 i 30

Czy Zamawiający dopuści do przetargu fotel z regulacją wysokości zagłówka w zakresie od 0 – 150 mm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 7- dotyczy zadania 10 – pkt 34

Czy Zamawiający dopuści do przetargu szafkę medyczną o szerokości 700 mm spełniającą pozostałe wymagania SIWZ w tym punkcie?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 8 - dotyczy zadania 10 – pkt 35

Czy Zamawiający dopuści do przetargu szafkę wyposażoną w trzy szuflady?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 9 - dotyczy zadania 9

Czy Zamawiający dopuści wózek z hydrauliczną regulacją wysokości w zakresie 550 – 950 mm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie nr 10 - dotyczy zadania 9

Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją pozycji Trendelenburga w zakresie 0-17 stopni?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11 - dotyczy zadania 9

Czy Zamawiający dopuści wózek z oparciem pleców regulowanym za pomocą systemu samoblokującego?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 12- dotyczy zadania 7

Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 450 – 850 mm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 13 - dotyczy zadania 7

Czy Zamawiający dopuści łóżko o elektrycznej regulacji segmentu uda w zakresie 0-37°?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 14 - dotyczy zadania 7

Czy Zamawiający dopuści łóżko z kołami o średnicy 125 mm blokowanym centralnie?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr15 - dotyczy zadania 7

Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami i barierkami wykonanymi z białego tworzywa ABS z kolorowymi wkładkami z możliwością wyboru koloru?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 16 - dotyczy zadania 7

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blokadą kół standardową, umieszczoną przy dwóch kołach jezdnych, uruchamianą za pomocą nogi? Pragniemy dodać, iż centralna blokada kół jest stosowana wyłącznie w szafkach z firmy LINET. Odpowiedź negatywna może spowodować posądzenie Zamawiającego o nieefektywne zarządzanie pieniędzmi publicznymi w związku z ograniczeniem liczby Oferentów w tym zadaniu.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający