



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY  
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. 52/36-55-296, 52/36-55-352, 52/36-55-495, 52/36-55-521

Fax. 52/36-55-496

ISO 9001: 2008

ISO 14001: 2008

PN-N18001:2001

NZZ/102/P/12

Bydgoszcz, dnia 07.12.2012 r.

**Wszyscy Wykonawcy**

**Dotyczy :** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę montaż oraz uruchomienie fabrycznie nowych urządzeń medycznych i innego sprzętu

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm. ) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 1 - Zadanie 1 – wirówka

Czy Zamawiający dopuści wirówkę z przyspieszeniem maksymalnym wynoszącym 25 830xg?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2 - Zadanie 1 – wirówka

Czy Zamawiający dopuści wirówkę z 6 programami?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3 - Zadanie 1 – wirówka

Czy wymaga się, aby przynajmniej 5 najczęściej używanych z 99 programów dostępnych było bezpośrednio z panelu sterowania poprzez osobne przyciski (bez potrzeby szukania ich w menu sterowania)?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wymaga, lecz dopuszcza również takie rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie nr 4 - Zadanie 1 – wirówka

Czy dopuszcza się zakres temperatur od -10<sup>0</sup>C do +40<sup>0</sup>C?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5 - Zadanie 1 – wirówka

Czy dopuszcza się wirówkę o masie 95,5kg?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6 - Zadanie 1 – wirówka

Czy wirówka powinna posiadać możliwość zmiany rotora bez użycia narzędzi (np. imbus, śrubokręt), za pomocą przycisku znajdującego się na rotorze?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wymaga, lecz dopuszcza również takie rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie nr 7 - Zadanie 2 – komora laminarna

Czy zamawiający odstąpi od wymogu sterowania przepływem powietrza w zakresie 0,3 - 0,8 m/s? Wymagana przez Zamawiającego norma EN 12469 nie zezwala na samowolne sterowanie przepływem powietrza.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8 - Zadanie 2 – komora laminarna

Czy Zamawiający dopuści komorę bez funkcji niskiego opuszczania szyby? Rozwiązanie to dostępne jest w komorze bez elektrycznego podnoszenia szyby. Ewentualnie prosimy o dopuszczenie komory z manualnie podnoszoną szybą, posiadającą funkcję niskiego opuszczania.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również komorę z manualnie podnoszoną szybą, posiadającą funkcję niskiego opuszczania, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie nr 9 - Zadanie 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek w wymiarach szerokość 960 mm, głębokość 680 mm, wysokość 1240 mm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 10 - Zadanie 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z 4 kołami o średnicy 160mm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie nr 11 - Zadanie nr 10 – fotele laryngologiczne i szafki medyczne

Czy Zamawiający dopuści do przetargu alternatywny fotel laryngologiczny o n/w parametrach:

- regulacja wysokości w zakresie: 590mm ~ 990mm
- długość po rozłożeniu: 1900mm (bez zagłówek: 1600mm)
- szerokość: 650mm (bez podłokietników: 550mm)
- podstawa: 880mm x 500mm
- siedzisko: 550mm x 450mm
- oparcie: 500mm x 540mm
- zagłówek: 210mm x 210mm
- oparcie nóg: 510mm x 260mm
- podnóżek: 435mm x 250mm
- udźwig: 200 kg
- sterowanie: pilot przewodowy
- obrót: 180° w lewo i 180° w prawo, blokowany
- zagłówek: zdejmowany, regulowany w przód i w tył, regulacja wysokości w zakresie 0-150mm
- kąt nachylenia oparcia w zakresie 0° ~ +85°

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 12 - Zadanie nr 10 – fotele laryngologiczne i szafki medyczne – pkt 34

Czy Zamawiający dopuści do przetargu szafkę medyczną o szerokości 700 mm spełniającą pozostałe wymogi SIWZ w tym punkcie.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 13 - Zadanie nr 10 – fotele laryngologiczne i szafki medyczne – pkt 35

Czy Zamawiający dopuści do przetargu szafkę medyczną wyposażoną w 3 szuflady.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 14 – Zadanie 7

Czy Zamawiający dopuści 24 miesięczny okres gwarancji przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 15 – Zadanie 7

Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego konstrukcja oparta jest na pantografie ( 4 punkty podparcia)?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 16 – Zadanie 7

Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami bez blokad? Proponowane rozwiązanie jest bezpieczne i nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 17 – Zadanie 7

Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym regulacja funkcjami elektrycznymi odbywa się za pośrednictwem panelu centralnego i pilota przewodowego?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 18 – Zadanie 7

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości w zakresie 390-830 mm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie nr 19 – Zadanie 7

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez funkcji stand-by?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 20 – Zadanie 7

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez jednego przycisku wyłączającego wszystkie funkcje elektryczne?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 21 – Zadanie 7

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez koloryzowanych barierok bocznych?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 22 – Zadanie 7

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z indywidualną blokadą kół?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 23 – Zadanie 7

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z regulacją blatu bocznego w zakresie 760-1060 mm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 24 – Zadanie 7

Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu Zamówienia?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Zamawiający**