



**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY**  
**85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75**

**Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia**

ISO 9001:2008  
ISO 14001:2004  
PN-N18001:2004

Tel. 52/36-55-352, 52/36-55-296, 52/36-55-495, 52/36-55-521  
Fax. 52/36-55-496

NZZ/104/P/12

Bydgoszcz, dnia 07.01.2013 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę drobnego i jednorazowego sprzętu medycznego, nr sprawy NZZ/104/P/12

**Wszyscy Wykonawcy**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 oraz 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ) w związku z pytaniami zadanymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w/w sprawie Zamawiający udziela odpowiedzi i dokonuje modyfikacji SIWZ:

**ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE**

**Pytanie 1**

Grupa 64 pętle jednorazowe do polipektomii

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pętli jednorazowych, kształt owalny o wymiarach (średnica/rozmiar/długość ) w mm:

- 10 /1,8/ 1600

- 20 /2,4/ 2300

- 30 /2,4/ 2300 ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 2**

Grupa 66 pętle do polipektomii wielorazowe

Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pętli owalnej o regulowanej średnicy do 25 mm, długości 230 cm ?

Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pętli owalnej o regulowanej średnicy do 25 mm, długości 230 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 3**

dot. przedmiotu zamówienia - Grupa 28:

Czy Zamawiający w zakresie Grupy 28 dopuści w pełni kompatybilny z automatycznym wstrzykiwaczem kontrastu typu Nemoto A-60 zestaw składający się z jednego wkładu 200 ml, jednego przedłużacza 150 cm, oraz ostrza/kolca typu „Spike”, o pozostałych parametrach fizyko-chemicznych, równoważnych z opisem dla Grupy 28, wg. Załącznika nr 1 do SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 4**

dot. projektu umowy:

Wnosimy o modyfikację § 4 *Warunki i termin dostawy*, w zakresie punktu 10 wg poniższego wzoru:

10. W przypadku niedostarczenia towaru w terminie przekraczającym o 3 dni robocze termin określony w ust. 2 lub niedostarczenia Towaru wolnego od wad w miejsce wadliwego w terminie określonym w ust. 8, Zamawiający ma prawo, po wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy do dokonania zakupu u osoby trzeciej, a w przypadku ceny wyższej niż cena wynikająca z niniejszej umowy, różnicą obciąży Wykonawcę, który ma obowiązek uregulować należność w terminie 14 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej, ~~jak również ma również prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 10% wartości niedostarczonego lub dostarczonego niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy Towaru chyba, że skorzysta z uprawnień, o których mowa w § 5 ust. 1.~~

Wniosek o usunięcie wykreślonego przez nas zapisu projektu umowy uzasadniamy faktem pozostawienia -Zamawiającemu niczym nie wytłumaczonej dowolności w zakresie naliczania kar umownych, które powinny być jasno i jednoznacznie określone w zawieranej umowie.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5

dot. projektu umowy:

Wnosimy o modyfikację § 5, w zakresie punktu 4 wg poniższego wzoru:

4. W przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający ma prawo obciążyć go karą umowną w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy, ~~chyba że umowa przewiduje karę w innej wysokości.~~

Uzasadnienie - jak w przypadku wniosku nr 1: wszelkie kary umowne muszą być jasno i precyzyjnie określone w umowie, zawieranej przez dwa równorzędne podmioty, Zamawiającego i Wykonawcę.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 6

dot. projektu umowy:

Wnosimy o modyfikację § 5, w zakresie punktu 1 wg poniższego wzoru:

4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub jej części przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,2% o wartości nie dostarczonego w przewidywanym terminie lub dostarczonego niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień (dobę opóźnienia).

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 7

- dot. projektu umowy:

Wnosimy o wykreślenie w całości punktu 4 § 7 o brzmieniu:

4. Naruszenie zapisu ust. 3 upoważnia Zamawiającego do naliczenia kary umownej w wysokości 10% wartości przedmiotu niniejszej umowy, a także do rozwiązania (wypowiedzenia) umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Sankcja w formie możliwości natychmiastowego rozwiązania umowy przez Zamawiającego z powodu przekazania wierzytelności do windykacji, określonego w ust. 3 .'- jest sankcją niewspółmierną do ewentualnego przewinienia Wykonawcy, jest to kara rażąco wygórowana.

Cytowany zapis ust. 4 stanowi nieuzasadnione ograniczenie wolności Wykonawcy w zakresie dochodzenia należności płatniczych, po okresie ich wymagalności oraz po wyczerpaniu procedury wezwań do zapłaty.

Proponowany przez Zamawiającego zapis jest rażąco nieuczciwy w stosunku do Sprzedającego, w sytuacji gdy Zamawiający gwarantuje sobie niewspółmiernie wiele praw i już na etapie wstępnym postępowania zakłada powstanie długotrwałych wierzytelności.

Przypominamy że wszelkie kary umowne muszą być adekwatne do wysokości doznanych szkód i w żadnym przypadku nie powinny one przewyższać wielkości świadczenia, którego wykonanie ma zabezpieczać.

Projekt umowy w obecnym brzmieniu chroni interes prawny wyłącznie Zamawiającego, na Wykonawcę nakładając jedynie obowiązek terminowych dostaw towaru, przy jednoczesnym braku możliwości dochodzenia niezaprzeczalnego prawa każdego dostawcy do uzyskania zapłaty za dostarczany asortyment.

**Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 8

**Pytania dotyczące SIWZ:**

Czy Zamawiający rozważy możliwość podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupu jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka). (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do czterech miejsc po przecinku w następujących grupach 42,49,71,44.

Pytanie 9

**Pytania dotyczące projektu umowy:**

**Dotyczy § 3 ust. 1**

Czy Zamawiający zmieni zapis na brzmiący „w terminie 30 dni od wystawienia faktury VAT”?”?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 10

**Dotyczy § 4 ust. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z: „...4 dni roboczych...” na zapis: „...5 dni roboczych...”?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 11

**Dotyczy § 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 12

**Dotyczy § 4 ust. 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego terminu wymiany towaru reklamowanego na zapis:

- dla reklamacji ilościowych – realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 5 dni robocze od chwili jej otrzymania,
- dla reklamacji jakościowych - realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 10 dni roboczych od chwili otrzymania próbek reklamowanego towaru.

Wykonawca, aby rozpatrzyć reklamację jakościową musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 4 dni jest trudne do wykonania.

W razie pozostawienia dotychczasowego zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 13

**Dotyczy § 4 ust. 10**

Z uwagi na nieadekwatność wysokości kar umownych do danego niespełnienia świadczenia umowy prosimy Zamawiający o wyrażenie zgodę na zmianę zapisu z: „...10% wartości...” na zapis brzmiący: „...5 % wartości ...”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 14

**Dotyczy § 5 ust. 1**

Z uwagi na nieadekwatność wysokości kar umownych do danego niespełnienia świadczenia umowy prosimy Zamawiający o wyrażenie zgodę na zmianę zapisu z: „...2 % wartości...” na zapis brzmiący: „...0,5 % wartości”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 15

**Dotyczy Pakiet nr 42 pozycja 3**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania czy która z jednej strony ma zakończenie typu szpilka, a z drugiej zakończenie typu oczko?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający wymaga czy zakończonej tylko szpilką.

Pytanie 16

**Dotyczy Pakiet nr 42 pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pipetek Pasteura o poj. użytkowej 3 ml i całkowitej 4 , bez podziałki?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie 17

**Dotyczy Pakiet nr 42 pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści pakowane pojedynczo w torbę foliową ?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie 18

**Dotyczy Pakiet nr 42 pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści pakowane po 5 sztuk w torbę foliową ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie 19

**Dotyczy Pakiet nr 42 pozycja 6**

Jeśli Zamawiający nie zgodzi się na powyższe to czy wydzieli pozycję z Pakietu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie 20

**Dotyczy Pakiet nr 44 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania końcówek o pojemności do 200 µl typu Gilson z filtrem, czyste molekularnie, pakowane po 96 sztuk w pudełku?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie 21

**Dotyczy Pakiet nr 44 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści do wycenienia 20 lub 21 opakowań?

Odpowiedź:

Należy wycenić ilości w sztukach podane w SIWZ – Załącznik nr 1.

Pytanie 22

**Dotyczy Pakiet nr 45 pozycja 1**

Prosimy o odpowiedź, jakiego rodzaju czystości pojemników Państwo oczekują tj. pojemników aseptycznych czy sterylnych?

Bardzo często pod pojęciem produktów sterylnych oferowane są przez wykonawców produkty nie sterylne o podwyższonym stopniu czystości to znaczy wyprodukowane w warunkach specjalnej czystości. Oznaczane są one jako STERILE A lub Aseptyczne. Dotyczy to na przykład takich produktów jak: szalki, pojemniki na próbki itp. Wyroby te są wystarczające do prowadzenia badań IVD (in vitro), o ile nie mają kontaktów z powłokami ciała człowieka. Nie są to jednak produkty, które przeszły zwalidowany proces sterylizacji z gwarancją uzyskania  $SAL \geq 6$ . Produkty Aseptyczne ( STERILE A) są istotnie tańsze od produktów sterylnych.

Jeśli wymagają Państwo produktu sterylnego, to na jakiej podstawie będą Państwo weryfikować sterylność produktu, czy np. poprzez Certyfikat sterylności wydany dla partii produktu sterylnego?

Odpowiedź:

Zamawiający w SIWZ opisał iż wymaga pojemników sterylnych. Zamawiający w SIWZ nie żąda dokumentu weryfikującego sterylność produktu.

Pytanie 23

**Dotyczy Pakiet nr 46 pozycja 1**

Prosimy o odpowiedź, jakiego rodzaju czystości pojemników Państwo oczekują tj. pojemników aseptycznych czy sterylnych?

Bardzo często pod pojęciem produktów sterylnych oferowane są przez wykonawców produkty nie sterylne o podwyższonym stopniu czystości to znaczy wyprodukowane w warunkach specjalnej czystości. Oznaczane są one jako STERILE A lub Aseptyczne. Dotyczy to na przykład takich produktów jak: szalki, pojemniki na próbki itp. Wyroby te są wystarczające do prowadzenia badań IVD (in vitro), o ile nie mają kontaktów z powłokami ciała człowieka. Nie są to jednak produkty, które przeszły zwalidowany proces sterylizacji z gwarancją uzyskania  $SAL \geq 6$ . Produkty Aseptyczne ( STERILE A) są istotnie tańsze od produktów sterylnych.

Jeśli wymagają Państwo produktu sterylnego, to na jakiej podstawie będą Państwo weryfikować sterylność produktu, czy np. poprzez Certyfikat sterylności wydany dla partii produktu sterylnego?

Odpowiedź:

Zamawiający w SIWZ opisał iż wymaga pojemników sterylnych. Zamawiający w SIWZ nie żąda dokumentu weryfikującego sterylność produktu.

Pytanie 24

**Dotyczy Pakiet nr 46 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści pojemniki o poj. użytkowej 120 ml o wymiarach (  $\phi 66 \times 77$  mm)

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 25

**Dotyczy Pakiet nr 46 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści pojemniki o poj. użytkowej 50 ml i całkowitej 60 ml o wymiarach (φ 35x 60)

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie 26

**Dotyczy Pakiet nr 49 pozycja 2**

Czy Zamawiający miał na myśli szlif krawędzi szkiełka, czy może szlifowane dwustronne pole do opisu?

Odpowiedź:

Zamawiający miał na myśli szlifowane dwustronne pole do opisu.

Pytanie 27

**Dotyczy Pakiet nr 50 pozycja 1, 2**

Czy Zamawiający dopuści wymazówki z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź:

Wymagana jest bawełniana wymazówka w probówce z polipropylenu.

Pytanie 28

**Dotyczy Pakiet nr 50 pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści podłoże STUART?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie 29

**Dotyczy Pakiet nr 50 pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści końcówkę z wiskozy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie 30

**Dotyczy Pakiet nr 71 pozycja 1, 2**

Czy Zamawiający dopuści szkiełka o wymiarach 76x26?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 31

**Dotyczy Pakiet nr 71 pozycja 1, 2**

Czy Zamawiający dopuści pakowane po 50 sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie 32

**Dotyczy Pakiet nr 71 pozycja 3,4,5**

Czy Zamawiający dopuści pakowane po 100 sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie 33

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 57, 58, 59 pasków do glukometrów, które nie wymagają kodowania, posiadają kapilare do automatycznego zasysania próbki otrzymanej z krwi włosniczkowej lub z krwi pełnej z żył. Proponowane paski do glukometrów zapewniają pomiar stężenia glukozy kalibrowanej do osocza w zakresie 10-600 mg/dl w czasie 5 s. Nowoczesna, biosensoryczna metoda pomiaru oparta na enzymie GDH-FAD zapewnia, że obecność w badanej próbce krwi galaktozy, maltozy lub fruktozy oraz 74 substancji endo i egzogennych nie ma wpływu na wyniki pomiarów dokonanych proponowanymi testami. Proponowane paski zapewniają prawidłowy pomiar stężenia glukozy we krwi w zakresie hematokrytu 0 -70% co pozwala stosować je u noworodków, jednocześnie współczynniki zmienności i powtarzalności testów wynoszą < 5%. Proponowane paski zostały przetestowane i spełniają wymagania normy ISO 15197.

W przypadku zgody prosimy o podanie ilości glukometrów niezbędnych do realizacji zadania, które zobowiązujemy się dostarczyć Zamawiającemu bezpłatnie w celu realizacji umowy.

Proponowane glukometry zasilane są ogólnie dostępnymi bateriami typu AAA, które zapewniają bezproblemową i tańszą eksploatację urządzenia. Automatyczny wyrzut paska po badaniu zapewnia brak bezpośredniego kontaktu personelu ze użytym testem paskowym co eliminuje niebezpieczeństwo zakażenia chorobami przenoszonymi drogą krwi. Duży czytelny wyświetlacz

LCD zapewnia komfort odczytu nawet przy niedostatecznym oświetleniu. Aparat zapewnia prawidłowy pomiar w temperaturach pomiędzy 10 a 40 °C z jednoczesnym ostrzeżeniem o przekroczeniu dopuszczalnego zakresu.

Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę, ze swojej strony zapewniamy wieczystą gwarancję na glukometry oraz przeszkolenie personelu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 34

**Grupa 18 poz.1** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nożyczek o długości 14cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 35

**Grupa 31 poz.1** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradła rozm. 210x160cm bądź w rozm.250x160cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 36

**Grupa 55 poz.1** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozm. 40x45cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie 37

dotyczące przygotowania oferty - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z FORMULARZA OFERTOWEGO tych grup, na które nie składa oferty?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 38

dotyczące projektu umowy

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 39

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 3 wzoru umowy słowa „w szczególności” zastąpić skrótem „*tn.*”?

Słowa „w szczególności” powodują bowiem, że katalog okoliczności będących przesłanką odstąpienia od umowy pozostaje otwarty. Brak precyzyjnego określenia przesłanek odstąpienia od umowy może powodować konflikty i zagrażać interesom stron, zwłaszcza w świetle dotkliwych sankcji za odstąpienie od umowy przewidzianych w art. 24 ust. 1 pkt 1a) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 40

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 3 wzoru umowy zostało dopisane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „*Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.*”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 41

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 4 wzoru umowy słowa „5% całkowitej wartości przedmiotu niniejszej umowy” zostały zastąpione słowami „5% wartości niezrealizowanej części umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za zerwanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku zerwania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części kara umowna mogłaby okazać się niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara mogłaby być uznana za rażąco wygórowaną w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 42

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 3 wzoru umowy zostało dopisane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Strony mogą jednak wyjątkowo podwyższyć ceny jednostkowe w przypadku podwyżki stawki podatku VAT, bądź w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy”?

Dopisanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, „mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone”. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08 oraz w wielu innych orzeczeniach.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 43

Grupa 41, poz. 7

Proszę o dopuszczenie przez Zamawiającego mandryn kaniul o długości 60mm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 44

Grupa 42, poz. 12

Proszę o dopuszczenie przez Zamawiającego mandryn kaniul o długości 55mm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 45

Grupa nr 41, poz. 1-6

Proszę o dopuszczenie przez Zamawiającego kaniul bezpiecznych z samozamykającym się korkiem portu bocznego i pełni tę samą funkcję co samodomykający się i jest bezpieczniejszy bo nie ma możliwości otwarcia się.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza kaniule z samozamykającym się korkiem portu bocznego po warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ.

Pytanie 46

Czy Zamawiający w grupie 71, poz. 3,4,5 dopuści szkiełka nakrywkowe pakowane po 1000 sztuk ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie 47

Grupa 41 poz. 1-6

Czy Zamawiający dopuści kaniule bezpieczną do kaniulacji żył obwodowych z ręcznie domykającym się koreczkiem portu bocznego ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ.

Pytanie 48

Grupa 41 poz. 1-6

Czy Zamawiający będzie wymagał żeby bezpośrednio na kaniuli znajdowało się logo lub nazwa producenta w celu łatwej identyfikacji ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie 49

**Dotyczy warunków umowy dostawy § 4 ust. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiający zastrzega sobie brak możliwości odmowy dostaw przez Wykonawcę w przypadku przekroczenia terminu płatności o którym mowa w § 3 do 15 dni”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 50

**Dotyczy warunków umowy dostawy § 4 ust. 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na następujący:

„Reklamacje Zamawiającego będą załatwiane przez Wykonawcę, poprzez dostarczenie przedmiotu umowy wolnego od wad, nie później niż w ciągu 4 dni roboczych od momentu pozytywnego rozpatrzenia reklamacji”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 51

**Dotyczy warunków umowy dostawy § 5 ust. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 2 % na 0,1%?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 52

**Dotyczy warunków umowy dostawy § 5 ust. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,2 % na 0,1%?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 53

**Dotyczy warunków umowy dostawy § 5 ust. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w szczególności w przypadku przekraczającej 7 dni powtarzającej się zwłoki w wykonaniu umowy lub załatwieniu reklamacji, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy lub załatwieniu reklamacji”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 54

**Dotyczy warunków umowy dostawy § 5 ust. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 5% na 2%?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 55

**Dotyczy warunków umowy dostawy § 7 ust. 3a)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na następujący:

„nie dokona cesji wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją niniejszej umowy, za wyjątkiem banku Wykonawcy finansującego kontrakt dla którego zgoda nie jest wymagana”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 56

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego?

Odpowiedź:

Wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja oraz Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego.

Pytanie 57

**Pytanie – dot. przedmiot zamówienia – Grupa 28:**

Czy Zamawiający w zakresie Grupy 28 dopuści w pełni kompatybilny z automatycznym wstrzykiwaczem kontrastu typu Nemoto A-60 zestaw składający się z jednego wkładu 200 ml, jednego przedłużacza 150 cm, oraz złącza szybkiego napełniania o pozostałych parametrach fizyko-chemicznych, równoważnych z opisem dla Grupy 28 wg Załącznika nr 1 do SIWZ ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 58

Dotyczy Grupa 22 Jednorazowe myjki do mycia pacjenta

Prosimy o dopuszczenie chusteczek o następującym składzie: olej jojoba, fosfolipidy, ekstrakt z aloesu, D-Panthenol, ekstrakt z rumianku, diglukonian chlorheksydyny, glikol polietylenowy, polisorbato 80, poloksamer 188, EDTA, woda.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



Pytanie 59

Dotyczy Grupa 22 Jednorazowe myjki do mycia pacjenta

Prosimy o odstąpienie od wymogu podgrzewania chusteczek w kuchence mikrofalowej.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 60

Dotyczy Grupa 22 Jednorazowe myjki do mycia pacjenta

Prosimy o dopuszczenie myjek w rozmiarze 20x22cm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 61

Dotyczy Grupa 34 Czujnik przepływu

Czy Zamawiający wymaga czujników oryginalnych firmy Draeger czy dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga czujników, które będą w pełni kompatybilne z aparatami do znieczulania produkcji DRAEGER..

Pytanie 62

Dotyczy Grupa 63 Jednorazowe łyżki do typu McIntosh

Czy Zamawiający dopuści łyżki w wersji mikrobiologicznie czystej ?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie 63

Par. 5 ust. 4

Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy.

Jeśli dostawa odczynników będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii odczynników, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 64

Par. 5 ust. 3 – Prosimy o doprecyzowanie poprzez dodanie każdorazowo po słowach „powtarzających się” wyrażenia „minimum 4-krotnie”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 65

Par. 4 ust. 10 – Prosimy o wykreślenie zwrotu „jak również ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 10% wartości niedostarczonego lub dostarczonego niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy przedmiotu umowy chyba, że skorzysta z uprawnień, o których mowa w par. 5 ust. 1”.

Zastrzeżenie kary umownej ma cel odszkodowawczy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Kara umowna ma, więc na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nie może być nadmierna i nie może dążyć do przewyższenia poniesionej szkody. Poprzez nabycie zastępcze na podstawie par. 4 ust. 10. następuje naprawienie szkody. Nie jest więc zasadne uprawnienie do naliczenia rażąco wygórowanej, nieadekwatnej do ewentualnych uchybień w wykonaniu umowy kary umownej. Ponadto, może to stanowić naruszenie prawa w rozumieniu art. 5 k.c.

Co więcej razie gdyby szkoda była wyższa, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych na podstawie par. 6 ust. 3

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 66

Par. 4 ust. 8 – prosimy o zmianę ustępu

Reklamacje Zamawiającego będą załatwiane przez Wykonawcę, poprzez dostarczenie przedmiotu umowy wolnego od wad, albo pisemnej decyzji o uznaniu reklamacji za niezasadną, nie później niż w ciągu 4 dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia o wadzie.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 67

Paragraf 4

Niniejszym wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie w § 4 zapisu o następującej treści:

„Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów”

Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy ponieważ nieczytelne zamówienia znacznie opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 68

Paragraf 4 ustęp 10

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „W przypadku niedostarczenia towaru w terminie przekraczającym o 3 dni termin określony w ust. 2 niniejszego paragrafu lub niedostarczenia Towaru wolnego od wad w miejsce wadliwego w terminach określonych w ust. 8, Zamawiający ma prawo, po wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy i wyznaczeniu nowego terminu, do dokonania zakupu u osoby trzeciej, a w przypadku ceny wyższej niż cena wynikająca z niniejszej umowy, różnicą obciąży Wykonawcę, który ma obowiązek uregulować należność w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury. ”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 69

Paragraf 5 ustęp 1

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub jej części przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 1% wartości nie dostarczonego w przewidzianym terminie lub dostarczonego niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy przedmiotu umowy za każdą rozpoczęty dzień zwłoki.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 70

Grupa 6 Dren łączący do tlenu

Czy Zamawiający dopuści dren (opis jak w SIWZ) o długości 200 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie 71

Grupa 10

Jednorazowy mikrobiologicznie czysty okrężny układ oddechowy

Czy Zamawiający dopuści „Jednorazowy mikrobiologicznie czysty okrężny układ oddechowy dla dorosłych 22 mm, wykonany z rur o gładkiej powierzchni wewnętrznej o następującym składzie: 2 x rura 1,5 m o zakończeniu 22 Flex od strony aparatu; łącznik Y od strony pacjenta z możliwością odłączania gałęzi; łącznik 22M/22M, od strony pacjenta 22M/15 F”.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie 72

Grupa 11

Woda jałowa + końcówka respiflo

Czy Zamawiający ma na myśli „butelkę (opis SIWZ) z wodą, która ma być wyposażona w system mikrodyfuzorów znajdujących się w podstawie butelki i umożliwiających przepływ tlenu przez całą objętość wody” ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie 73

Grupa 33 Linia próbkująca do monitorowania stężenia gazów

Czy Zamawiający dopuści linię próbkującą o długości 200 cm bądź 300 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 74

Grupa 33 Linia próbkująca do monitorowania stężenia gazów

Czy Zamawiający przez „dwie końcówki luer lock” rozumie złącza męskie-męskie luer-lock czy męskie-żeńskie luer-lock ?

Odpowiedź:

Zamawiający rozumie złącza męskie-męskie.

Pytanie 75

Grupa 38 Rurka intubacyjna Laser flex

Czy Zamawiający ma na myśli stalową rurkę z podwójnym mankietem do wentylacji podczas zabiegów na krtani i tchawicy z wykorzystaniem lasera ?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 76

Dotyczy grupy 71

Czy w pozycji 1 Zamawiający wymaga szkiełek podstawowych o rozmiarach 76x26mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 77

Dotyczy grupy 71

Prosimy o dopuszczenie szkiełek podstawowych pakowanych po 50 sztuk w pozycji 1 i 2 wraz z przeliczeniem ilości wymaganych przez Zamawiającego opakowań. Takie konfekcjonowanie szkiełek podstawowych ( po 50 sztuk w opakowaniu ) jest standardem dla większości producentów, a wymóg Zamawiającego w zakresie innej ilości szkiełek w opakowaniu nie wydaje się mieć żadnego uzasadnienia merytorycznego, poza ograniczeniem możliwości złożenia ofert większości firm działających na polskim rynku.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie 78

Dotyczy grupy 71

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaproponowanie szkiełek nakrywkowych w opakowaniach po 200 sztuk ? W praktyce nie dopuszcza się szkiełek nakrywkowych w opakowaniach poniżej 100 sztuk, a rozmiary mniejsze pakowane są najczęściej w ilościach po 200 sztuk.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie 79

Dotyczy grupy 71

Czy w pozycji 4 i 5 Zamawiający dopuści zaproponowanie szkiełek nakrywkowych w opakowaniach po 100 sztuk ? W praktyce nie spotyka się szkiełek nakrywkowych w opakowaniach poniżej 100 sztuk, a rozmiary mniejsze pakowane są najczęściej w ilościach po 200 sztuk.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie 80

Dotyczy grupy 78

Prosimy o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia ?

Czy Zamawiający wymaga kasetek posiadających zrywalne wieczko, z otworami podłużnymi o wymiarach 1 x 5mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 81

Dotyczy Grupy nr 13

Czy Zamawiający wymaga w grupie 13 Okładu żelowego typu ciepło-zimno jednorazowego użytku z zintegrowaną nietkaną powłoką zewnętrzną , bezlateksowy, bez PCV, posiadający zintegrowany, wewnętrzny jednokierunkowy zawór zapewniający bezpieczne i szybkie napełnianie, możliwość podgrzewania w mikrofalówce, możliwość łączenia okładów dla zwiększenia powierzchni, rozmiar 250-300 mm x 160-200 mm, tak jak dotychczasowe używane przez Zamawiającego ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie 82

W związku z faktem, że złożenie oferty w postępowaniu przetargowym nie jest czynnością zobowiązującą w rozumieniu prawa cywilnego (a jest nią dopiero podpisanie umowy) chcielibyśmy potwierdzić, że Zamawiający uzna za wystarczające pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej wskazujące, iż osoba w nim wskazana umocowana jest do przygotowania, podpisania i złożenia oferty przetargowej w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego? Naturalnie umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

Odpowiedź:

Ofertę winna podpisać osoba uprawniona do dokonania tej czynności. Z pełnomocnictwa winno wynikać, do podejmowania jakich czynności jest umocowana osoba.

Pytanie 83

**Dot. Projekt umowy kary umowne § 4 pkt. 10**

W/w pkt. wzoru umowy zawiera informacje, iż Zamawiający może naliczyć dostawcy kary umowne w wysokości 10% wartości niedostarczonego lub dostarczonego niezgodnie z postanowieniami umowy towaru. Taki zapis sprawia, że strony umowy nie są równoprawne gdyż Zamawiający może naliczyć wysokie kary korzystając z uprawnień zapisów § 4 pkt. 10 oraz § 5 pkt.1. Natomiast w przypadku dokonania nieterminowej realizacji płatności za dostarczony towar przez Zamawiającego, Wykonawca może naliczyć jedynie odsetki w wysokości ustawowej.

Dlatego też wnosimy o wykreślenie z projektu umowy § 4 pkt.10 i pozostawienie zmodyfikowanych zapisów § 5 pkt 1.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 84

**Dot. Projekt umowy kary umowne § 5 p. 1**

*„W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub jej części przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 2% wartości nie dostarczonego w przewidzianym terminie lub dostarczonego niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy przedmiotu umowy za każdą rozpoczętą dzień zwłoki. „,*

Zwracamy się z prośbą o zmianę w/w zapisu w projekcie umowy zmniejszając karę umowną do 0,2 % wartości nie dostarczonego w przewidzianym terminie lub dostarczonego niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy przedmiotu umowy za każdą rozpoczętą dzień zwłoki.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 85

**Dot. §5 pkt.4 wzoru umowy**

Zamawiający może obciążyć dostawcę karami umownymi w wysokości 5% całkowitej wartości **przedmiotu umowy** w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Naszym zdaniem, kary umowne winny być naliczane od wartości niezrealizowanej umowy podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wszystkich wystawionych faktur. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne.

Prosimy zatem aby kary umowne naliczane były tylko od wartości niewykonanej w terminie umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 86

**Dotyczy grupy 26**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w grupie 26 wkładów jednorazowych do ssaka wpelni kompatybilnych z ssakami Medela model Dominant i Basic:

-w poz. 1 wkładu o pojemności 2 l. lub 3l. Zamawiający tym samym zyskuje dodatkową pojemność wkładów jednorazowych oraz pojemników przy jednoczesnym zachowaniu najniższej możliwej ceny oraz zachowaniu najwyższej dostępnej jakości;

-w poz. 2 wkładu o pojemności 1l. lub 2 l. Zamawiający tym samym zyskuje dodatkową pojemność wkładów jednorazowych oraz pojemników przy jednoczesnym zachowaniu najniższej możliwej ceny oraz zachowaniu najwyższej dostępnej jakości.

Wkłady workowe wykonane są z poliolefiny [dającej możliwość utylizacji w niskiej temperaturze bez wydzielania szkodliwych substancji (przyjazny naturalnemu środowisku), przy zachowaniu dużej odporności na rozdarcie, perforację], posiadających funkcje samozasysania, uszczelniany automatycznie, po uruchomieniu ssania, bez konieczności wciskania go w kanister i podłączania dodatkowych urządzeń lub przełączników. Wyposażony w filtr antybakteryjny i hydrofobowy (przeciwprielowy), zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem, automatyczne odcięcie ssania po napełnieniu wkładu. Posiadający zintegrowaną pokrywę, wyposażoną w port do połączeń szeregowych oraz tylko jeden króciec - do pacjenta (co całkowicie eliminuje możliwość niewłaściwego połączenia, króciec ssący zintegrowany z kanistrem podłączony jest do źródła próżni na stałe, dzięki czemu wymiana wkładów odbywa się bez konieczności odłączania źródła ssania). Wkłady są kompatybilne z pojemnikami o tej samej pojemności, ponieważ to pozwala dokonywać prawidłowych pomiarów objętości. Wyposażony w szeroki uchwyt w postaci pętli do demontażu wkładu po jego napełnieniu. Data produkcji umieszczona jest na każdym wkładzie (ważność 5 lat od daty produkcji) o pojemności 1, 2 i 3l. Kanister wielorazowy do wkładów przezroczysty, z podziałką (miarką ilości płynów), wytrzymały na uszkodzenia, zaopatrzony w uchwyt do mocowania, z poliwęglanu o pojemności 1, 2, 3l. z możliwością mycia mechanicznego oraz sterylizacji w autoklawie.

Odpowiedź:

Zamawiający w pozycji 1 dopuszcza wkład o pojemności 3 l. Zamawiający w pozycji 2 dopuszcza wkład o pojemności 2 l.

Pytanie 87

**Dotyczy grupy 15 poz. 7**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie przezroczystego drenu do odsysania pola operacyjnego, wykonanego z medycznego, elastycznego PCV, o gładkiej powierzchni wewnętrznej, obustronnie zakończony łącznikiem w kształcie lejka. Z obu stron łącznik z możliwością docięcia w zaznaczonych miejscach i dopasowania do każdego typu ssaka o średnicy od 8-18mm+/-1 mm, jałowy. Długość 200 cm o średnicy wew. 7mm. Jednocześnie zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie tej pozycji i utworzenie z niej odrębnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 88

**Dotyczy grupy 15 poz. 7**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie przezroczystego drenu do odsysania pola operacyjnego, wykonanego z medycznego, elastycznego PCV, o gładkiej powierzchni wewnętrznej, obustronnie zakończony łącznikiem w kształcie lejka. Z obu stron łącznik łącznik żeński z możliwością dopasowania do ssaka. Długość 200 cm o średnicy wew. 24CH. Jednocześnie zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie tej pozycji i utworzenie z niej odrębnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 89

**Dotyczy grupy 15 poz. 7**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie przezroczystego drenu do odsysania pola operacyjnego, wykonanego z medycznego, elastycznego PCV, o gładkiej powierzchni wewnętrznej, obustronnie zakończony łącznikiem w kształcie lejka. Z obu stron łącznik łącznik żeński z możliwością dopasowania do ssaka. Długość 210 cm o średnicy wew. 6mm. Jednocześnie zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie tej pozycji i utworzenie z niej odrębnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 90

**Dotyczy grupy 15 poz. 8**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zagiętej końcówki do odsysania pola operacyjnego wykonanej z przezroczystego tworzywa, z ergonomicznym uchwytem, zaopatrzonej w 4 dodatkowe otwory boczne. Bez kontroli ssania, jałowe. Rozmiar CH22, długość końcówki ssącej 22cm +/- 1cm. Jednocześnie zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie tej pozycji i utworzenie z niej odrębnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 91

**Dotyczy grupy 15 poz. 8**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie standardowej kanki odsysającej: zagięta końcówka do odsysania pola operacyjnego wykonana z przezroczystego tworzywa, ergonomiczna, zaopatrzona w 4 dodatkowe otwory boczne. Bez kontroli ssania, jałowe. Rozmiar CH22, długość końcówki ssącej 24cm +/- 1cm. Jednocześnie zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie tej pozycji i utworzenie z niej odrębnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 92

**Dotyczy grupy 15 poz. 9**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zagiętej końcówki do odsysania pola operacyjnego zakończonej kulką, wykonana z przezroczystego tworzywa, z ergonomicznym uchwytem, zaopatrzona w 4 dodatkowe otwory boczne. Bez kontroli ssania, jałowej. Rozmiar CH32, długość końcówki ssącej 22cm +/- 1cm. Jednocześnie zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie tej pozycji i utworzenie z niej odrębnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 93

**Dotyczy grupy 15 poz. 7, 8, 9**

Zwracamy się uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z grupy 15 pozycji 7, 8 i 9 i utworzenie z nich odrębnej grupy np. 15a. Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy równej konkurencji oraz obniżenie wartości cenowej proponowanego przez Państwa grupy. Na rynku polskim istnieją bowiem firmy, które posiadają wspomniany asortyment, nie posiadając jednocześnie pozostałych produktów zawartych w grupie.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 94

**Dotyczy pakietu nr 40**

Czy Zamawiający w **pozycji 1** wymaga, aby rurki tak jak dotychczas używane posiadały elastyczny mandryn ułatwiający wprowadzenie rurki oraz kołnierz z opisem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej rurki?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 95

**Dotyczy pakietu nr 74**

Czy Zamawiający w **pozycji 1** dopuści prowadnicę o rozmiarze 2,0 mm zamiast 2,2 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie 96

**Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – grupa 68**

Czy w Grupie 68 Zamawiający dopuści kaniulę+troakar do artroskopii stawu barkowego o średnicach 5-7-8,5mm i długościach 75 i 85mm, przy zachowaniu innych, wymaganych parametrów technicznych?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 1 „Przedmiot zamówienia/Szczegółowy formularz cenowy” w grupie 68 **Kaniuła barkowa Zestaw sterylny: kaniuła+ troakar do artroskopii stawu barkowego** nadając mu następującą treść „Przeźroczysta, sterylna, jednorazowa kaniuła typu "twist - in" o średnicy mieszczącej się w zakresie od 7,0 do 8,5mm i długości mieszczącej się w zakresie od 70 do 85 mm, z prostym zakończeniem dostawowym, z rozciągalną membraną gwarantującą szczelne utrzymanie instrumentów w kaniuli. Kaniuła o zewnętrznym szerokim gwincie. Kaniuła wyposażona w wycięcie na kołnierzu troakara gwarantujące pewne utrzymanie troakaru w kaniuli podczas penetracji. Troakar plastikowy z blokerami dopasowanym do umocowania w kaniuli”.

Zamawiający dopuszcza również kaniulę +troakar do artroskopii stawu barkowego o średnicach 5-7-8,5mm i długościach 75 i 85mm, przy zachowaniu innych, wymaganych parametrów technicznych.

Pytanie 97

**Dotyczy wzoru umowy, § 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie odrębnego punktu do § 3 o następującej treści: „W cenie oferty uwzględnione są wszystkie koszty usług dodatkowych związanych z kompletnym wykonaniem zadania, tj. koszty transportu i przesyłek, cło, koszty ubezpieczenia, udostępnienie/użyczenie kompletnego instrumentarium niezbędnego do implantacji”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 98

**Dotyczy wzoru umowy, § 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych za nieterminowe dostawy, o których mowa w 5 ust. 1 na 1 % wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 99

**Dotyczy wzoru umowy**

Czy Zamawiający w celu zapewnienia prawidłowej realizacji przyszłej umowy dokona zmian w zapisach projektu (wzoru) umowy stanowiącej Załącznik do siwz poprzez dodanie zapisów o treści:

„Szkolenia:

- W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnych szkoleń personelu medycznego Zamawiającego, w ramach umowy dostawy wyrobów medycznych.
- Szkolenia obejmować będą wyłącznie zakres wiedzy merytorycznej związanej z użyciem produktów, które Wykonawca dostarcza w ramach niniejszej umowy.
- Harmonogram szkoleń oraz ich zakres opracuje i przedstawi Wykonawca. Wykonawca określi maksymalną liczbę uczestników, którzy będą uczestniczyć w szkoleniu.
- Zamawiający dokona wyboru uczestników spośród swego personelu. Uczestnicy to personel z doświadczeniem w obszarze artroskopowym, a zdobyte doświadczenie będą wykorzystywać w zabiegach z użyciem produktów dostarczanych przez Wykonawcę.
- Wszystkie szkolenia Wykonawca przeprowadzi w języku polskim lub angielskim, zapewniając na swój koszt wszystkie niezbędne do realizacji szkolenia materiały szkoleniowe, dojazd i przyjazd na miejsce szkolenia oraz zakwaterowanie uczestników szkolenia.

- Wykonawca zapewni prowadzenie szkoleń przez wykwalifikowaną kadrę
- Szkolenia zostaną przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu zaproponowanym przez Wykonawcę.
- Zakończenie szkoleń potwierdzone będzie protokołem, sporządzonym oddzielnie dla każdej szkolonej grupy, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i zawierającym:
  - a) nazwę i tematykę każdego ze szkoleń,
  - b) datę i miejsce ich przeprowadzenia,
  - c) imienną listę osób uczestniczących w poszczególnych szkoleniach,
  - d) Imię i nazwisko oraz specjalizację osób prowadzących szkolenie,
  - e) czas trwania poszczególnych szkoleń.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 100

Grupa 26 Wkłady do ssaka typu Medela poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pojemność 2,0 L ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 101

Grupa 26 Wkłady do ssaka typu Medela poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pojemność 3,0 l ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie 102

Grupa 26 Wkłady do ssaka typu Medela, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pojemności 1,2 L ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie 103

Czy Zamawiający znajduje się w trakcie przekształcania w spółkę kapitałową?

Odpowiedź:

Zamawiający nie znajduje się w trakcie przekształcania w spółkę kapitałową.

Pytanie 104

Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych do 0,5%, gdyż kary umowne w wysokości 2% są niewspółmiernie wysokie i nie przystają do ogólnie obowiązujących kar umownych?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 105

Grupa 25, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie rękawic pakowanych w zewnętrzne opakowanie foliowe a wewnętrzne papierowa koperta.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zamawiający