



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. 52/36-55-296, 52/36-55-352, 52/36-55-495, 52/36-55-521

Fax. 52/36-55-496

ISO 9001: 2008

ISO 14001: 2008

PN-N18001:2001

NZZ/115/P/12

Bydgoszcz, dnia 11.01.2013 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku do koronografii i angioplastyki.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 1 – dotyczy grupy 12

Prosimy o dopuszczenie do oceny pompki strzykawkowej z manometrem do PTCA o pojemności 25 ml i spełniającej pozostałe wymagania?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 2 – dotyczy grupy 2

Czy Zamawiający dopuści cewniki balonowe dostępne w długościach od 15 do 30 mm, o ciśnieniu nominalnym 6 atm oraz o ciśnieniu RBP 14 atm dla rozmiarów 4,0—25 i 4,0-30 mm, a dla pozostałych rozmiarów 16 atm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 3 – dotyczy grupy 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Grupie 5 stentu kobaltowo chromowego uwalniającego sirolimus bez udziału polimeru, lek zawieszony w nośniku będącym kwasem organicznym zapewniającym równomierną i kontrolowaną dystrybucję leku na długości zmiany oraz w ścianie naczynia; stentu o dostępnych średnicach 2,5mm; 2,75mm; 3,0mm; 3,5mm; 4,0mm; 4,5mm; o ciśnieniu nominalnym 9 bar, ciśnieniu RBP 18 bar; o profilu końcówki 0,017”; stentu o zerowym skróceniu po implantacji i elastic recoil 2-7%; o sile radialnej 18,37 psi; pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 4 – dotyczy grupy 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Grupie 8 stentu kobaltowo-chromowego (Nikiel 9-11%, chrom 19-21%, wolfram 14-16%, żelazo maks. 3%, mangan 1-2%, krzem 0,4%, węgiel 0,05-0,015%, siarka 0,03%, reszta kobalt); o dostępnych długościach 7mm; 12mm; 16mm; 20mm; 24mm dla średnicy 2,25mm; 8mm; 12mm; 16mm; 20mm; 25mm dla średnicy 2,5 i 2,75mm; 8mm; 12mm; 16mm; 20mm; 25mm; 31mm dla średnic 3,0 – 4,0mm oraz 12mm; 16mm; 20mm; 25mm i 31mm dla średnicy 4,5mm; o dostępnych średnicach 2,25mm; 2,50mm; 2,75mm; 3,0mm; 3,5mm; 4,0mm; 4,5mm; stentu o ciśnieniu nominalnym 9 bar, o ciśnieniu RBP 18bar, o grubości ściany stentu 70-80 µm (0,0275” - 0,0315”); o sile radialnej 16,16psi; crossing profile dla średnicy 3,00mm wynosi 0,038” (0,097mm); długość balonu poza stentem 0,4mm; pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 5 – dotyczy grupy 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Grupie 13 rampy o ciśnieniu 500 PSI; pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie nr 6 – dotyczy grupy 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Grupie 11 cewnika aspiracyjnego o poryciu hydrofilnym na dystalnym odcinku o długości 20 cm; pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie nr 7 – dotyczy grupy 2

Czy Zamawiający dopuści cewniki balonowe uwalniające lek paclitaxel o ciśnieniu RBP: 13 atm. dla średnic 2,0 – 3,5 mm i 12 atm. dla średnicy 4,0 mm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie nr 8 – dotyczy projektu umowy dostawy - § 4 ust. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skorygowanie treści w taki sposób, że po słowach „od momentu otrzymania” dodane zostanie słowo „zasadnej”?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 9 – dotyczy projektu umowy - § 4 ust. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zapłata różnicy przez Wykonawcę między ceną zakupu asortymentu w ramach niniejszej umowy a ceną zakupu zamówionego a niedostarczonego asortymentu u innego Dostawcy następowała po przedstawieniu Wykonawcy dokumentów zakupu wyrobu u innego Dostawcy?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 10 – dotyczy projektu umowy dostawy - § 5 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie poprzez wskazanie, że chodzi o „każdy dzień roboczy zwłoki”, a nie o „dzień (dobę) opóźnienia”?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 11 – dotyczy projektu umowy dostawy - § 5 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie poprzez wskazanie, że chodzi o „każdy dzień roboczy zwłoki”, a nie o „dzień opóźnienia”?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 12 – dotyczy projektu umowy dostawy - § 5 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie poprzez wskazanie, że chodzi o „zwłokę”, a nie o „opóźnienie”?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 13 – dotyczy projektu umowy dostawy - § 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie polegające na tym, że dodany zostanie nowy ust. 7 o treści: "7. Łączna kwota kar umownych, jakimi Zamawiający może obciążyć Wykonawcę nie może przekroczyć 15 % kwoty wskazanej w § 1 ust. 2 niniejszej Umowy."?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 14 – dotyczy projektu umowy dostawy - § 8 ust. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie polegające na tym, że dodane zostanie drugie zdanie o treści: „Za brak możliwości polubownego załatwienia sporu Strony będą uznawać okoliczność, że nie dojdzie do zawarcia pisemnego porozumienia w terminie 30 dni od otrzymania przez jedną ze stron od drugiej strony pisemnego wezwania do polubownego załatwienia sprawy.”?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 15 – dotyczy projektu umowy depozytu - § 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenia zapisu umowy zgodnie, z którym: „Zamawiający zobowiązuje się pobierać ze składu konsygnacyjnego sprzęt o najkrótszym terminie ważności, zgodnie z zasadą 'first in/ first out'. Zamawiający jest zobowiązany do poinformowania Wykonawcy o liczbie urządzeń których termin ważności jest krótszy niż 7 miesięcy. Wymiana sprzętu może dotyczyć jedynie produktów z co najmniej 6 miesięczną datą upływu ważności. W przypadku hybrydowego stentu chromowo-kobaltowego uwalniającego Sirolimus termin ten wynosi 3 miesiące. Wykonawca po otrzymaniu informacji od Zamawiającego o takim sprzęcie wymieni go w ciągu 3 dni roboczych na produkt identyczny, z dłuższym terminem ważności.” ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 16 – dotyczy projektu umowy

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu załatwienia reklamacji do 5 dni roboczych od momentu poinformowania Zamawiającego o uznaniu reklamacji za zasadną.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 17 – dotyczy projektu umowy

Prosimy Zamawiającego o modyfikację §4 ust. 11 wzoru umowy w następujący sposób: W przypadku niedostarczenia towaru w terminie przekraczającym o 3 dni termin określony w ust. 2 niniejszego paragrafu lub niedostarczenia Towaru wolnego od wad w miejsce wadliwego w terminie określonym w ust. 8, Zamawiający ma prawo, po wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy, do dokonania zakupu u osoby trzeciej, a w przypadku ceny wyższej niż cena wynikająca z niniejszej umowy, różnicą obciąży Wykonawcę, który ma obowiązek uregulować należność w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.

Obwarowanie niniejszego naruszenia dodatkowo karą umowną w wysokości 10% wartości niedostarczonego lub dostarczonego niezgodnie z postanowieniami umowy sprzętu wprowadza podwójną sankcję za to samo naruszenie.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 18 – dotyczy projektu umowy

Prosimy Zamawiającego o obniżenie kary umownej określonej w §5 ust. 1 do wysokości 0,2% nie dostarczonego w przewidzianym terminie lub dostarczonego niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy przedmiotu umowy za każdą rozpoczętą dzień zwłoki.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 19 – dotyczy projektu umowy

Prosimy Zamawiającego o modyfikację §7 ust.3 wzoru umowy w następujący sposób: Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 20 – dotyczy projektu umowy

Prosimy o zmianę §5 ust. 4 wzoru umowy poprzez określenie, że kara umowna naliczana będzie od wartości umowy pozostałej do realizacji.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 21 – dotyczy projektu umowy

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowania §8 ust. 1 pkt 5) wzoru umowy poprzez dodanie zastrzeżenia, iż w przypadku zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie wartość brutto umowy, wartość netto pozostanie bez zmian.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 22 – dotyczy grup 7,11

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od konieczności utworzenia depozytu dla pakietu 7 i 11 a przypadku braku zgody na odstąpienie o wyrażenie zgody Zamawiającego na przekazanie w depozyt po 1 szt. z każdego rozmiaru asortymentu określonego w pakiecie 7 i 11.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. Ilości sprzętu wymaganego do przekazania w depozyt zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ.

Pytanie nr 23 – dotyczy grup 7,11

W przypadku braku zgody na odstąpienie od depozytu w pakietach 7 i 11 prosimy o określenie ilości sprzętu wymaganego do przekazania w depozyt.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. Ilości sprzętu wymaganego do przekazania w depozyt zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ.

Pytanie nr 24 – dotyczy grupy 7

Czy w zakresie zadania nr 7 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stentów stalowych o zakresie średnic nominalnych od 2,0mm do 4,5mm i długości od 9mm do 36mm o ciśnieniu nominalnym 9 atm i zgodnością z cewnikiem prowadzącym 5Fr w zakresie średnic od 2mm do 4mm oraz zgodnością z cewnikiem prowadzącym 6Fr w zakresie średnicy 4,5mm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 25 – dotyczy grupy 11

Czy w zakresie zadania nr 11 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie cewników aspiracyjnych o zewnętrznym pokryciu hydrofilnym na długości 15 cm w części dystalnej z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów opisanych w SIWZ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 26 – dotyczy grupy 6

Czy Zamawiający dopuści stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe uwalniające lek antyproliferacyjny – ewerolimus o nieznacznie zmienionych parametrach: ciśnienie nominalne max 10 atm, RBP 16-18 atm w zależności od rozmiaru, oraz spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie nr 27 – dotyczy grupy 6

Czy zamawiający miał na myśli stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe uwalniające lek antyproliferacyjny o grubości ścian stentu max 0,0032” dla wszystkich rozmiarów?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający wymaga grubości ścian stentu max 0,0032” dla wszystkich rozmiarów, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie nr 28 – dotyczy grupy 7

Czy Zamawiający dopuści stenty wieńcowe metalowe montowane na balonie o nieznacznie zmienionych parametrach: grubość ścian stentu od 0,0032” do 0,0049”, ciśnienie nominalne min 8 atm oraz spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie nr 29 – dotyczy grupy 8

Czy Zamawiający dopuści stenty ze stopów kobaltowo-chromowych montowanych na balonie o nieznacznie zmienionych parametrach: ciśnienie nominalne 8-10 atm oraz spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Zamawiający