



**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY  
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75**

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  
Tel. (52) 36-55-352, (52) 36-55-296, (52) 36-55-495, (52) 36-55-521  
Fax. (52) 36-55-752

ISO 9001:2008  
ISO 14001:2004  
PN-N 18001:2004

NZZ/117/P/12

Bydgoszcz, dnia 29.01.2013 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę strzykawek jednorazowego użytku, nr sprawy NZZ/117/P/12.

**ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA**

Działając na podstawie art. 38, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.) w związku z pytaniami zadanymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w w/w sprawie, Zamawiający udziela odpowiedzi:

**Zapytanie 1:**

Czy Zamawiający wymaga aby długość skali na cylindrze ma odpowiadać pojemności nominalnej strzykawki jak dotychczas stosowane?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również takie rozwiązanie.

**Zapytanie 2:**

Czy Zamawiający wymaga aby strzykawki posiadały przezroczysty cylinder oraz biały tłok?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również takie rozwiązanie.

**Zapytanie 3:**

Czy Zamawiający dopuszcza strzykawki firmy Becton Dickinson tak jak dotychczas stosowane?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza strzykawki o parametrach określonych w dokumentacji przedmiotowej przetargu (SIWZ oraz wyjaśnienia do SIWZ).

**Zamawiający**