

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Dostawa stymulatorów rdzeniowych do leczenia przewlekłego bólu sterowanych telemetrycznie wraz z użyczeniem urządzenia programującego: programator śródoperacyjny i zewnętrzny

Ilość – 12 sztuk

L.p.	Opis parametru	Spełnianie parametru TAK/NIE	Parametry oferowane (podać)
1.	Możliwość programowania przezskórnego		
2.	Możliwość programowania czasu, częstotliwości i napięcia impulsów		
3.	Elementy łączące elektrodę ze stymulatorem		
4.	Elektroda stymulująca chirurgiczna		
5.	Programator pacjenta		
6.	Wykonawca bezpłatnie użyczy urządzenie programujące: programator śródoperacyjny i zewnętrzny		

Uwaga:

- Wykonawca jest zobowiązany wypełnić Załącznik nr 1 i załączyć go do oferty. Załącznik należy wypełnić w kolumnach „Spełnianie parametru TAK/NIE” oraz „Parametry oferowane(podać)”.
- Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego użyczenia urządzeń programujących do czasu zużycia przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia wynikającego ze złożonych zamówień z zawartej umowy

.....
(podpis osoby uprawnionej)