



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Tel. 52/36-55-352, 52/36-55-296, 52/36-55-495, 52/36-55-521
Fax. 52/36-55-496

ISO 9001: 2008
ISO 14001:2004
PN-N 18001:2004

Bydgoszcz, dnia 12.02.2013 r.

NZZ/05/P/13

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego do zabiegów ortopedycznych

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) w związku z pytaniem zadany przez wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 1

Pytanie nr 1 dot. Grupy nr 1

Czy w Grupie 1 - System do separacji płytek krwi (czynników wzrostu) z własnej krwi obwodowej pacjenta, Zamawiający dopuści grawitacyjny system separacji koncentratu leukocytno-płytkowego, pozwalający na odzyskiwanie ponad 90% trombocytów oraz ponad 50% leukocytów z próbki krwi, gwarantujący 9-krotną koncentracja płytek krwi, potwierdzoną katalogiem oraz publikacjami naukowymi, ze skutecznością kliniczną produktu potwierdzoną randomizowanymi badaniami naukowymi, ponad 2-letnimi obserwacjami klinicznymi na grupie ponad 50 pacjentów każda. Zestaw, składający się z:

- 1 separator PRP 30ml
- 1 strzykawka pobraniowa 30ml
- 1 strzykawka transportowa 30ml
- 1 strzykawka transportowa 10ml
- igła 18
- 30 ml ACD-A
- zestaw do pobrania krwi

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2:

Pytanie nr 3 dot. wzoru umowy wg załącznika 3B

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych za nieterminowe dostawy, o których mowa w § 4 ust. 13 na 0,2% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień zwłoki ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3:

Pytanie nr 4 dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający w celu zapewnienia prawidłowej realizacji przyszłej umowy dokona zmian w zapisach projektu (wzoru) umowy stanowiącej Załącznik do s.i.w.z., poprzez dodanie zapisów o treści:

Szkolenia:

- W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnych szkoleń personelu medycznego Zamawiającego, w ramach umowy dostawy wyrobów medycznych.

- Szkolenia obejmować będą wyłącznie zakres wiedzy merytorycznej związanej z użyciem produktów, które Wykonawca dostarcza w ramach niniejszej umowy.
- Harmonogram szkoleń oraz ich zakres opracuje i przedstawi Wykonawca. Wykonawca określi maksymalną liczbę uczestników, którzy będą uczestniczyć w szkoleniu.
- Zamawiający dokona wyboru uczestników spośród swego personelu. Uczestnicy to personel z doświadczeniem w obszarze artroskopowym, a zdobyte doświadczenie będą wykorzystywać w zabiegach z użyciem produktów dostarczanych przez Wykonawcę.
- Wszystkie szkolenia Wykonawca przeprowadzi w języku polskim lub angielskim, zapewniając na swój koszt wszystkie niezbędne do realizacji szkolenia materiały szkoleniowe, dojazd i przyjazd na miejsce szkolenia oraz zakwaterowanie uczestników szkolenia.
- Wykonawca zapewni prowadzenie szkoleń przez wykwalifikowaną kadrę
- Szkolenia zostaną przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu zaproponowanym przez Wykonawcę.
- Zakończenie szkoleń potwierdzone będzie protokołem, sporządzonym oddzielnie dla każdej szkolonej grupy, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i zawierającym:
 - a) nazwę i tematykę każdego ze szkoleń,
 - b) datę i miejsce ich przeprowadzenia,
 - c) imienną listę osób uczestniczących w poszczególnych szkoleniach,
 - d) Imię i nazwisko oraz specjalizację osób prowadzących szkolenie,
 - e) czas trwania poszczególnych szkoleń.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4:

Pytanie nr 5 dot. wzoru umowy

Czy w celu prawidłowej realizacji umowy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie poniższego zapisu do SIWZ

„W cenie oferty uwzględnione są wszystkie koszty usług dodatkowych związanych z kompletnym wykonaniem zadania, tj. koszty transportu i przesyłek, cło, koszty ubezpieczenia, udostępnienie kompletnego instrumentarium niezbędnego do implantacji”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający w Grupie 3 dopuści możliwość zaoferowania:

Wkręty interferencyjne biowchłaniające wykonane z kwasu czteromlekowego stosowane w zabiegu rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego.

Cechy wkrętów:

- łagodny zarys gwintu zapobiegający uszkodzaniu przeszczepu, głowa z okrągłymi krawędziami, kulisty kształt w części dystalnej
- materiał wykonania: kwas czteromlekowy – Poly (L, DL-lactide),
- czas wchłaniania 24-36 miesięcy
- sterylizowane radiacyjnie

Rozmiary:

- średnice: 7,8,9 mm dla długości 23 mm
- średnice 7,8,9,10 dla długości 30 mm
- średnice 9,10,11 dla długości 35 mm

Wymagany jeden śrubokręt dla wszystkich rozmiarów wkrętów, celem łatwiejszej implantacji?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający w Grupie 4 poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania drutów o średnicy 1,0;1,2;1,5 mm?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza druty do cerkłażu o przynajmniej następujących średnicach: 1,0; 1,2; 1,5 mm – do wyboru przez Zamawiającego pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych na 0,2% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień opóźnienia w dostawie?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający