



**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY**  
**85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75**

**Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia**

**ISO 9001:2008**  
**ISO 14001:2004**  
**PN-N18001:2004**

**Tel. 52/36-55-352, 52/36-55-296, 52/36-55-495, 52/36-55-521**  
**Fax. 52/36-55-496**

NZZ/01/D/13

Bydgoszcz, dnia 22.02.2013 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę testów do diagnostyki mikrobiologicznej, nr sprawy NZZ/01/D/13

**Wszyscy Wykonawcy**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ) w związku z pytaniami zadanymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w/w sprawie Zamawiający udziela odpowiedzi:

**Pytanie 1**

Dotyczy grupy 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu pozycji 8 i utworzy dla nich oddzielny pakiet? Na rynku istnieje tylko jeden producent tego podłoża.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

**Pytanie 2**

Dotyczy grupy 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 8 podłoża z dodatkiem krwi i antybiotyków?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

**Pytanie 3**

Dotyczy grupy 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu pozycji 6-8 i utworzy dla nich oddzielny pakiet?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

**Pytanie 4**

Dotyczy grupy 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 2 podłoża z 6-tygodniowym terminem ważności?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

**Pytanie 5**

Dotyczy grupy 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu pozycji 8, 9, 10, 12 i utworzy dla nich oddzielny pakiet?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

**Pytanie 6**

Dotyczy grupy 3

Czy Zamawiający mógłby podać skład podłoża wymienionego w pozycji 10?

Odpowiedź:

Zamawiającemu chodziło o bulion do testu do określania lekowrażliwości grzybów o składzie: wodny roztwór pożywki RPMJ 1640, buforu biologicznego MOPS oraz suplementu YO w objętości 10 ml w zakręconych probówkach z borokrzemianu. Bulion jest przeznaczony do wykonywania testu lekowrażliwości grzybów i został z tym testem zwalidowany. W związku z powyższym nie może on być zastąpiony innym bulionem.

**Pytanie 7**

Dotyczy grupy 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do każdego opakowania plastikowego statywu na 20 probówek?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 8

Dotyczy grupy 5

Czy Zamawiający mógłby określić ilość statywów (po 20 szt. każdy) należy zaoferować dla całego pakietu?

Odpowiedź:

Jak wyżej. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9

Dotyczy grupy 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 1 testu opakowaniu zawierającym 30 oznaczeń i zaoferowanie 7 takich opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 10

Dotyczy grupy 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 1 testu pozwalającego na wykrycie następujących patogenów: N. meningitidis A,C,Y/W135, N. meningitidis B/E. coli K1, H. influenzae b, S. pneumoniae i Streptococcus B?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 11

Dotyczy grupy 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 6 testu zawierającego kontrolę (+) bez kontroli (-)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 12

Dotyczy grupy 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 9 enzymu do ekstrakcji paciorkowców w opakowaniu zawierającym 2 x 10 ml z przeliczeniem odpowiedniej ilości opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 13

Dotyczy grupy 7

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w pozycjach 10, 11, 14 testów immunochromatograficznych?

Odpowiedź:

W pozycjach 10,11 – nie. W pozycji 14 –tak.

Pytanie 14

Dotyczy grupy 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 12 biochemicznego testu płytkowego do jednoczesnej identyfikacji, oceny pH-osiowości wzrostu oraz oznaczania lekowrażliwości Mykoplazma i Ureaplazma?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 15

Dotyczy grupy 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach 1-6, 8 testów z 8-miesięcznym terminem ważności?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 16

Dotyczy grupy 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 1 testu do jednoczesnej identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości grzybów?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 17

Dotyczy grupy 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pozycji 2 podłoża w probówkach zawierających 1 ml podłoża?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 18

Dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania aktualnych dokumentów dopuszczenia do obrotu dla produktów, które nie są wyrobami medycznymi?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 19

Dotyczy Grupy 11

Czy Zamawiający w grupie 11 dopuści szczepy wzorcowe z pierwszego pasażu, pakowane po 25 szt. i wskaże jakich dokładnie szczepów oczekuje? Prosimy jednocześnie o rozszerzenie tabelki asortymentowej i wycenę każdego szczepu oddzielnie.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. Jednocześnie Zamawiający nie będzie wskazywać dokładnie o jakie szczepy chodzi (może potrzebować różnych ) w związku z tym, nie będzie rozszerzać tabeli asortymentowej.

Pytanie 20

Dotyczy SIWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar za nieterminowe dostawy do 0,5% wartości brutto nie dostarczonej części towaru za każdy dzień opóźnienia?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 21

Dotyczy grupa 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 8 z pakietu ? Tylko jeden producent na rynku polskim może zaoferować to podłoże. Wydzielenie pozycji z pakietu umożliwi wzięcie udziału większej liczbie oferentów i pozwoli uzyskać bardziej konkurencyjne ceny.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 22

Dotyczy grupa 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoży o terminie ważności min. 4-6 tygodni dla podłoży z krwią i 6-8 tygodni dla pozostałych podłoży ? Jako producent podłoży bakteriologicznych gwarantujemy ich maksymalną stabilność wynikającą z cech charakterystycznych danego podłoża.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie 23

Dotyczy grupa 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie poz. 6-8 z pakietu? Wydzielenie pozycji z pakietu umożliwi wzięcie udziału większej liczbie oferentów i pozwoli uzyskać bardziej konkurencyjne ceny.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 24

Dotyczy grupa 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoży o terminie ważności min. 4-6 tygodni dla podłoży z krwią i 6-8 tygodni dla pozostałych podłoży ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie 25

Dotyczy grupa 3:

Czy Zamawiający w pozycji nr 10 oczekuje zaoferowania bulionu BHI ? Jeśli nie to prosimy o doprecyzowanie (podanie nazwy zwyczajowej) wymaganego podłoża.

Odpowiedź:

Nie jest to bulion BHI. Zamawiającemu chodziło o bulion do testu określenia lekowrażliwości grzybów.

Pytanie 26

Dotyczy grupa 3:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testów do określania MIC wykonanych na standardowym podłożu celulozowym? Zgodnie z informacją producenta testy te zapewniają prawidłowe przyleganie paska do podłoża, nie ma możliwości wytworzenia się mikropęcherzyków powietrza pod paskiem (nośnik ten, w przeciwieństwie do plastiku, jest przepuszczalny dla powietrza), czego konsekwencją jest równomierne i szybkie przenikanie antybiotyku do podłoża.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 27

Dotyczy grupa 3:

Czy Zamawiający dopuści paski do oznaczania MIC pakowane po 10 szt. ? Paski charakteryzują się dużą stabilnością. Poza tym paski po otwarciu umieszcza się w plastikowej fiolce z pochłaniaczem wilgoci, dzięki czemu wyeliminowane jest ryzyko utraty stabilności antybiotyku zaimpregnowanego na pasku.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 28

Dotyczy grupa 4:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia do oferty pozytywnej opinii wydanej przez podmiot zewnętrzny? Krażki antybiotykowe są zatwierdzane do sprzedaży przez wewnętrzny Dział Kontroli Jakości i posiadają odpowiedni certyfikat kontroli jakości.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 29

Dotyczy grupa 5:

Czy Zamawiający odstąpi do wymogu pochodzenia wszystkich podłoży od jednego producenta ? Pozwoli to zwiększyć konkurencyjność postępowania i umożliwi wybór najkorzystniejszej cenowo oferty.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wykreśla zapis w Załączniku nr 1 o następującej treści „Wszystkie podłoża w/w pochodzące od jednego producenta”.

Pytanie 30

Dotyczy grupa 5:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczania plastikowego statywu do każdego opakowania 100 szt. probówek, a dopuści bezpłatne użyczenie na czas trwania umowy kilku statywów (prosimy określić ilu)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 31

Dotyczy grupa 5:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 7 podłoża z dodatkiem kolistyny i kwasu nalidyksowego?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 32

Dotyczy grupa 10:

Czy Zamawiający może sprecyzować krażków wysyconych jakim antybiotykiem wymaga w pozycji 1 i 2 ?

Odpowiedź:

Pozycja 1

Krażki z antybiotykami    1 – Kanamacyna    100 µg  
                                     2 – Kolistyna    10 µg  
                                     3 – Wankomycyna    5 µg  
                                     4 – Erytromycyna    60 µg  
                                     5 – Rifampicyna    15 µg  
                                     6 – Penicylina    2 jednostki

Pozycja 2

Krażek SPS z solą sodową sulfonianu polianetolu

Pytanie 33

Dotyczy grupa 11:

Czy Zamawiający dopuści, aby szczepy wzorcowe pochodziły z pierwszego pasażu? Za pierwszy pasaż uważa się pierwszą hodowlę uzyskaną z oryginalnego szczepu kontrolnego dostarczonego przez oficjalną kolekcję. Każdy przesiew szczepu kontrolnego stanowi ryzyko utraty jego właściwości, czyli cech, które decydują o jego referencyjności.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie 34

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby w Formularzu oferty zostały tylko te pakiety na które Wykonawca składa ofertę – pozostałe zostały by usunięte?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie 35

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby umowa w celu podpisania przez prawomocne osoby, została przesłana do siedziby oferenta, a następnie po podpisaniu - odesłana do siedziby Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 36

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie generatorów i wskaźników warunków beztlenowych z minimalnym terminem ważności 7 miesięcy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie 37

Czy podłoże w pozycji 3 w Grupie 3 ma być podłożem chromogennym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie 38

Czy w pozycji 4 w Grupie 3 należy zaoferować podłoże chromogenne?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie 39

Czy w Grupie 3 w pozycji 12 należy zaoferować paski gradientowe do oznaczania wartości MIC bakterii?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie 40

Czy w pozycji 12 w Grupie 4 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pasków gradientowych do oznaczania wartości MIC pakowanych pojedynczo w opakowaniu po 30 sztuk lub w blisterach w opakowaniu po 30 sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie pasków pakowanych pojedynczo w opakowaniu po 30 sztuk.

Pytanie 41

Czy Zamawiający zgodzi się na następujące terminy ważności:

a) Grupa 17 pozycja 1 do 7 - min. 7 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego?

Odpowiedź ad. a)

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

b) Grupa 17 pozycja 8 - min. 4 miesiące od daty dostawy do Zamawiającego?

Uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników – nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w SIWZ. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta.

Odpowiedź ad. b):

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie 42

Czy Zamawiający zgodzi się na następujące terminy ważności:

a) Grupa 1,2,3 - dla podłoży z krwią min 4-5 tygodni od daty dostawy do Zamawiającego?

Odpowiedź ad. a):

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

b) Grupa 1,2,3 – dla podłoży bez krwi min 6-8 tygodni od daty dostawy do Zamawiającego?

Uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników – nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w SIWZ. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta.

Odpowiedź ad. b):

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie 43

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby metodyki zostały załączone do oferty osobno w formie książkowej, podpisana tylko na pierwszej stronie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie 44

§4 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na określenie terminu dostawy do 7 dni roboczych?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 45

§4 ust. 11 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na określenie terminu do 5 dni roboczych?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 46

§4 ust. 13 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z ust. 13 słów: „*jak również ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 5% wartości niedostarczonego lub reklamowanego przedmiotu umowy.*”?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 47

§5 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary z 2% do 1%?

**Uzasadnienie:** Kara w wysokości 2% za każdy dzień jest wysoką karą umowną. Zamawiający wobec siebie za uchybienie ze swojej strony przewidział karę 10-krotnie mniejszą, tj. 0,2% - prosimy o równe traktowanie stron umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 48

§5 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„W przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo obciążyć go karą umowną w wysokości 5 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy, chyba że niniejsza umowa przewiduje inną karę.”?

**Uzasadnienie:** W przypadku odstąpienia od umowy na etapie np. zrealizowania umowy w 90%, kara ta winna być liczona od części, której Wykonawca nie zrealizował. Kara liczona od wartości całej umowy, staje się wówczas nieadekwatna do ewentualnego uchybienia Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 49

§8 ust. 1 lit. e) – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„zmiany stawki VAT, w przypadku zmiany stawki VAT wprowadzonych właściwymi przepisami; ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian.”?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 50

Dotyczy grupy 7 – Testy do szybkiej identyfikacji:

Prosimy o wydzielenie pozycji 10 i 11 z grupy nr 7 i utworzenie osobnej grupy dla tych dwóch pozycji.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 51

Dotyczy grupy 7 – Testy do szybkiej identyfikacji:

Czy jeśli Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 10 i 11 z grupy 7, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 200 oznaczeń testu do jednoczesnego wykrywania antygeny GHD oraz toksyny A i B Clostridium difficile ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 52

Dotyczy grupy 8 –Panele biochemiczne typu MICRO-LA-TEST oraz produkty niezbędne do wykonania badania:

Czy Zamawiający wymaga aby wraz z ofertą dostarczyć metodyki wykonania testów ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dokumentów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 53

Dotyczy grupy 8 –Panele biochemiczne typu MICRO-LA-TEST oraz produkty niezbędne do wykonania badania:

Czy Zamawiający wymaga testów bezodczynnikowych?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 54

Dotyczy grupy 8 –Panele biochemiczne typu MICRO-LA-TEST oraz produkty niezbędne do wykonania badania:

Czy Zamawiający wymaga aby Wykonawca na czas trwania umowy zapewnił program komputerowy do identyfikacji oferowanych testów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zamawiający