



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. 52/36-55-296, 52/36-55-352, 52/36-55-495, 52/36-55-521

Fax. 52/36-55-496

ISO 9001: 2008

ISO 14001: 2008

PN-N18001:2001

NZZ/04/P/13

Bydgoszcz, dnia 28.02.2013 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego i narzędzi operacyjnych do zabiegów neurochirurgicznych, osprzętu do neuronawigacji, narzędzi do endoskopii, implantów do zabiegów laryngologicznych oraz materiałów i sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 1 - dotyczy załącznika nr 3B (projekt umowy)- pkt 4

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów par. 5 ust. 1:

4. W przypadku opóźnienia w dostawie przedmiotu użyczenia Zamawiający może żądać od Wykonawcy, zapłaty kary umownej w wysokości 0,1% **wartości przedmiotu niniejszej umowy, której dotyczy opóźnienie** za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości przedmiotu niniejszej umowy, której dotyczy opóźnienie**

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 2 - dotyczy załącznika nr 3B (projekt umowy)- pkt 11

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów par. 5 ust. 1:

W przypadku nie usunięcia wady lub nie dostarczenia przedmiotu użyczenia wolnego od wad w terminie określonym w ustępie poprzedzającym Zamawiający ma prawo, według swojego wyboru

1.) po wezwaniu do wykonania obowiązków wynikających z gwarancji przez Wykonawcę zlecić usunięcie wady osobie trzeciej, bez utraty uprawnień wynikających z gwarancji, a kosztami naprawy obciążyć Wykonawcę, który ma obowiązek uregulować należność w terminie 14 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej, jak również obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,2 % **wartości brutto wadliwego przedmiotu niniejszej umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwego przedmiotu niniejszej umowy.**

2.) żądać wykonania obowiązków wynikających z gwarancji i obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,05 % **wartości niniejszej umowy, której dotyczy zwłoka w przypadku nie usunięcia wady lub nie dostarczenia przedmiotu użyczenia wolnego od wad** za każdy dzień, ponad termin określony w ust. 10, **jednak nie więcej niż 10% wartości niniejszej umowy, której dotyczy zwłoka w przypadku nie usunięcia wady lub nie dostarczenia przedmiotu użyczenia wolnego od wad**

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 3 - dotyczy załącznika nr 3B (projekt umowy)- Par.7 ust. 3

Naruszenie zapisu ust. 2 upoważnia Zamawiającego do naliczenia kary umownej w wysokości 10% **wartości brutto niezrealizowanej części umowy**, a także do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 4 - dotyczy załącznika nr 3B (projekt umowy)- Par. 7 ust. 2 pkt. b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie poniższego zapisu?

b) nie udzieli pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją niniejszej umowy na drodze sądowej lub pozasądowej, za wyjątkiem pełnomocnictwa dla radcy prawnego lub adwokata;

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 5

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w par. 4 ust. 8 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika w postaci umowy udostępniania, której wzór przesyłamy w załączeniu?

UMOWA UDOSTĘPNIENIA	
Zawarta w dniu pomiędzy: reprezentowanym przez: 1. zwanym w dalszej części umowy Klientem a reprezentowaną przez: zwanym w dalszej części Spółką	
§ 1. Przedmiot umowy Spółka Aesculap Chifa zobowiązuje się oddać Klientowi do używania instrumentarium wyłącznie endoprotez kupionych od Spółki w ramach umowy z dnia	
§ 2. Klauzula własności Instrumentarium pozostaje przez cały czas trwania umowy własnością Klient nie może ich oddać do bezpłatnego używania, w podnajem albo wydzierżawić. Klient nie jest także uprawniony do ustanawiania na udostępnionym instrumentarium żadnych innych praw na rzecz osób trzecich oraz do przenoszenia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.	
§ 3. Używanie instrumentarium 1. Klient jest zobowiązany używać instrumentarium zgodnie z ich przeznaczeniem i dostarczonymi przez Spółkę instrukcjami obsługi. Klient zobowiązuje się do używania instrumentarium wyłącznie do zakładania endoprotez zakupionych od 2. Klient nie będzie dokonywał żadnych napraw, zmian ani trwale demontował jakichkolwiek części Instrumentarium oraz powiadomi niezwłocznie Spółkę o każdym uszkodzeniu Instrumentarium. Instrukcje obsługi stanowią integralną część umowy. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta lub osoby trzecie, spowodowane używaniem instrumentarium niezgodnie z instrukcjami obsługi. 3. Spółka ma prawo do kontrolowania prawidłowości używania Instrumentarium przez Klienta. Klient zapewni Spółce dostęp do instrumentarium w celu przeprowadzenia jego inwentaryzacji. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków o których mowa w § 2 i § 3 ust 1 umowy, Spółka ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. 4. Klient ponosi odpowiedzialność za działania własne lub osób trzecich powodujące nieprawidłowe używanie lub uszkodzenie, zniszczenie, utratę Instrumentarium. W takim przypadku Spółka ma prawo żądać od Klienta zapłaty kwoty, w wysokości wyliczonej przez Spółkę odpowiednio do wartości Instrumentarium. 5. Zmiana miejsca użytkowania Instrumentarium jest możliwa za zgodą Spółki na piśmie.	
§ 4. Realizacja przedmiotu umowy 1. Spółka udostępni instrumentarium Klientowi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez osoby reprezentujące Klienta. 2. W przypadku nie kupowania od Spółki odpowiedniej ilości endoprotez Spółka ma prawo rozwiązać umowę i żądać zwrotu instrumentarium.	
§ 5. Serwis 1. Spółka zobowiązuje się do bezpłatnych napraw udostępnianego instrumentarium wynikających z ich normalnego używania. Koszty napraw Urządzeń wynikające z używania niezgodnie z instrukcją obsługi ponosi Klient. 2. W przypadku wymiany bądź naprawy instrumentarium, jego przekazanie Spółce nastąpi w sposób i na zasadach określonych w §7 pkt. 2 niniejszej umowy.	
§ 6. Zawiadomienia 1. Zawiadomienia dotyczące umowy dokonywane będą w formie pisemnej i doręczane drogą pocztową – listem poleconym. 2. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Spółki o zmianach swojej firmy (nazwy), siedziby, adresu dla doręczeń faktur oraz korespondencji. Brak zawiadomienia o tych zmianach powoduje, że doręczenia na adres wskazany w umowie będą uznawane za skuteczne. 3. W przypadku naruszenia istotnych warunków umowy, strony mogą rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.	
§ 7. Zakończenie umowy 1. Umowa zostaje zawarta na okres od 2. Zakończenie umowy obliguje Klienta do zwrotu Spółce instrumentarium wydezynfekowanego lub opakowanego w sposób zapewniający bezpieczeństwo osobom trzecim wraz z czytelną informacją na opakowaniu o skażeniu zawartości. 3. W przypadku rozwiązania umowy istotnych warunków umowy, strony mogą rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. 4. W razie rozwiązania umowy Klient jest zobowiązany do natychmiastowego zwrotu Spółce tj., na pierwsze wezwanie, udostępnionego Instrumentarium w stanie nie pogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnego używania. 5. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.	
§ 8. Postanowienia końcowe 1. Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z niniejszej umowy lub jej naruszenia, rozwiązania lub nieważności albo też z nimi związane, będą rozstrzygane na drodze 2. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 3. Umowa wchodzi w życie z dniem dostarczenia Instrumentarium Klientowi. 4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.	
KLIENT	SPÓŁKA

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 8 - Dotyczy warunków umowy depozytu § 1 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 2 o ponad 3 dni robocze Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną 5% całkowitej wartości umowy, o której mowa w ust. 3, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy”.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 9 - Dotyczy warunków umowy depozytu § 2 ust. 4

Czy Zamawiający może określić procent ewentualnego odstąpienia od umowy?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający wymaga utworzenia depozytu w ilościach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ pn. „Przedmiot zamówienia”

Pytanie nr 10 - Dotyczy warunków umowy depozytu § 2 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na następujący:

„Uzupełnienie depozytu będzie następowało niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 72 godziny w dniu roboczym od chwili otrzymania powiadomienia, wskazanego w ust. 2, w taki sposób aby Zamawiający dysponował pełnym asortymentem sprzętu medycznego, objętego depozytem, zgodnie z § 1”.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 11

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego?

Odpowiedź na zapytanie:

Zgodnie z wpisem do KRS Zamawiający figuruje jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Szpital nie znajduje się w trakcie przekształcania w spółkę prawa handlowego ani nie została wszczęta procedura likwidacji.

Pytanie nr 12 - Dotyczy Załącznika nr 1 Przedmiot Zamówienia, grupa 11 „Narzędzia do pracowni endoskopii”

Czy Zamawiający w grupie 11, pozycji 11 pozwoli zaoferować pętle do polipektomii z funkcją płynnej rotacji, wykonane z plecionego drutu o grubości ok. 0,41 mm i rękojeści skalowanej co 5 mm, pętla o średnicy 10 mm wykonana z pojedynczego drutu, reszta zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 13 - Dotyczy Załącznika nr 1 - Przedmiot Zamówienia, grupa 11 „Narzędzia do pracowni endoskopii”

Czy Zamawiający w grupie 11, pozycji 12 i 13 pozwoli zaoferować igłę z osłonką odporną na złamanie wzmocnioną u wyjścia atraumatycznym metalowym kołnierzem zabezpieczającym kanał przed perforacją. Mechanizm długopisowy obsługiwany jednym kciukiem z dobrze słyszalnym kliknięciem oznaczającym pełne wysunięcie igły, średnica igły 22 G, igła o długości odpowiednio: gastroskopowa 180 cm oraz kolonoskopowa 230 cm. Jednocześnie zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu podania kąta ścięcia igły.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 14 - Dotyczy Załącznika nr 1 - Przedmiot Zamówienia, grupa 11 „Narzędzia do pracowni endoskopii”

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z grupy 11 pozycji 11; 12; 13 i utworzenie z nich oddzielnej grupy (np. 11 a), co pozwoli nam złożyć konkurencyjną ofertę.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Zamawiający