



**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY**

**85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75**

**Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia**

**ISO 9001:2008**

**ISO 14001:2004**

**Tel. 52/36-55-352, 52/36-55-296, 52/36-55-495, 52/36-55-521**

**PN-N18001:2004**

**Fax. 52/36-55-496**

NZZ/09/P/13

Bydgoszcz, dnia 04.03.2013 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę implantów neurochirurgicznych, nr sprawy NZZ/09/P/13

**Wszyscy Wykonawcy**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ) w związku z pytaniami zadanymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w/w sprawie Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

Grupa 5 Zestaw do stabilizacji przeznasadowej przy użyciu posiadanej przez Zamawiającego nawigacji produkcji firmy STRYKER – 20 zestawów

Proszę o dopuszczenie w pakiecie 5 zestawu do stabilizacji transpedikularnej spełniającego następujące parametry:

- Śruby przeznasadowe o samotnym i cylindrycznym profilu gwintu oraz stożkowym rdzeniu o podwójnym rodzaju gwintu – korówkowy szerszy i samotny – ostry na stożku, śruby tulipanowe, jednoosiowe i wieloosiowe, monolityczne.
- Długość śrub w zakresie 20 mm – 90 mm ze skokiem co 5 mm,
- Średnica śrub w zakresie 4,0 – 7,5 mm ze skokiem co 0,5 mm,
- Blokowanie śrub jednoelementowym, uniwersalnym blokerem mocującym pręt do góry śruby,
- Pręty tytanowe o długości 30- 150 mm z hexagonalnym zakończeniem ze skokiem co 10 mm oraz o dł 480 mm i 600 mm i średnicy 6 mm oraz pręty tytanowe od 40 mm do 480 mm przycinane co 10 mm i średnicy 6mm,
- Możliwość zastosowania prętów wygiętych fabrycznie o dwóch różnych głębokościach wygięcia w celu odtworzenia anatomicznych krzywizn kręgosłupa i dwóch długościach od 30 mm do 120 mm oraz od 50 mm do 120 mm przycinanych co 10 mm,
- Łączniki poprzeczne wieloosiowe i jednoelementowe z możliwością bezproblemowego połączenia prętów przebiegających względem siebie pod dowolnym kątem, którego zastosowanie zmniejszy traumatyzację kolumny tylnej kręgosłupa, od 17 mm do 99 mm,
- Możliwość zastosowania pręta o średnicy 5,5 mm,

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie 2

dot. Grupy nr 1

Prosimy o doprecyzowanie czy zestaw do stabilizacji transpedicularno - laminarnej z możliwością podania cementu kostnego do trzonów osteoporotycznych składa się z 4 śrub transpedikularnych, 4 blokerów, stosownych łączników, 2 prętów i poprzeczki?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie nr 3  
dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający w celu zapewnienia prawidłowej realizacji przyszłej umowy dokona zmian w zapisach projektu (wzoru) umowy stanowiącej Załącznik do s.i.w.z., poprzez dodanie zapisów o treści:

Szkolenia:

- W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnych szkoleń personelu medycznego Zamawiającego, w ramach umowy dostawy wyrobów medycznych.
- Szkolenia obejmować będą wyłącznie zakres wiedzy merytorycznej związanej z użyciem produktów, które Wykonawca dostarcza w ramach niniejszej umowy.
- Harmonogram szkoleń oraz ich zakres opracuje i przedstawi Wykonawca. Wykonawca określi maksymalną liczbę uczestników, którzy będą uczestniczyć w szkoleniu.
- Zamawiający dokona wyboru uczestników spośród swego personelu. Uczestnicy to personel z doświadczeniem w obszarze neurochirurgicznym, a zdobyte doświadczenie będą wykorzystywać w zabiegach z użyciem produktów dostarczanych przez Wykonawcę.
- Wszystkie szkolenia Wykonawca przeprowadzi w języku polskim lub angielskim, zapewniając na swój koszt wszystkie niezbędne do realizacji szkolenia materiały szkoleniowe, dojazd i przyjazd na miejsce szkolenia oraz zakwaterowanie uczestników szkolenia.
- Wykonawca zapewni prowadzenie szkoleń przez wykwalifikowaną kadrę
- Szkolenia zostaną przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu zaproponowanym przez Wykonawcę.
- Zakończenie szkoleń potwierdzone będzie protokołem, sporządzonym oddzielnie dla każdej szkolonej grupy, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i zawierającym:
  - a) nazwę i tematykę każdego ze szkoleń,
  - b) datę i miejsce ich przeprowadzenia,
  - c) imienną listę osób uczestniczących w poszczególnych szkoleniach,
  - d) Imię i nazwisko oraz specjalizację osób prowadzących szkolenie,
  - e) czas trwania poszczególnych szkoleń.

Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający