



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. 52/36-55-296, 52/36-55-352, 52/36-55-495, 52/36-55-521

Fax. 52/36-55-496

ISO 9001: 2008
ISO 14001: 2008
PN-N18001:2001

NZZ/16/P/13

Bydgoszcz, dnia 06.03.2013 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę implantów ortopedycznych, materiałów medycznych.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 1 - dotyczy grupy 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 1 siatek do zaopatrywania przepuklin w rozmiarze 6x11 cm lub 7,6x15 cm lub 10x15 cm? W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o wskazanie, który z ww. rozmiarów może zaoferować wykonawca.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 2 - dotyczy grupy 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 3 siatek do zaopatrywania przepuklin w rozmiarze 20x20 lub 30x30 cm? W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o wskazanie, który z ww. rozmiarów może zaoferować wykonawca.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 3 - dotyczy grupy 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 1-3 siatek do zaopatrywania przepuklin pachwinowych i brzusznych wykonanych z polipropylenu monofilamentowego o następujących parametrach:

- gramatura – 85 (± 5) g/m²,
- grubość siatki – 0,43-0,47 mm,
- grubość nici – 0,1 mm,
- wielkość oczek
 - wysokość – 0,65-0,69 mm,
 - pora – 0,63-0,67 mm?

Pozostałe parametry zgodne z siwz.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 4 - dotyczy grupy 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 1-3 siatek do zaopatrywania przepuklin pachwinowych i brzusznych wykonanych z polipropylenu monofilamentowego o następujących parametrach:

- gramatura – 120 (± 5) g/m²,
- grubość siatki – 0,69-0,74 mm,
- grubość nici – 0,1 mm,
- wielkość oczek

➤ wysokość – 0,85-0,89 mm,

➤ pora – 0,83-0,87 mm?

Pozostałe parametry zgodne z siwz.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 5 - dotyczy grupy 5

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności asortymentowo-cenowej w ramach grupy 5 wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji 1-3 do osobnej grupy tworząc tym samym dwie odrębne części: jedną z siatkami do zaopatrywania przepuklin z polipropyleu, osobną z siatkami z poliestru?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Zamawiający