



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
WOJEWÓDZKI SZPITAL IM. DR JANA BIZIELA**

85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 052/371-16-00 fax 052/370-05-31
Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
tel.052/36-55-521 fax 052/36-55-752

NZZ/07/D/08

Bydgoszcz, dnia 25.03.2008r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zamkniętego systemu do pobierania krwi żyłnej, systemu do pobierania krwi włośniczkowej wraz z dzierżawą aparatu do OB i 2 wirówek laboratoryjnych oraz dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na okres 12 miesięcy (nr sprawy NZZ/07/D/08)

**ZAWIADOMIENIE O WNIESIENIU PROTESTU
ORAZ
WEZWANIE DO PRZYSTĄPIENIA DO POSTĘPOWANIA TOCZĄCEGO SIĘ W
WYNIKU WNIESIENIA PROTESTU**

Działając na podstawie przepisu art. 181 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) Zamawiający niezwłocznie przekazuje Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia kopię protestu firmy PZ Cormay S.A., ul. Wiosenna 22, 00-092 Łomianki, który wpłynął w dniu 25.03.2008 r.

Jednocześnie Zamawiający wzywa Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

W załączeniu :

kserokopia protestu który wpłynął do Zamawiającego dnia 25.03.2008r.

PZ CORMAY S.A.
ul Wiosenna 22
05-092 ŁOMIANKI

Łomianki, 2008-03-25

SP ZOZ SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. dr J. Bizziela
Dział Zamówień Publicznych
ul. Ujejskiego 75
85-168 BYDGOSZCZ

PROTEST

*dotyczący postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę zamkniętego systemu do pobierania krwi włósniczkowej wraz z dzierzwą
aparatu OB. i 2 wirówek laboratoryjnych oraz dostawę innego drobnego sprzętu
laboratoryjnego na okres 12 miesięcy, nr sprawy NZZ/07/D/08.*

Działając na podstawie art. 180 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych z późniejszymi zmianami
składam

protest wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku ww. postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego, polegających na opisanu przedmiotu zamówienia w
sposób utrudniający uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców, niezgodny z
przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Powyższe czynności Zamawiającego naruszają następujące przepisy:

Art. 2 ust. 13

Art. 7.1

Art. 29 ust. 1

ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

W związku z naruszeniem w/w przepisów i zasad udzielania zamówień publicznych wnoszę o
uwzględnienie protestu i zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

Jednocześnie informuję, że wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę
wniesienia protestu otrzymałem w dniu 20.03.2008 r., a więc protest składałem w terminie.

Uzasadnienie

1. Ad Grupa I A poz. 1

Zamawiający oczekuje dołączenia w tej pozycji bezpłatnie mieszałka do próbek.
Ustawodawca w ustawie Prawo Zamówień Publicznych nie daje Zamawiającemu
możliwości bezpłatnego zamawiania przedmiotu zamówienia; również zgodnie z
kodeksem handlowym niedopuszczalne jest żądanie darowizny lub sztucznego ukrycia
ceny mieszałka w cenie próbek, co powoduje nieprzejrzystość całego
postępowania. Oczekujemy wyłączenia tego wymagania koniecznego i uwzględnienia
np. dzierżawy mieszałka w innym pakiecie (sprzętowym).

2. Ad Grupa I A poz. 5

Zamawiający oczekuje możliwości wykonania pilnych analiz, wskazując konkretne
rozwiązanie. Nie jest to jednak najlepszy i najszybszy sposób. Oczekujemy
dopuszczenia alternatywnych rozwiązań, np. próbek z heparyną, które pozwalają

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH
mgr inż. Grzegorz Bartoń

oznaczać w osoczu żądane parametry nawet po 5 minutach i są powszechnie stosowane na całym świecie. Zwrócić uwagę, że Zamawiający w części B wyspecyfikował próbówki do analizy osocza z heparyną litową, więc posiada niezbędną technologię i wiedzę, aby pilnie analizy wykonywać w osoczu.

3. Ad Grupa I C poz 3

Zamawiający w Grupie I C specyfikuje Elementy uzupełniające do zamkniętego systemu pobierania krwi. Asortyment wskazany w pozycji 3 nie jest elementem systemu do pobierania krwi żyłnej, ani jego elementem uzupełniającym. Jest to niezależny, nie łączący się w żaden sposób z systemem sprzęt, którego umieszczenie w tej grupie nie znajduje żadnego logicznego uzasadnienia, a wielkość tego zamówienia pozwala na realizację dostaw w trybie z wolnej ręki. Dlatego żądamy wydzielenia tej pozycji do oddzielnej Grupy (pakietu).

Biorąc pod uwagę powyższą argumentację proszę o uwzględnienie protestu na podstawie art. 180 PZP. Jednocześnie wnosimy o przesunięcie terminu składania ofert na umożliwiający wykonawcom przygotowanie ofert zgodnych ze zmianami dokonanymi na skutek uwzględnienia protestu.

SPECJALISTA DLA ZAMÓWIEN
PUBLICZNYCH
mgr inż. Grzegorz Kozłowski

PZ CORMAY S.A.
05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22
tel. 022 751 79 10, fax 022 751 79 11
NIP 1481872269