



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY  
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. 52/36-55-296, 52/36-55-352, 52/36-55-495, 52/36-55-521

Fax. 52/36-55-496, 52/36-55-752

ISO 9001: 2008  
ISO 14001: 2008  
PN-N18001:2001

NZZ/28/D/13

Bydgoszcz, dnia 29.04.2013 r.

**Wszyscy Wykonawcy**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych i antyseptyków (uzupełnienie), preparatu do systemu Nocospray oraz nabojęw do sterylizatora STERI – VAC 5XL, płynów do myjni do endoskopów giętkich i płuczek dezynfektorów*

## **MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ**

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm. ) Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i wprowadza następujące zmiany.

### **I. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

*1. w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Rozdział III - Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie mają dostarczyć Wykonawcy. 3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego do oferty należy załączyć:*

**skreśla się zapis w pkt 3.8**

Aktualną pozytywną opinię kliniczną Instytutu Matki i Dziecka zezwalającą na stosowanie preparatu na oddziałach dziecięcych - dotyczy grupy 1.

**w zamian wprowadza się nowy zapis, który otrzymuje brzmienie:**

Aktualną pozytywną opinię kliniczną zezwalającą na stosowanie preparatu na oddziałach dziecięcych - dotyczy grupy 1.

*2. w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – rozdział XI – Miejsce i termin składania ofert*

**Zamawiający modyfikuje zapisy w następujący sposób:**

Oferty należy złożyć do dnia 07.05.2013 r. do godziny 10:00.

*3. w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Rozdział XVI - Otwarcie ofert*

**Zamawiający modyfikuje zapisy w następujący sposób:**

Publiczne, jawne otwarcie ofert nastąpi w Sali porad – niski parter, w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75 w dniu 07.05.2013 r. o godzinie 11:00.

### **II. W załączniku nr 1 do SIWZ pn. Przedmiot zamówienia** wykreśla się następujące zapisy:

*1. dla grupy 1 w kolumnie – Charakterystyka*

**wykreśla się zapis:**

Woda do przygotowania roztworu o temperaturze pokojowej, pozytywna opinia kliniczna Instytutu Matki i Dziecka, bez aktywatora

**w zamian wprowadza się nowy zapis, który otrzymuje brzmienie:**

Woda do przygotowania roztworu o temperaturze pokojowej, bez aktywatora, pozytywna opinia kliniczną zezwalającą na stosowanie preparatu na oddziałach dziecięcych.

*2. dla grupy 9 w kolumnie – Charakterystyka*

**wykreśla się zapis:**

Bez dodatkowych substancji czynnych, bez pochodnych fenolowych, dobra penetracja głębszych warstw skóry, gotowy do użycia, z możliwością użycia u noworodków i dzieci pod kontrolą lekarza

**w zamian wprowadza się nowy zapis, który otrzymuje brzmienie:**

*Bez dodatkowych substancji czynnych, bez pochodnych fenolowych, dobra penetracja głębszych warstw skóry, gotowy do użycia, z możliwością użycia u noworodków i dzieci.*

**3. dla grupy 12 w kolumnie - Rodzaj preparatu**

**wykreśla się zapis:**

*12.1 Dezynfekcja maszynowa posiadanych przez zamawiającego endoskopów produkcji firmy BHT  
w zamian wprowadza się nowy zapis, który otrzymuje brzmienie:*

*poz. 1- Dezynfekcja maszynowa endoskopów w myjniach firmy Innowa*

**4. dla grupy 12 w kolumnie - Rodzaj preparatu**

**wykreśla się zapis:**

*12.2. Do maszynowego mycia posiadanych przez zamawiającego endoskopów produkcji firmy BHT  
w zamian wprowadza się nowy zapis, który otrzymuje brzmienie:*

*poz.2 - Do maszynowego mycia endoskopów w myjniach firmy Innowa*

**5. dla grupy 14 w kolumnie - Rodzaj preparatu**

**wykreśla się zapis:**

*14.1. Dezynfekcja posiadanych przez zamawiającego endoskopów produkcji firmy Olympus w myjniach automatycznych*

**w zamian wprowadza się nowy zapis, który otrzymuje brzmienie:**

*poz.1 - Dezynfekcja posiadanych przez zamawiającego endoskopów w myjniach automatycznych firmy Olympus*

**6. dla grupy 14 w kolumnie - Rodzaj preparatu**

**wykreśla się zapis:**

*14.2. Mycie posiadanych przez zamawiającego endoskopów produkcji firmy Olympus w myjniach automatycznych  
w zamian wprowadza się nowy zapis, który otrzymuje brzmienie:*

*poz.2 - Mycie posiadanych przez zamawiającego endoskopów w myjniach automatycznych firmy Olympus*

**7. dla grupy 15. Preparat do systemu dekontaminacji powierzchni i pomieszczeń do systemu Nocospray.**

**dodaje się zapis:**

*„preparat dwuskładnikowy z kationami srebra, wykazujący pełne spektrum biobójcze przy ustawionej fabrycznie dawce 1ml/m<sup>3</sup>, stężenie nadtlenu wodoru 6%.*

Zmodyfikowany Przedmiot zamówienia (zał. 1) stanowi załącznik do niniejszej modyfikacji SIWZ i jest obowiązującym w powyższym postępowaniu

***Zamawiający***