



**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W  
BYDGOSZCZY**

**85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75**

**Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia**

ISO 9001:2008  
ISO 14001:2004  
PN-N18001:2004

Tel. 52/36-55-352, 52/36-55-296, 52/36-55-495, 52/36-55-521  
Fax. 52/36-55-496

NZZ/35/D/13

Bydgoszcz, dnia 06.06.2013 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów chirurgicznych do operacji zaćmy i jaskry, nr sprawy NZZ/35/D/13

**Wszyscy Wykonawcy**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ) w związku z pytaniami zadanyymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w/w sprawie Zamawiający udziela odpowiedzi:

**ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE**

Pytanie 1

Pakiet 1 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści soczewkę z dwoma haptenami o długości całkowitej 13 mm ? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2

Pakiet 1 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści soczewkę z dwoma haptenami o średnicy optycznej 6 mm i długości całkowitej 13 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3

dot. § 8 ust.1 pkt. 5 projektu umowy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu wg poniższej propozycji:

„a) zmiany stawki VAT w przypadku zmiany stawki VAT wprowadzonej właściwymi przepisami, w takim przypadku zmianie ulega cena jednostkowa brutto, przy zachowaniu ceny jednostkowej netto”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4

dot. § 4 ust. 9 pkt. b) projektu umowy:

Czy, ze względu na fakt, iż zasadność reklamacji jakościowych może być rozpatrywana przez Kierownika Hurtowni po otrzymaniu reklamowanego towaru, Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu ww. paragrafu wg poniższej propozycji:

*„w przypadku reklamacji jakościowej poprzez dostarczenie przedmiotu dostawy wolnego od wad w ciągu 7 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji – **przesłania na koszt wykonawcy reklamowanego towaru**”*

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5

dot. Pakietu nr 2, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia w tej pozycji oferty na **noże typu SLIT obustronnie ostrzone o kalibracji 2,4mm lub 2,6mm** (zamiast 2,5mm)? Jeśli nie to prosimy o umożliwienie składania ofert na poszczególne pozycje w ramach pakietu nr 2.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na noże o kalibracji 2,4 mm lub 2,6 mm.

Pytanie 6

dot. Pakietu nr 4:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w pakiecie nr 4 implantu jaskrowego ExPress wraz z **jałowym, jednorazowym, zbiorczo zapakowanym zestawem wstępnie przygotowanych (odpakowanych) materiałów akcesoriów niezbędnych do trabekulektomii?**

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zamawiający