



**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY**

**85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75**

**Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia**

**ISO 9001:2008**

**ISO 14001:2004**

**Tel. 52/36-55-352, 52/36-55-296, 52/36-55-495, 52/36-55-521**

**PN-N18001:2004**

**Fax. 52/36-55-496**

NZZ/40/D/13

Bydgoszcz, dnia 10.06.2013 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę opakowań, testów, wskaźników i preparatów dla Działu Sterylizacji i Dezynfekcji, nr sprawy NZZ/40/D/13

**Wszyscy Wykonawcy**

### **MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ**

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia(SIWZ) wprowadza następujące zmiany:

1. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia – w Załączniku nr 1 „Przedmiot zamówienia/szczegółowy formularz cenowy” w **grupie 3 Torebki papierowo-foliowe:**  
**-w kolumnie 1 „Przedmiot zamówienia”** w pozycji 2 skreśla się zapis „Rękawy papierowo-foliowe” i w zamian wprowadza się nowy zapis „Torebki papierowo-foliowe”.

Treść modyfikacji Przedmiotu Zamówienia/Szczegółowego formularza cenowego stanowi załącznik nr 1 do Modyfikacji SIWZ jako obowiązujący Przedmiot Zamówienia/szczegółowy formularz cenowy.

2. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Załącznik nr 1 „Przedmiot zamówienia/szczegółowy formularz cenowy” w grupie 8 **Wskaźniki do kontroli procesu sterylizacji metodą tlenku etylenu**  
**Zamawiający w kolumnie 1 w pozycji 1** Wskaźnik chemiczny do kontrolowania procesu sterylizacji tlenkiem etylenu-klasy 6 skreśla zapis „klasy 6” i wprowadza nowy zapis „klasy 5”.

Treść modyfikacji Przedmiotu Zamówienia/Szczegółowego formularza cenowego stanowi załącznik nr 1 do Modyfikacji SIWZ jako obowiązujący Przedmiot Zamówienia/szczegółowy formularz cenowy.

3. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia, **Rozdział XI – Miejsce i termin składania ofert**, w zdaniu: Oferty należy złożyć do dnia 13.06.2013 r. do godziny 10:00- skreśla się zapis: 13.06.2013 r. do godziny 10:00  
**W zamian wprowadza się nowy zapis który otrzymuje brzmienie: 18.06.2013 r. do godziny 10:00**

4. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia, **Rozdział XVI – Otwarcie ofert**, w zdaniu: Publiczne, jawne otwarcie ofert nastąpi w Świetlicy – niski parter, w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75 - Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im dr Jana Biziele w Bydgoszczy w dniu 13.06.2013 r. o godzinie 13:00. - skreśla się zapis: 13.06.2013 r. o godzinie 13:00.

**W zamian wprowadza się nowy zapis, które otrzymuje brzmienie: 18.06.2013 r. o godzinie 11:00.**

**Zamawiający**

Zmodyfikowane Załączniki :

Załącznik nr 1 „Przedmiot zamówienia/Szczegółowy formularz cenowy”