



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
WOJEWÓDZKI SZPITAL IM. DR JANA BIZIELA**

85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 052/371-16-00 fax 052/370-05-31

-Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

tel.052/36-55-296 fax 052/36-55-752

NZZ/08/P/08

Bydgoszcz, dnia 30.04.2008 r.

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego do angioplastyki
(nr sprawy: NZZ/08/P/08)**

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) w związku z zapytaniem zadanym przez oferenta w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w w/w sprawie Zamawiający udziela odpowiedzi.

Zapytanie 1

Dotyczy zadania 1

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści stenty wieńcowe o ciśnieniu RBP 16 atm, umożliwiające doprężenie do 20 atm, z zachowaniem reszty parametrów jak w SIWZ ?

Odpowiedź na zapytanie 1

Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie 2

Dotyczy zadania 5

Czy Zamawiający dopuści stenty uwalniające lek o ciśnieniu nominalnym 10 atm, z zachowaniem reszty parametrów jak w SIWZ ?

Odpowiedź na zapytanie 2

Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie 3

Dotyczy zadania 6

Czy Zamawiający dopuści cewniki balonowe o ciśnieniu RBP 16 atm, z zachowaniem reszty parametrów jak w SIWZ ?

Odpowiedź na zapytanie 3

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 4

W związku ze zbliżającymi się dniami 1 i 3 Maja i związanym z nimi dniem wolnym, firma nasza jak i większość firm (m.in. firmy kurierskie dowożące oferty), nie pracuje, w związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu złożenia oferty, ze względu na ogromną ilość postępowań przetargowych.

Odpowiedź na zapytanie 4

Zamawiający wyraża zgodę i wyznacza termin:

- składania ofert - na dzień 08.05.2008 r. na godzinę 09:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75 w Kancelarii Szpitala lok nr 46A.

- otwarcia ofert - na dzień 08.05.2008 r. na godzinę 10:30 w Sali Narad – niski parter w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75.

Zamawiający