



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. 52/36-55-296, 52/36-55-352, 52/36-55-495, 52/36-55-521

Fax. 52/36-55-496

ISO 9001: 2008
ISO 14001: 2008
PN-N18001:2001

NZZ/46/P/13

Bydgoszcz, dnia 31.07.2013 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odzieży ochronnej medycznej, narzędzi do artroskopii, implantów ortopedycznych, przyrządów używanych na salach operacyjnych w ortopedii, zestawów i materiałów medycznych używanych w ortopedii i neurochirurgii

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 1 – dot. grupy 17

Czy Zamawiający w **Grupie 17 Śruby interferencyjne tytanowe** dopuści możliwość zaoferowania: Wkręt kolanowy interferencyjny tytanowy o średnicy 6 mm, długość od 20 do 50 mm – skok co 5 mm, dla drutu prowadzącego o średnicy 1,2 mm, gniazdo sześciokątne 2,5mm; wersje z główką i bez główki.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 2 – dot. grupy 17

Czy Zamawiający w **Grupie 17 Śruby interferencyjne tytanowe** dopuści możliwość zaoferowania:

Wkręt kolanowy interferencyjny tytanowy o średnicy 7,8,9,10mm, długość od 20 do 50 mm – skok co 5 mm, dla drutu prowadzącego o średnicy 2,0mm, gniazdo sześciokątne 3,5mm; wersje z główką i bez główki;

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 3 – dot. projektu umowy

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kar umownych z 2 % na 0,2 % wartości brutto nie dostarczonego w terminie lub reklamowanego przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 4 – dot. grupy 19

Czy w Grupie 19 Zamawiający zaakceptuje w poz. 1 celownik puszczelowy do zabiegu rekonstrukcji ACL metodą BTB z dostępu „transtibial”; możliwość ustawienia kąta w zakresie od 30 do 60 stopni; część stawowa zakończona kołnierzem ze szpicą, bez możliwości przejścia drutu prowadzącego.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5 – dot. grupy 19

Czy w Grupie 19 Zamawiający zaakceptuje w poz. 6 wiertło do wykonywania otworów w przeszczepie bez ogranicznika.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6 – dot. projektu umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie zmiany stawki Vat, jednakże zmiana taka nie może skutkować niekorzystną dla niego zmianą ceny jednostkowej lub wartości umowy. (§ 8.pkt 3)

Zamawiający