



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Tel. 52/36-55-352, 52/36-55-295, 52/36-55-495, 52/36-55-521
Fax. 52/36-55-496

ISO 9001: 2008
ISO 14001:2004
PN-N 18001:2004

Bydgoszcz, dnia 12.08.2013 r.

NZZ/58/P/13

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dostawę urządzeń medycznych.

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby zasilanie akumulatora było przez minimum 30 minut?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 2.

Czy Zamawiający dopuści w pkt. 13 aparat z jednym systemem grzewczym zapewniającym całkowity komfort termiczny dla pacjenta?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 3.

Czy Zamawiający będzie wymagał regulacji temperatury w zakresie 35-40 °C?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 4.

Czy Zamawiający dopuści aparat z wydajnością pompy krwi w zakresie od 0 do 450ml/min?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 5.

Wymiana filtra w trakcie zabiegu niesie szereg niebezpieczeństw dla pacjenta. Czy wobec tego Zamawiający dopuści system niepreferujący takiego rozwiązania?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 6.

Czy Zamawiający w pkt. 17 dopuści prostą konstrukcję składającą się z 3 niezależnych wag?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 7.

Czy Zamawiający dopuści dokładność ważenia w zakresie od 1 do 6kg?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 8.

Czy Zamawiający w pkt. 20 dopuści również urządzenie z prostszym rozwiązaniem: waga filtratu, waga substytut/dializat, waga cytrynianów?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 9.

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby przepływ cytrynianów i wapnia był automatycznie sterowany w zależności od przepływu na pompie krwi?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 10.

Czy Zamawiający dopuści w pkt. 25 prostsze rozwiązanie jednego detektora powietrza umiejscowionego tak, że zapewnia optymalne bezpieczeństwo pacjenta?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 11.

Czy Zamawiający dopuści w pkt. 26 prostsze rozwiązanie jednej pułapki powietrza umiejscowionej tak, że zapewnia optymalne bezpieczeństwo pacjenta?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 12.

Czy Zamawiający dopuści dokładność ważenia w zakresie od 1 do 6g?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Zamawiający