



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. 52/36-55-296, 52/36-55-352, 52/36-55-495, 52/36-55-521

Fax. 52/36-55-496

ISO 9001: 2008

ISO 14001: 2008

PN-N18001:2001

NZZ/67/P/13

Bydgoszcz, dnia 21.08.2013 r.

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych.

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 1 – dotyczy zadania 2

Czy Zamawiający dopuści jako równoważne do podanych w SIWZ Załącznik nr 1 (Zadanie nr 2), aparaty holterowskie ciśnieniowe, kompatybilne z posiadanym przez szpital systemem odczytu Spacelabs ABP USA, pod warunkiem dostarczenia razem z aparatami kolejnej licencji oprogramowania i następującymi parametrami, różniącymi się od wyszczególnionych w SIWZ:

zakres pomiaru 30 - 260 mmHg,

zakres częstości tętna 20 - 180 bmp

ilość pomiarów na godzinę od 1 do 10,

maksymalna ilość pomiarów 240,

maksymalna pamięć pomiarów 240,

wymiary zew. 25 x 100 x 70 mm,

wagę w stanie gotowości do pracy 255 g

zasilanie z 3 akumulatorów lub baterii AA

z mankietami pomiarowymi w rozmiarach 17-26 cm, 24-32 cm, 32-42 cm

przewodem komunikacyjnym USB/RS/IrDA i oprogramowaniem do odczytu Spacelabs ABP.

Powyższe parametry gwarantują wysokiej jakości ambulatoryjne rejestracje ciśnienia tętniczego krwi,

potwierdzone walidacjami AAMI/ANSI, ESH IP, BSH w klasie A/A, oraz innymi publikacjami potwierdzającymi wysoką jakość aparatury.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Zamawiający