



**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA  
W BYDGOSZCZY  
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75**

**Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia**

ISO 9001:2008  
ISO 14001:2004  
PN-N18001:2004

Tel. 52/36-55-352, 52/36-55-296, 52/36-55-495, 52/36-55-521  
Fax. 52/36-55-496

NZZ/62/P/13

Bydgoszcz, dnia 29.08.2013 r.

**Wszyscy Wykonawcy**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę drobnego i jednorazowego sprzętu medycznego, nr sprawy NZZ/62/P/13*

**ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE**

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień.

**Pytanie nr 1 – dotyczy - Grupy 64 Przyrząd do wypełniania drenów**

Prosimy o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia w Grupie 64 – jaki przyrząd Zamawiający ma na myśli ? Przy terapii prowadzonej na aparacie Aquarius potrzebny jest : hemofiltr, dreny, worki drenażowe, worki z płynem substytucyjnym , aquaspice.

**Odpowiedź:**

Zamawiający ma na myśli aquaspice.

**Pytanie nr 2**

**Pytanie do grupy 10**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic z widocznym oznaczeniem rozmiaru na opakowaniu oraz pakowanych po 200 szt.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 3**

**Pytanie do grupy 10**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic z teksturą na końcach palców, podwyższających chwytność rękawic.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 4**

**Pytanie do grupy 42**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety o wymiarze min. 75cm x 90 cm, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

**Pytanie nr 5**

**Grupa 75**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łącznika bezigłowego, bezzatczkowego, przestrzeń martwa max. 0,1ml, o przepływie min. 360ml/min, spełniających pozostałe wymagania SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 6****Grupa 5 i 17**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego zestawu do inhalacji, trzyczęściowego ze średnią wielkością cząsteczek (MMAD) 2,7  $\mu\text{m}$ , ze standardowym nie załamującym się drenem tlenowym długości 210 cm, pozostałe parametry jak w SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 7****Pytanie do grupy 10**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic z widocznym oznaczeniem rozmiaru na opakowaniu oraz pakowanych po 200 szt.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 8****Pytanie do grupy 10**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic z teksturą na końcach palców, podwyższających chwytność rękawic.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 9****Grupa 14**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby nebulizator małoobjęściowy posiadał konstrukcję antyprzelewową, pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie od 0-90 stopni, o średniej średnicy nebulizowanych cząstek(MMAD) 2,7  $\mu\text{m}$ .

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

**Pytanie nr 10****Grupa 21**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wymiennik ciepła i wilgoci z wkładem papierowym z uniwersalnym portem tlenowym. Waga: 6,3g, wilgotność wyjściowa: 29,2mg  $\text{H}_2\text{O}/\text{l}$  przy  $V_t$  500ml. Opory przepływu: 25 mmH<sub>2</sub>O przy przepływie 30 l/min. Przestrzeń martwa: 10ml. Łącznik 15mm ze standardowym nie załamującym się drenem tlenowym długości 210 cm, pozostałe parametry jak w SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

**Pytanie nr 11****Grupa 37**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy czepek do mycia głowy ma posiadać dwuwarstwową strukturę czepka z oddzieloną zewnętrzną folią od nawilżonej warstwy absorpcyjnej co umożliwia efektywne rozprowadzenie zawartego w czepku roztworu myjącego tak jak w obecnie stosowanych w Państwa placówce?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

**Pytanie nr 12****Pytanie do grupy 42**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety o wymiarze 75cm x 90 cm, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

**Pytanie nr 13****Grupa 45**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra oddechowego mechanicznego, bakteryjno-wirusowo-grzybiczego z wyraźnie wydzielonym (oddzielna warstwa) celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci do stosowania w respiratorach bez nawilżaczy dla dorosłych. Skuteczności nawilżania 31,1 mg wody/1l , o dużej powierzchni

celulozowego wymiennika ciepła i wilgoci 1485 cm<sup>2</sup>, powierzchnia filtracji 630 cm<sup>2</sup>, posiadający membranę filtrującą hydrofobową ułożoną w harmonijkę o skuteczności filtracji nie mniej niż 99,99999%, z portem do kapnografii. Objętość oddechowa 300 – 1200 ml, sterylne, pakowany pojedynczo.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 14**

**Grupa 52**

Prosimy o dopuszczenie łącznika bezigłowego bez powłoki Vitashield, posiadającego zastawkę w postaci jednoelementowej, silikonowej podzielnej membrany nie sprzyjającej kolonizacji bakterii, o łatwej do dezynfekcji jednorodnej powierzchni, osadzonej na plastikowym przezroczystym konektorze, wewnątrz pozbawione części mechanicznych firmy Becton Dickinson, rekomendowany wytycznymi CDC dotyczącymi zapobiegania zakażeniom krwi związanym ze stosowaniem cewników.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 15**

**Grupa 75**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łącznika bezigłowego, bezzatczkowego, przestrzeń martwa max. 0,1ml, o przepływie min. 360ml/min, spełniających pozostałe wymagania SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 16**

**Pytanie do grupy 76**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic półsyntetycznych na powierzchni styku z dłonią użytkownika, bez kontaktu z latexem, z zewnętrzną powierzchnią antypoślizgową, wewnętrzną silikonowaną, o średniej długości dla rozmiaru 7,5 wynoszącej 305 mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 17**

**Pytanie do grupy 76**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic z zewnętrzną warstwą mikroteksturowaną, z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, o grubości na palcu 0,27mm i długości 270-285 wytrzymałością na rozzerwanie mm w zależności od rozmiaru i wytrzymałością na rozzerwanie przed starzeniem min. 13 N.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 18**

**Pytania do SIWZ i do umowy**

1. Czy w związku z dopuszczeniem przez zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, Zamawiający przewiduje możliwość podpisania z jednym wykonawcą oddzielnych umów na poszczególne pakiety?

W razie udzielenia na powyższe pytanie odpowiedzi odmownej, w związku z dopuszczeniem przez zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, uprzejmie prosimy o wyrażenie przez Zamawiającego zgody na wprowadzenie w treści umowy obejmującej wszystkie pakiety, w ramach których konkretnemu wykonawcy zostało udzielone zamówienie, poniższego zapisu: „Realizacja każdego z pakietów z osobna ma charakter samodzielnego zobowiązania stron”.

**Odpowiedź:**

Z Wykonawcą będzie podpisana jedna umowa w przypadku wyboru jego oferty w więcej niż w jednej grupie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie treści umowy.

**Pytanie nr 19**

**Dotyczy wzoru umowy**

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający dopuści możliwość zmiany ceny brutto w przypadku zmiany stawki VAT- &7 ust. 1 pkt.5 umowy? Odpowiedź jakiej udzielił w tej sprawie Zamawiający nie jest jasna.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z postanowieniami umowy Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany ceny brutto zaproponowanej w ofercie.

**Pytanie nr 20**

**Dotyczy zapisów SIWZ**

Czy Zamawiający dopuści przedłożenie polisy (pkt. 2/2.4) odpowiadającej wartości brutto produktu w zaoferowanych pakietach, co będzie rzeczywistym zabezpieczeniem wykonania zamówienia?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 21**

**Dotyczy pakietu nr 10**

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek postawiony rękawicy nitrylowej w przypadku zaoferowania rękawicy o powierzchni gładkiej w części dłoniowej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

**Pytanie nr 22**

**Dotyczy pakietu nr 10**

Czy Zamawiający będzie oczekiwał, aby rękawice nitrylowe były również środkiem ochrony osobistej Kat III zgodnie z zaleceniami PIP, ponieważ na terenie jednostek medycznych w rękawicach wykonywane są również inne czynności niż które przekraczają zakres normy medycznej ponieważ rękawice Medyczne stanowią ochronę tylko w kontaktach z pacjentem, rozwiązanie takie nie wpływa na cenę oferowanego produktu a w związku z posiadanym systemem zarządzania jakością PN-EN- 18001 nie posiadanie produktu tych właściwości było uchybieniem – większość pracowników wykonuje czynności nie związane z pacjentem tj . dezynfekcja powierzchni, mycie, podawanie posiłków.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

**Pytanie nr 23**

**Dotyczy pakietu nr 10**

Czy Zamawiający będzie oczekiwał rękawic posiadających badania na przenikanie leków cytostatycznych i związków chemicznych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

**Pytanie nr 24**

Czy Zamawiający w Grupie 20 wymaga aby prowadnica wykonana była z plecionki włókien poliestrowych pokrytej powłoką żywiczną i dostarczana w sztywnym futerale z instrukcją czyszczenia?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

**Pytanie nr 25**

Czy Zamawiający w Grupie 22 zgodzi się na zaoferowanie cewnika trójświatłowego o dużym przepływie w rozmiarze 12F/20cm, wykonanym z poliuretanu, kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrowymi znacznikami głębokości, z zintegrowanymi z cewnikiem przezroczystymi i wyraźnie oznaczonymi przedłużeniami, z łącznikami Luer Lock, z kodowanymi kolorem zaciskami w zestawie z: koreczkami z portami igłowymi, niezintegrowany łączniki Y, rozszerzadło, prowadnica „J”, igła wprowadzająca, ruchome skrzydełka mocujące, strzykawka 5ml, skalpel, naklejki identyfikacyjne?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 26**

Czy Zamawiający w Grupie 23 zgodzi się na zaoferowanie drenów do opłucnej z trokarem tępym z oznaczeniem rozmiaru na drenie, z podziałką co 2cm, z zamkniętym końcem drenu, pakowanym w wytrzymałe opakowanie folia-papier?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

**Pytanie nr 27**

Czy Zamawiający w Grupie 43 zgodzi się na zaoferowanie zestawów do bezpiecznej punkcji opłucnej składającego się z igły Veressa ograniczającej ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika), cewnika wykonanego z poliuretanu, widocznego w rtg, w rozmiarach 9Ch lub 12Ch, zakończonych układem z zastawkami jednokierunkowymi (posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek), strzykawką luer lock 60ml, workiem do drenażu 2000ml z kranikiem spustowym, skalpela do nacięcia skóry z zatraskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

**Pytanie nr 28**

Czy Zamawiający w Grupie 43 wymaga zaoferowania zestawów do bezpiecznej punkcji klatki piersiowej w dwóch rozmiarach do wyboru, w zależności od potrzeb Zamawiającego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również takie rozwiązanie.

**Pytanie nr 29**

Czy Zamawiający w Grupie 56 zgodzi się na zaoferowanie zestawu do drenażu opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego) z mechaniczną regulacją siły ssania (regulacja za pomocą słupa wody wykluczona) wyposażony w wyskalowane pokrętko umieszczone na przedniej ścianie umożliwiające regulację w zakresie od 5-40cmH<sub>2</sub>O, bezgłośny, wyskalowany do objętości 2200ml, posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu, zastawkę bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia, automatyczny zawór uwalniający dodatnie ciśnienie, port do pobierania próbek drenowanego płynu, przezroczysta ściana przednia, wysokość 25 cm, konstrukcja nie wymagająca mocowania na stojaku w przypadku umieszczenia na podłodze, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie, zapakowany sterylnie w folię i serwetę, z oznaczonym miejscem jej otwarcia, z pojedynczym drenem łączącym bezlateksowym zabezpieczonym przed zagięciem metalową sprężyną?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 30**

Dotyczy Grupy nr 55-Jednorazowe woreczki do pokarmu

Czy Zamawiający dopuści woreczki ze specjalnie wyznaczonym miejscem na wpisanie danych osobowych dziecka, daty oraz ilości mleka, spełniające wszystkie pozostałe parametry ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

**Pytanie nr 31****Pakiet 1 poz.8**

Czy Zamawiający dopuści igłę do iniekcji w rozmiarze 0,45x22mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 32****Pakiet 10 poz.1-3**

Czy Zamawiający dopuści rękawice z teksturą na całej powierzchni dłoni oraz palców?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 33**

**Pakiet 10 poz.1-3**

Czy Zamawiający dopuści rękawice z teksturą na palcach pakowane a' 200szt z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 34**

**Pakiet 23 poz.1-4**

Czy Zamawiający dopuści dren do opłucnej z ostrym trokarem?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 35**

**Pakiet 27 poz.5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji 5 i utworzenie z niej odrębnego pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania. Na rynku istnieje wiele firm mogących zaoferować ten produkt, a nie posiadających w swojej ofercie pozostałego asortymentu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 36**

**Pakiet 30 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści system do aspiracji szpiku kostnego z poczwornie zaostrzoną końcówką bez regulacji?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 37**

**Pakiet 31 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści system do aspiracji szpiku kostnego z jednostronnie ściętą końcówką w rozmiarze 18Gx20cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 38**

**Pakiet 35 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści torbę na płyny foliową, przezroczystą z przylepcem, ze sztywnikiem, z filtrem, z końcówką do podłączenia ssaka w rozmiarze 50x50cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 39**

**Pakiet 57 poz.1-2**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby cewnik posiadał trokar kodowany kolorystycznie?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 40**

**Pakiet 57 poz.1-2**

Czy Zamawiający dopuści cewnik z trokarem ze znakowanym wgłębieniem co 2cm o długości 22cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 41**

**Pakiet 59 poz.1-3**

Czy Zamawiający dopuści cewniki w rozmiarze CH4-CH8 o długości 40cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 42**

**Pakiet 63 poz.1-6**

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne o grubości na palcu 0,17mm, spełniające pozostałe parametry SIWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 43**

**Pakiet 77 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści myjkę włókninowo- foliową w rozmiarze 24x15cm, gramatura 40g.?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 44**

Grupa 10, poz. 1-3

Prosimy o dopuszczenie rękawic z teksturą na końcach palców.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 45**

Grupa 63, poz. 1-6

Prosimy o dopuszczenie rękawic których powierzchnia wewnętrzna jest pokryta poliuretanem i silikonowana.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 46**

Grupa 10, poz. 1-3

Prosimy o zmniejszenie wymaganego OC do kwoty 500 000,00 zł.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 47**

**Pytanie do grupy 31**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie system do aspiracji szpiku kostnego z ergonomicznymi skrzydełkami. Zaostrzone w trzech płaszczyzny ostrze igły zapewnia atraumatyczne, szybki i łatwe wejście do jamy szpikowej. Regulacja ze skalą w milimetrach pozwalająca na precyzyjną kontrolę głębokości penetracji. Zakończenie Luer Lock pozwalające na bezpieczne połączenie z różnymi rodzajami strzykawek. Rozmiar 16G/30mm

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 48**

**Pytanie do grupy 30**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igły do trepanobiopsji z ergonomiczną rączką z dodatkową kaniulą ekstrakcyjną. Regulator głębokości wkłucia pozwala precyzyjnie kontrolować głębokość wkłucia. Zakończenie Luer Lock pozwalające na bezpieczne połączenie z różnymi rodzajami strzykawek. Rozmiar 11G/10cm

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 49**

**Dotyczy Formularz ofertowy i cenowy**

Czy Zamawiający wymaga, aby formularz ofertowy i cenowy zawierał wszystkie zadania, czy wystarczy załączyć tylko te wybrane zadania do których przystępujemy ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza załączenie formularza cenowego i ofertowego zawierającego tylko te zadania do których Wykonawca przystępuje.

**Pytanie nr 50**

**Dotyczy postanowień umownych § 7 ust.1.5**

Wnosimy o dodaniu zapisu:

„[...] Zmiany stawki VAT, w przypadku zmiany stawki VAT wprowadzonej właściwymi przepisami , przy czym zmianie ulegnie wartość brutto, wartość netto pozostanie niezmienna.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 51**

**Dotyczy postanowień umownych § 4 ust.12**

Wnoszukujemy o dopisanie w w/w paragrafie treści:

[...] W przypadku opóźnienia w załatwieniu zasadnej reklamacji przekraczającego o dwa dni robocze termin określony w ust. 9 lub w przypadku opóźnienia w dostawie przekraczającego dwa dni robocze termin określony w ust. 2 Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego zakupu u osoby trzeciej, a w przypadku wyższej ceny zakupu niż cena wynikająca z niniejszej umowy na obciążenie różnicą Wykonawcę, który ma obowiązek uregulować należność w terminie 14 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej, jak również Zamawiający ma również prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 5% wartości brutto niedostarczonego w terminie lub reklamowanego umowy przedmiotu umowy chyba, że skorzysta z uprawnień, o których mowa w ust. 15.

„z zastrzeżeniem ceny rażąco wysokiej, niekorespondującej z aktualnymi cenami rynkowymi.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 52**

**Dotyczy postanowień umownych § 4 ust. 15,18**

Wnosimy o modyfikację w/w zapisu na:

W przypadku opóźnienia w należytych wykonaniu umowy lub jej części przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto nie dostarczonego w terminie lub reklamowanego przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia , *za wyjątkiem sytuacji w której Dostawca odmówi dostarczenia towaru Zamawiającemu w przypadku nieterminowego regulowania należności za dostarczane produkty.*

W przypadku rozwiązania umowy, w tym odstąpienia od umowy, z przyczyn leżących po stronie

Wykonawcy Zamawiający ma prawo obciążyć go karą umowną w wysokości 5 % wartości

brutto niedostarczonego przedmiotu niniejszej umowy, o której mowa w §1 ust. 2, chyba że umowa przewiduje w danym przypadku karę w innej wysokości .

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 53**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów par. 4 ust. 15, 18

- 15) W przypadku opóźnienia w należytych wykonaniu umowy lub jej części przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości **1%** wartości brutto nie dostarczonego w terminie lub reklamowanego przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nie dostarczonego w terminie lub reklamowanego przedmiotu umowy**

- 18) W przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający ma prawo obciążyć go karą umowną w wysokości 10% **wartości brutto niezrealizowanej części umowy**

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



**Pytanie nr 54**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu w par 6 ust.3b

b) nie udzieli pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją niniejszej umowy na drodze sądowej lub pozasądowej, za wyjątkiem pełnomocnictwa dla radcy prawnego lub adwokata;

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 55**

Czy mając na uwadze powszechnie przyjętą na gruncie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej konstrukcyjną zasadę neutralności VAT dla podatnika - podatek ten powinien obciążać nabywcę (odbiorcę) towarów, nie zaś Wykonawcę (dostawcę) - celem uniknięcia konieczności wprowadzania zmian do treści umowy w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT Zamawiający dopuszcza zmianę § 7 ust 1 Umowy poprzez umieszczenie zapisu: „*W razie zmiany wysokości obowiązujących stawek VAT dotyczących przedmiotu umowy, w okresie obowiązywania umowy, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia uwzględniającego aktualną (zmienioną) wysokość stawek VAT.*”

Wykonawca wskazuje, iż długotrwały okres obowiązywania umowy zawartej w wyniku udzielenia przedmiotowego zamówienia, czyni Umowę szczególnie podatną na oddziaływanie czynników cenotwórczych.

Należy wskazać, iż podatek VAT jest składnikiem ceny stanowiącym element cenotwórczy - art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm), który znajduje zastosowanie do umów w sprawach zamówień publicznych na podstawie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), Cena stanowi wartość wyrażoną w pieniądzu, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę.

Zastosowanie w/w klauzuli waloryzacyjnej pozwoli na utrzymanie wynagrodzenia "Wykonawcy na poziomie skalkulowanym przez Wykonawcę przy obliczaniu ceny. Z uwagi na fakt, iż zmiany stawek VAT są niezależne od Stron, Wykonawca nie może skalkulować tych zmian -oblicza cenę przy ustaleniu aktualnie obowiązującej stawki (w przypadku przeciwnym dopuściłby się błędu przy obliczaniu ceny skutkującej odrzuceniem oferty).

Obciążanie Wykonawcy negatywnymi skutkami zmiany stawek VAT stanowi nieuprawnione obniżenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, naruszając zasadę równowagi ekonomicznej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, skutkującą zmianą umowy w stosunku do oferty, co stoi w sprzeczności z prawem zamówień publicznych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający