



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
WOJEWÓDZKI SZPITAL IM. DR JANA BIZIELA**

85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 052/371-16-00 fax 052/370-05-31

Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

tel.052/36-55-296 fax 052/36-55-752

NZZ/15/D/08

Bydgoszcz, dnia 28.05.2008 r.

**Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu do pobierania krwi wraz z dostawą dwóch wirówek laboratoryjnych oraz dostawą odczynników z dzierżawą aparatu do OB. na okres 12 miesięcy.
(Nr sprawy: NZZ/15/D/08)**

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez oferentów w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w w/w sprawie Zamawiający udziela odpowiedzi.

Zapytanie:

Czy nie zaszła pomyłka w podanej ilości strzykawk do badań z zakresu równowagi kwasowo-zasadowej ? W opisie przedmiotu zamówienia w grupie III podana ilość strzykawk wynosi 5 000 natomiast w szczegółowym formularzu cenowym ta ilość wynosi 40.000. Proszę zatem o podanie która ilość jest prawidłowa i obowiązująca dla wyliczenia wartości oferty.

Odpowiedź:

Prawidłowa ilość strzykawk która jest obowiązująca do wyliczenia wartości oferty została podana w Załączniku nr 1 do SIWZ „Przedmiot zamówienia” i wynosi 5.000 sztuk. Ilość podana w Załączniku nr 2a „Szczegółowym formularzu cenowym” jest błędna. Zamawiający dokona modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia, w której skreśli błędny zapis w Załączniku nr 2a i zastąpi go prawidłowym.

Zapytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Grupie I, części A w poz. 6 próbek plastikowych z aktywatorem wykrzepiania bez separatora do badań serologicznych o objętości pobranej krwi 5,5 – 8 ml lub 6-9 ml ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie próbek o objętości 5,5 – 8 ml.

Zapytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Grupie III strzykawki do gazometrii krwi tętniczej do której można pobrać od 0,5 do 2,5 ml krwi metodą aspiracyjną lub naturalnego napływu.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający