



Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Nr sprawy NZZ/81/P/13

Bydgoszcz dnia 25.10.2013 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych i innego sprzętu dla potrzeb Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy, nr sprawy NZZ/81/P/13.

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w w/w sprawie, Zamawiający udziela odpowiedzi/wyjaśnienia i dokonuje modyfikacji SIWZ:

Dotyczy: Zadanie nr 13. Medyczna aparatura oddechowa - Respirator - 1 kpl.

Zapytanie 1

Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy respirator przeznaczony dla dzieci od 10 kg wagi ciała i dorosłych do 250 kg oraz jako konsekwencją tego z objętością pojedynczego oddechu od 100 ml do 2000 ml? (pkt. 1 i 24)

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 2

Czy Zamawiający zechce zaakceptować respirator ze stosunkiem I:E 1:10-4:1 ale Ti 0,1-5s. pkt.26

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 3

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zakresu czasu plateau z 0,0-2,0 s na 0,0-1,5s? Pkt.27

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 4

Czy Zamawiający zaakceptuje respirator z czasem wysokiego ciśnienia 0,2-10s? pkt.33

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 5

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy respirator z bardzo czułym układem rozpoznawania oddechu własnego typu przepływowego, o dziesięciostopniowej skali w zakresie 0-100% przepływu bazowego? Pkt. 36

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 6

Czy Zamawiający uzna za równoważny respirator, który umożliwia pomiar PEEP total zamiast Auto PEEP. Parametr ten ma dokładnie taką samą wartość kliniczną. Pkt.60

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 7

Czy Zamawiający zechce uznać za równoważny z RSB parametr SBI (indeks płytkości oddechu) wyliczany ze stosunku częstości oddechowej do objętości wydechowej, służący do oceny zdolności do odzwyczajania od wentylacji mechanicznej. Pkt.63

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 8

Czy Zamawiający zechce zrezygnować z alarmu objętości pojedynczego oddechu niskiej i wysokiej na rzecz alarmu objętości minutowej wdechowej i wydechowej. Pkt. 75,76.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 9

Czy Zamawiający uzna za równoważny respirator z programowalną konfiguracją startową, ale bez automatycznego ustawiania parametrów na podstawie wagi ciała pacjenta. Ten sposób ustawiania niesie duże zagrożenie błędnych ustawień parametrów np. przy chudym wysokim pacjencie lub otyłym niskim. Pkt. 84. Programowalna przez Użytkownika konfiguracja startowa jest pomocna przy szybkim uruchamianiu wentylacji.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 10

Czy Zamawiający będzie wymagał aby respirator wyposażony był w nowoczesny nieużywalny czujnik pomiarowy stężenia tlenu zamiast przestarzałego i drogiego w eksploatacji, wymagającego częstej wymiany czujnika galwanicznego. Takie rozwiązanie stosuje już kilku wiodących producentów respiratorów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Zapytanie 11: Dotyczy – Zadanie nr 11 Pompa strzykawkowa, pkt. 7:

Czy Zamawiający zgodzi na się na dopuszczenie do postępowania pompy strzykawkowej o masie nieznacznie większej niż wymagana przez Zamawiającego, tj. 2,15 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Zapytanie 12: Dotyczy – Zadanie nr 12 Pompy objętościowe, pkt. 37:

Czy Zamawiający nie popełnił oczywistej omyłki pisarskiej odnosząc się do strzykawki w tym punkcie?

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia – załącznik nr 1 „Przedmiot zamówienia”, zadanie nr 12. Zamawiający skreśla w całości pkt. 37 z tabeli – pkt. 8. Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika.

Zapytanie 13: Dotyczy zapisów umowy: Par 3 pkt. 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację wzoru umowy poprzez dodanie do ww. pkt. zapisu: „W przypadku dostarczenia w wyznaczonym terminie sprzętu zastępczego, kary umowne z pkt. 14 nie mają zastosowania” ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dotyczy pakietu nr 2, załącznik nr 1 Walory techniczno-eksploatacyjne

Zapytanie 14 – pkt. 11:

Czy Zamawiający dopuści ofertę z aparatem umożliwiającym regulację ultrafiltracji w zakresie 0 - 2L/godz?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 15 – pkt. 14, 15:

Czy Zamawiający dopuści system zapobiegający wychłodzeniu pacjenta polegający na ogrzewaniu krwi wracającej do pacjenta w zakresie 33-43 st.C?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 16 – pkt. 16:

Czy Zamawiający dopuści ofertę z aparatem o wydajności pompy krwi do 450ml/min?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 17 – pkt. 17

Czy Zamawiający dopuści ofertę z zestawami, gdzie dreny oraz filtr są wstępnie połączone i nie ma potrzeby wymiany drenów podczas trwania zabiegu?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 18 – pkt. 23

Czy Zamawiający dopuści ofertę z aparatem wyposażonym w efektywny system odpowietrzania krwi pacjenta? Aparat nie wymaga odpowietrzania drenów z płynem substytucyjnym lub dializacyjnym. Wszystkie dreny i filtr są szczelnie połączone, brak systemu podgrzewania płynów wyklucza możliwość wydzielania się CO₂ z HCO₃- przez co nie ma możliwości zapowietrzenia drenów z płynami.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 19 – pkt. 26

Czy Zamawiający dopuści ofertę z aparatem z detektorem powietrza na drenie powrotnym zabezpieczającym ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 20 – pkt. 27

Czy Zamawiający dopuści ofertę z aparatem, gdzie poprzez szczelne połączenie wszystkich drenów i filtra nie ma możliwości zapowietrzenia drenu przed filtrem przez co aparat jest wyposażony w pułapkę powietrza wyłącznie na drenie z krwią wracającą do pacjenta?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dotyczy: Zadania nr 16 - Ssak elektryczny – 2 kpl.

Zapytanie 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ssaka o maksymalnym podciśnieniu 90kPa i wydajności 30l/min, bardzo cichego – o głośności do 37 dB?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ssaka ze zbiornikiem 2,5l wielorazowym, nietłukącym do wkładów jednorazowych i systemem worków jednorazowych?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dotyczy: Zadanie nr 17 – Transporter Stretcher – 1 kpl.

Zapytanie 23

Czy Zamawiający dopuści *wielofunkcyjny wózek do transportu chorych* o wymiarach zewnętrznych 2040 x 810 mm? Proponowana długość jest zgodna z oczekiwaniami Zamawiającego, natomiast szerokość różni się jedynie o 10 mm od wskazanego zakres tolerancji.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Zapytanie 24

Czy Zamawiający dopuści *wielofunkcyjny wózek do transportu chorych* posiadający regulację wysokości nożną hydrauliczną w zakresie 625 – 935 mm? Oferowany zakres różni się minimalnie od wskazanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 25

Czy Zamawiający dopuści *wielofunkcyjny wózek do transportu chorych* wyposażony w materac n z dodatkowymi uchwytami ułatwiającymi transfer pacjenta z transportera na łóżko? Oferowane rozwiązanie jest tożsame z opisanym przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 26

Czy Zamawiający dopuści *wielofunkcyjny wózek do transportu chorych* wyposażony w chowane (składane) uchwyty przy głowie oraz uchwyt przy nogach pacjenta do prowadzenia transportera? Oferowane rozwiązanie będzie równie funkcjonalne jak wskazane przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dotyczy: Zadanie nr 18 – Wózek do przewożenia chorego – 1 kpl.

Zapytanie 27

Czy Zamawiający dopuści *wielofunkcyjny wózek do przewożenia chorego* o wymiarach zewnętrznych 2250 x 760 mm? Proponowana długość będzie funkcjonalna podczas codziennego korzystania z wózka, natomiast szerokość jest zgodna z oczekiwaniami Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 28

Czy Zamawiający dopuści *wielofunkcyjny wózek do przewożenia chorego* posiadający leże o wymiarach 2015 x 600 mm? Oferowane parametry wynikają z wymiarów zewnętrznych wózka i rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez danego producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 29

Czy Zamawiający dopuści *wielofunkcyjny wózek do przewożenia chorego* posiadający regulację wysokości nożną hydrauliczną w zakresie 630 – 850 mm? Proponowany dolny zakres (630 mm) jest zgodny z oczekiwaniami Zamawiającego, natomiast górny (850 mm) różni się nieznacznie od wskazanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 30

Czy Zamawiający dopuści *wielofunkcyjny wózek do przewożenia chorego* posiadający regulację przechyłów wzdłużnych realizowaną przy użyciu przycisków umieszczonych od strony segmentu węzłowego +/- 14°? Proponowane rozwiązanie jest lepsze od opisanego przez Zamawiającego, gdyż eliminuje możliwość przypadkowego naciśnięcia pedałów nożnych np. podczas transportu, w windzie, czy też podczas zmiany wysokości leża.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 31

Czy Zamawiający dopuści *wielofunkcyjny wózek do przewożenia chorego* posiadający koła o średnicy 150 mm? Proponowany parametr jest wystarczający, aby zapewnić prawidłową mobilność wózka.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 32

Czy Zamawiający dopuści *wielofunkcyjny wózek do przewożenia chorego* wyposażony w opuszczane barierki boczne zabezpieczające leże na długości 150 cm? Proponowany parametr jest wystarczający, aby zabezpieczyć pacjenta podczas transportu i wynika z rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez danego producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dotyczy: Zadanie nr 19 – Wózek zabiegowy, mobilny z szufladami – 1kpl.

Zapytanie 33

Czy Zamawiający dopuści *wózek zabiegowy* posiadający wymiary całkowite 790 x 610 x 910 mm? Tylko jeden z proponowanych parametrów (610 mm) różni się od opisanych przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 34

Czy (dla pkt. 3 i 4) Zamawiający dopuści *wózek zabiegowy*, którego podstawa wykonana jest ze stali ocynkowanej, pokrytej lakierem proszkowym, pozostałe elementy konstrukcyjne wykonane są z aluminium, natomiast całość osłonięta jest estetycznym i wysokiej jakości tworzywem HDPE? Proponowane rozwiązanie to materiał zawierający wysokiej gęstości polietylen, charakteryzujący się wysoką wytrzymałością i trwałością, odporny na uszkodzenia mechaniczne, środki dezynfekcyjne i promieniowanie UV o doskonałych właściwościach użytkowych stosowanych w medycynie.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 35

Czy Zamawiający dopuści *wózek zabiegowy* wyposażony w 3 szuflady o wysokości 70 mm, jedną szufladę o wysokości 150 mm i jedną szufladę o wysokości 250 mm? Proponowana konfiguracja szuflad zapewni bezpieczne przechowywanie i profesjonalną segregację materiałów opatrunkowych, materiałów do iniekcji, leków itp.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Zapytanie 36

Czy Zamawiający dopuści *wózek zabiegowy* wyposażony w dodatkowy pojemnik np. na leki szczególnego nadzoru w jednej z szuflad? Proponowane rozwiązanie jest tożsame z opisanym przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 37

Czy Zamawiający dopuści *wózek zabiegowy* wyposażony w:

- blat zabezpieczony przed zsuwaniem się przedmiotów
- uchwyt do przetaczania
- pojemnik do zużytych igieł
- otwieracz ampulek
- miejsce na butelki
- kosz na odpadki
- wysuwaną spod blatu półkę do pisania
- uchwyt na butlę z tlenem
- półkę pod defibrylator

Wymienione wyposażenie adekwatne do gabarytów wózka i nie narażające go na uszkodzenia – zintegrowane z budową wózka. Proponowane rozwiązania różnią się nieznacznie od wskazanych przez Zamawiającego, spełniają te same funkcje co oczekiwane przez użytkownika i wynikają jedynie z rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez danego producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 38

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie dostawy w ramach umowy, w terminie do 10 tygodni od daty podpisania umowy i określenie warunków płatności, jako do 60 dni od daty odbioru przedmiotu dostawy, przy czym dostawa zostanie wykonana do magazynu Zamawiającego, podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez strony protokół uruchomienia przedmiotu zamówienia w wyznaczonym pomieszczeniu zastępczym, po czym przedmiot zamówienia zostanie ponownie zabezpieczony w magazynie Zamawiającego, natomiast termin gwarancji będzie biegł od dnia ostatecznego przekazania do użytkowania?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 39

Czy Zamawiający rozszerzy zapisy umowy, w ramach paragrafu 8, o możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku nadzwyczajnej zmiany warunków spełnienia postanowień umowy (w szczególności znaczącej zmiany kursów walut), co groziłoby co najmniej jednej ze stron rażącą stratą, a czego strony nie mogły przewidzieć przy zawarciu umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 40

Czy Zamawiający rozszerzy zapisy umowy, w ramach paragrafu 8, o możliwość zmiany przedmiotu zamówienia, nie powodującej rozszerzenia przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ, w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku przedmiotu zamówienia, na nowy przedmiot o tych samych, bądź lepszych parametrach, w porównaniu z określonymi w SIWZ, w cenie nie wyższej od podanej w ofercie Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 41

Czy Zamawiający rozszerzy zapisy umowy, w ramach paragrafu 8, o możliwość zmiany przedmiotu zamówienia, nie powodującej rozszerzenia przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ, w przypadku zmiany na inny produkt tzn. o identycznych lub lepszych parametrach, lecz innej nazwie handlowej, w przypadku braku, zmiany ceny z korzyścią dla Zamawiającego?

Uzasadnienie: Zamawiający określa czas dostawy jako okres co najmniej 8 miesięcy, licząc od terminu składania ofert i dodatkowo, uzależnia podanie terminu dostawy, od faktycznego terminu zakończenia prac remontowych. Powyższe zapisy zabezpieczają ryzyko Zamawiającego kosztem nadmiernego ryzyka Wykonawcy, ze względu na konieczność przyjęcie długoczasowego zobowiązania i odpowiedzialności za określone powyższymi pytaniami zdarzenia gospodarcze. Projekt umowy wprowadza zobowiązania stron bez zachowania zasady równowagi ryzyka i odpowiedzialności za realizację zapisów umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 42

Czy Zamawiający dopuści możliwość udzielenia pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności, wynikających lub związanych z realizacją niniejszej umowy na drodze sądowej lub pozasądowej, dowolnej osobie fizycznej lub prawnej wybranej przez Wykonawcę, co związane jest ze swobodą prowadzenia działalności gospodarczej i nie powinno być ograniczane przez Zamawiającego, wyłącznie do radcy prawnego lub adwokata?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 43

Czy Zamawiający dopuści wydłużenie terminu dostarczenia urządzenia zastępczego do 10 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego, w przypadku awarii lub konieczności wymiany przedmiotu zamówienia na nowy?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający