



**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA
W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75**

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
PN-N18001:2004
ISO 27001 : 2005

Tel. 52/36-55-352, 52/36-55-296, 52/36-55-495, 52/36-55-521

Fax. 52/36-55-496

NZZ/98/D/13

Bydgoszcz, dnia 30.10.2013 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatu do USG, nr sprawy NZZ/98/D/13

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień.

Pytanie 1. [dotyczy pkt. I.13]

Czy dopuścicie Państwo do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf posiadający 7" ekran dotykowy z przyciskami funkcyjnymi oraz możliwością programowania położenia poszczególnych funkcji?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2. [dotyczy pkt. I.14]

Czy dopuścicie Państwo do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf bez regulacji wysokości panelu sterowania ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3. [dotyczy pkt. I.29]

Czy dopuścicie Państwo do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf posiadający dwa porty USB umieszczone w panelu sterowania?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4. [dotyczy pkt. I.31]

Czy dopuścicie Państwo do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf bez wyjścia S-VHS?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5. [dotyczy pkt. II.1]

Czy dopuścicie Państwo do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf z maksymalną głębokością penetracji od czoła głowicy [cm] 33 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 6. [dotyczy pkt. II.9]

Czy dopuścicie Państwo do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf bez techniki inwersji fazy?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 7. [dotyczy pkt. IV.1]

Czy dopuścicie Państwo do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf o zakresie prędkości w Dopplerze pulsacyjnym 10 m/s przy zerowym kącie?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 8. [dotyczy pkt. IV.2]

Czy dopuścicie Państwo do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf z regulacją wielkości bramki Dopplera od 1 do 16 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 9. [dotyczy pkt. IV.8]

Czy dopuścicie Państwo do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf o zakresie prędkości w trybie triplex 10 m/s?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 10. [dotyczy pkt. V.2]

Czy dopuścicie Państwo do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf z regulacją uchyłności pola Dopplera kolorowego ± 20 stopni?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 11. [dotyczy pkt. VII.2]

Czy dopuścicie Państwo do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf z 9 parami kursorów pomiarowych?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 12. [dotyczy pkt. IX.4]

Czy dopuścicie Państwo do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf o szerokości czoła głowicy 50 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie 13. [dotyczy pkt. X.1]

Czy dopuścicie Państwo do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf z głowicą sektorową o wybieralnej częstotliwości pracy od 1,6 do 5,5 MHz?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający