



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

Tel. 52/36-55-352, 52/36-55-296, 52/36-55-495, 52/36-55-521

PN-N18001:2004

ISO 27001 : 2005

Fax. 52/36-55-496

NZZ/103/D/13

Bydgoszcz, dnia 08.11.2013 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatu do USG, nr sprawy NZZ/103/D/13

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień.

Pytanie 1

W nawiązaniu do ww. postępowania zwracamy się z prośbą o odpowiedź na pytanie dotyczące pkt. 23. Zamawiający wymaga w tym punkcie:

„Zakres korekcji bramki Dopplera Spektralnego w zakresie min. +/- 85°”

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu aparat ultrasonograficzny posiadający kąt korekcji bramki Dopplera Spektralnego w zakresie +/-80 stopni? Według zaleceń spotykanych m.in. w publikacjach naukowych dotyczących badań naczyniowych stosowanie kątów powyżej 70 stopni jest niedopuszczalne ze względu na zbyt duże błędy pomiarowe. Maksymalną sugerowaną korekcją kąta jest 60 stopni (Ultrasonografia Dopplerowska pod red. Grzegorza Małka rozdz. 3 i 4).

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie aparatu USG posiadającego kąt korekcji bramki Dopplera Spektralnego w zakresie +/-80°.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny, którego głowica kardiologiczna posiada 80 elementów?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający